



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 200 del 10/03/2022

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: Fornitura annuale di n. 40 protesi per stapedoplastica ex Determina n. 933 del 06/12/2021 per la UOC Otorinolaringoiatra – (CIG Z083474737) - Affiancamento Codici.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 10/03/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI



Oggetto: Fornitura annuale di n. 40 protesi per stapedoplastica ex Determina n. 933 del 06/12/2021 per la UOC Otorinolaringoiatra – (CIG Z083474737) - Affiancamento Codici.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE

-con determina dirigenziale n. 933 del 06/12/2021 (agli atti) veniva affidata la "Fornitura annuale di n. 40 protesi per stapedoplastica per le esigenze della UOC Otorinolaringoiatra " alla Ditta Audio Schearing Srl per un importo complessivo di €. 3.339,23 Iva inclusa al 4%;

RILEVATO CHE

-la Ditta Audio Schearing Srl con nota del 19/01/2022 (Allegato n. 1) ha comunicato a questa AORN che i dispositivi di che trattasi (Contratto Informatico n. 4600077380) sono oggetto di affiancamento tecnologico, alle medesime condizioni economiche contrattuali;

-che il Direttore della Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Anna Dello Stritto, con nota Prot. n. 2532 del 24/01/2022 (Allegato n. 2), indirizzata anche a questa UOC, ha trasmesso al Direttore della UOC Otorinolaringoiatra la proposta di affiancamento dei codici elencati dalla Ditta aggiudicataria NELLA comunicazione acclusa alla stessa nota (Allegato n. 1), qui richiamati e trascritti ; tanto per la valutazione di competenza;

-il Direttore della UOC Otorinolaringoiatra, Dott. Marco Manola, all'uopo interpellato (mail del 25/02/2022 - Allegato n.3) ha espresso parere favorevole all'affiancamento proposto , come di seguito esplicitato(Allegato n.4):

- PROTESI DA STAFFA IN PLATINO/PTFE - Codice SPL 03.09.525 - diametro 0,5mm e lunghezza 5,25mm - prezzo complessivo €. 834,81 Iva inclusa al 4% - affiancato dal dispositivo Codice SPL 03.07.525 ;

- PROTESI DA STAFFA IN PLATINO/PTFE - Codice SPL 03.09.550 – diametro 0,5mm e lunghezza 5,50mm – prezzo complessivo €. 1.252,21 Iva inclusa al 4% - affiancato dal dispositivo Codice SPL 03.07.550;

- PROTESI DA STAFFA IN PLATINO/PTFE - Codice SPL 03.09.575 – diametro 0,5mm e lunghezza 5,75mm – prezzo complessivo €. 1.252,21 Iva inclusa al 4% - affiancato dal dispositivo Codice SPL 03.07.575;

-con la medesima nota la precitata Farmacia ha anche evidenziato che restano invariate le condizioni economiche della fornitura;

CONSIDERATO CHE

- l'aggiornamento tecnologico proposto non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l'Azienda, rimanendo invariate le condizioni economiche e di fornitura ;

Determinazione Dirigenziale



ATTESTATO CHE

- la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

DETERMINA

1-di autorizzare l'affiancamento proposto per avanzamento tecnologico alla Ditta Audio Schearing Srl relativamente ai seguenti dispositivi:

- PROTESI DA STAFFA IN PLATINO/PTFE - Codice SPL 03.09.525 - diametro 0,5mm e lunghezza 5,25mm - prezzo complessivo €. 834,81 Iva inclusa al 4% - affiancato dal dispositivo Codice SPL 03.07.525;
- PROTESI DA STAFFA IN PLATINO/PTFE - Codice SPL 03.09.550 – diametro 0,5mm e lunghezza 5,50mm – prezzo complessivo €. 1.252,21 Iva inclusa al 4% - affiancato dal dispositivo Codice SPL 03.07.550;
- PROTESI DA STAFFA IN PLATINO/PTFE - Codice SPL 03.09.575 – diametro 0,5mm e lunghezza 5,75mm – prezzo complessivo €. 1.252,21 Iva inclusa al 4% - affiancato dal dispositivo Codice SPL 03.07.575;

2-di dare atto che il suddetto affiancamento non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l'Azienda, rimanendo invariate le condizioni economiche e di fornitura;

3-di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, all' UOC Farmacia Ospedaliera ed alla UOC Otorinolaringoiatra.

Il funzionario estensore
Economato
Fava Angela

Il Direttore f.f. UOC Provveditorato ed
Dr.ssa Teresa Capobianco

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

SCHEARING

SPETT.LE
A.O. S.ANNA E S. SEBASTIANO
U.O.C. FARMACIA
81100 CASERTA

OGGETTO: CAMBIO CODIFICA

IN RIFERIMENTO AL VS. ORDINE 323152263 DEL 16/12/2021 SI FA
QUANTO SEGUE:

CODICE DA ORDINARE E' SPL 03.07.525 AL POSTO DEL CODICE SPL 03.09.525.

CODICE DA ORDINARE E' SPL 03.07.550 AL POSTO DEL CODICE SPL 03.09.550.

CODICE DA ORDINARE E' SPL 03.07.575 AL POSTO DEL CODICE SPL 03.09.575.


SI PRECISA CHE NEL CAMBIO DI CODIFICA NON CI SARANNO CAMBIAMENTI DI
PREZZO UNITARIO

GRAZIE
ferrucciopini

NAPOLI 19/01/2022

SCHEARING s.r.l.
Via San Gennaro ad Antignano, 109
80129 Napoli
Tel. 081.7810016 Fax 081.7703570
P.Iva 04158311219





Audio Technologies srl
Via dell'Artigianato, 8
29020 Gossolengo - Piacenza - ITALY
Tel. 0523.778864 - Fax. 0523.770019 - e-mail: info@audiotechnologies.it



SCHEDA TECNICA

ST002 - REV. 00 - 13.09.2019

1. Identificazione del prodotto → **PROTESI PER OTOCHIRURGIA**

I prodotti appartenenti alla famiglia "Protesi per otocirurgia - Protesi da staffa" sono classificati nella Classe IIb secondo la Regola 8 dell'Allegato IX della Direttiva 93/42/CEE, come emendata dalla 2007/47/CE e sono marcati CE 0373.

2. Identificazione del fabbricante: **AUDIO TECHNOLOGIES S.r.l.**

Sede Legale e Sede Operativa: Via dell'Artigianato, 8 - 29020 Gossolengo (Piacenza) - ITALY
Tel. (39).0523.778864 - Fax. (39).0523.770019 - e-mail: info@audiotechnologies.it

3. Composizione/informazioni sui componenti

PTFE (Politetrafluoroetilene): conforme alla ASTM F754
PLATINO: purezza $\geq 99,9\%$
TITANIO: Grado 2 conforme alla ASTM F67
POLIETILENE (PE): ad alto peso molecolare per uso chirurgico
ORO: filo crudo con purezza $\geq 99,9\%$
SILICONE (Polimetilxilossano): silicone di grado medicale
NITINOLO: Alloy BB, superelastic, conforme alla ASTM F2063

Le protesi da staffa Audio Technologies srl sono sterilizzate ad ossido di etilene secondo le modalità definite nel processo di validazione.

La dose di sterilizzazione è stata determinata in accordo alle disposizioni della norma UNI EN 556-1.

Il periodo di scadenza è indicato sulla confezione primaria e secondaria nella forma aaaa-mm ed è di cinque anni dalla data di sterilizzazione.

4. Descrizione generale del prodotto

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE E MODELLO	CODICE	CLASSIFICAZIONE CND	NUMERO DI REPERTORIO
PROTESI PER OTOCHIRURGIA (CLASSE IIb)	PROTESI DA STAFFA IN TEFLON	SPL 03.16.400	P02010102	1618887/R
		SPL 03.16.450		1618898/R
		SPL 03.16.500		1618900/R
		SPL 03.16.550		1618902/R
		SPL 03.16.600		1618904/R
		SPL 03.16.650		1618906/R
		SPL 03.16.700		1618908/R
		SPL 03.16.400 X		1618897/R
		SPL 03.16.450 X		1618899/R
		SPL 03.16.500 X		1618901/R
		SPL 03.16.550 X		1618903/R
		SPL 03.16.600 X		1618905/R
		SPL 03.16.650 X		1618907/R
		SPL 03.16.700 X		1618909/R
		SPL 03.17.400		1618910/R
		SPL 03.17.450		1618912/R
		SPL 03.17.500		1618914/R
		SPL 03.17.550		1618916/R
		SPL 03.17.600		1618918/R
		SPL 03.17.650		1618920/R
		SPL 03.17.700		1618922/R
		SPL 03.17.400 X		1618911/R
		SPL 03.17.450 X		1618913/R
		SPL 03.17.500 X		1618915/R
		SPL 03.17.550 X		1618917/R

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE E MODELLO	CODICE	CLASSIFICAZIONE CND	NUMERO DI REPERTORIO
PROTESI PER OTOCHIRURGIA (CLASSE IIb)	PROTESI DA STAFFA IN TITANIO SUPERELASTICO	SPL 03.33.600	P02010102	1617719/R
		SPL 03.33.650		1617720/R
		SPL 03.33.700		1617721/R
		SPL 03.33.750		1617722/R
		SPL 03.33.800		1617723/R
		SPL 03.33.850		1617724/R
		SPL 03.33.900		1617725/R
		SPL 03.33.950		1617726/R
		SPL 03.33.999		1617727/R
		SPL 03.33 L		1617728/R
		SPL 03.33 LL		1617729/R
		SPL 03.34.400		1617730/R
		SPL 03.34.425		1617731/R
		SPL 03.34.450		1617732/R
		SPL 03.34.475		1617733/R
		SPL 03.34.500		1617734/R
		SPL 03.34.525		1617735/R
		SPL 03.34.550		1617736/R
		SPL 03.34.575		1617737/R
		SPL 03.34.600		1617738/R
		SPL 03.34.650		1617739/R
		SPL 03.34.700		1617740/R
		SPL 03.34.750		1617741/R
		SPL 03.34.800		1617742/R
		SPL 03.34.850		1617743/R
		SPL 03.34.900		1617744/R
		SPL 03.34.950		1617745/R
		SPL 03.34.999		1617746/R
		SPL 03.34 L		1617747/R
		SPL 03.34 LL		1617748/R
	PROTESI DA STAFFA IN PLATINO/PDTE	SPL 03.07.400		1650870/R
		SPL 03.07.425		1650876/R
		SPL 03.07.450		1650877/R
		SPL 03.07.475		1650878/R
		SPL 03.07.500		1650879/R
		SPL 03.07.525		1650880/R
		SPL 03.07.550		1650881/R
		SPL 03.07.575		1650882/R
		SPL 03.07.600		1650883/R
		SPL 03.07.625		1650884/R
		SPL 03.07.650		1650885/R
		SPL 03.07.700		1650886/R
		SPL 03.07.750		1650887/R
		SPL 03.07.800		1650888/R
		SPL 03.07.850		1650889/R
		SPL 03.07.900		1650890/R
		SPL 03.07.950		1650891/R
		SPL 03.07.999		1650892/R
		SPL 03.07 L		1650893/R
		SPL 03.07 LL		1650894/R
SPL 03.07 S	1650895/R			
SPL 03.08.400	1650896/R			
SPL 03.08.425	1650897/R			
SPL 03.08.450	1650898/R			
SPL 03.08.475	1650899/R			
SPL 03.08.500	1650900/R			
SPL 03.08.525	1650901/R			
SPL 03.08.550	1650902/R			

FAMIGLIA DI PRODOTTO	NOME COMMERCIALE E MODELLO	CODICE	CLASSIFICAZIONE CND	NUMERO DI REPERTORIO
PROTESI PER OTOCHIRURGIA (CLASSE IIB)	PROTESI DA STAFFA IN PLATINO/PDTE	SPL 03.08.575	P02010102	1650903/R
		SPL 03.08.600		1650904/R
		SPL 03.08.625		1650905/R
		SPL 03.08.650		1650906/R
		SPL 03.08.700		1650907/R
		SPL 03.08.750		1650908/R
		SPL 03.08.800		1650909/R
		SPL 03.08.850		1650910/R
		SPL 03.08.900		1650911/R
		SPL 03.08.950		1650912/R
		SPL 03.08.999		1650913/R
		SPL 03.08 L		1650914/R
		SPL 03.08 LL		1650915/R
		SPL 03.08 S		1650916/R
		SPL 03.09.400		1650917/R
		SPL 03.09.425		1650918/R
		SPL 03.09.450		1650919/R
		SPL 03.09.475		1650920/R
		SPL 03.09.500		1650921/R
		SPL 03.09.525		1650922/R
		SPL 03.09.550		1650923/R
		SPL 03.09.575		1650924/R
		SPL 03.09.600		1650925/R
		SPL 03.09.625		1650926/R
		SPL 03.09.650		1650927/R
		SPL 03.09.700		1650928/R
		SPL 03.09.750		1650929/R
		SPL 03.09.800		1650930/R
		SPL 03.09.850		1650931/R
		SPL 03.09.900		1650932/R
		SPL 03.09.950		1650933/R
		SPL 03.09.999		1650934/R
		SPL 03.09 L		1650935/R
		SPL 03.09 LL		1650936/R
		SPL 03.09 S		1650937/R
		SPL 03.10.400		1650938/R
		SPL 03.10.425		1650939/R
		SPL 03.10.450		1650940/R
		SPL 03.10.475		1650941/R
		SPL 03.10.500		1650942/R
		SPL 03.10.525		1650943/R
		SPL 03.10.550		1650944/R
		SPL 03.10.575		1650945/R
		SPL 03.10.600		1650946/R
		SPL 03.10.625		1650947/R
		SPL 03.10.650		1650948/R
		SPL 03.10.700		1650949/R
		SPL 03.10.750		1650950/R
		SPL 03.10.800		1650951/R
		SPL 03.10.850		1650952/R
		SPL 03.10.900		1650953/R
		SPL 03.10.950		1650954/R
		SPL 03.10.999		1650955/R
		SPL 03.10 L		1650956/R
		SPL 03.10 LL		1650957/R
		SPL 03.10 S		1650958/R



Allegato 2

**Al Direttore U.O.C. Otorinolaringoiatria
E p.c. Al Direttore U.O.C. Provveditorato
LORO SEDI**

Oggetto: protesi per stapedoplastica ditta Schearing.

In merito alla comunicazione in allegato della ditta Schearing riferita all'ordine dei prodotti oggetto della presente n. 323152263 del 16/12/2021 di cui alla D.D. 933/2021, si chiede di valutare l'eventuale affiancamento dei codici proposti offerti alle medesime condizioni contrattuali.

Si resta in attesa di cortese riscontro in merito.

**Il Direttore U.O.C. di Farmacia
Dott.ssa Anna Dello Stritto**

Oggetto **Re: Richiesta riscontro nota protocollo 2532 del
24.01.2022 - Affiancamento protesi per stapedoplastica
Ditta Schearing**

Mittente <orl@ospedale.caserta.it>

Destinatario <provveditorato@ospedale.caserta.it>

Data 25.02.2022 12:24



Il 2022-02-15 09:54 provveditorato@ospedale.caserta.it ha scritto:

Si chiede di riscontrare la nota prot. indicata in oggetto trasmessa dalla Farmacia al fine di poter procedere con gli adempimenti di competenza.

UOC Provveditorato ed Economato

Si da parere positivo all'affiancamento proposto dalla ditta Schering per protesi dastapedioplastica come da protocollo del 24/01/2022 in viatomi

Distinti Saluti Dott Marco Manola