



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Determina Dirigenziale N. 639 del 07/09/2022**

---

**Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

**Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA PER N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' DEL SISTEMA ANGIOGRAFICO PHILIPS MOD. ALLURA XPER FD20 IN USO PRESSO UOSD ANGIORADIOLOGIA INTERVENTISTICA – CIG:[ ZA137A4150]**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 07/09/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA*

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere*

---

**Oggetto:** INTERVENTO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA PER N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' DEL SISTEMA ANGIOGRAFICO PHILIPS MOD. ALLURA XPER FD20 IN USO PRESSO UOSD ANGIORADIOLOGIA INTERVENTISTICA – CIG:[ ZA137A4150]

**Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

**Premesso che**

- con nota prot. n. 22134 del 19/07/2022 il Responsabile della UOSD Angioradiologia Interventistica ha richiesto un intervento di manutenzione correttiva su n. 2 gruppi di continuità (UPS) a corredo dell'angiografo PHILIPS MOD. ALLURA XPER FD20 matr. 722028;
- in pari data la ditta SIRAM, allertata dal reparto, ha effettuato un primo intervento, dal momento che lo stesso ha lamentato forte odore di bruciato nei locali tecnici del sistema angiografico in parola, probabilmente legato ad una problematica di natura elettrica; la ditta summenzionata ha attestato, invece, che tale guasto è da imputare alle batterie dei n. 2 UPS, non di competenza della medesima;
- successivamente questa U.O.C. ha coinvolto la ditta costruttrice Philips, la quale il 19/07/2022 ha provveduto ad effettuare un primo sopralluogo nel locale tecnico degli UPS, effettuando un test di verifica dello stato degli UPS in questione (risultato positivo ovvero attestante l'assenza di allarmi e/o disfunzionamento) e rassicurando il reparto sull'assenza di eventuali pericoli per i locali e gli operatori sanitari, essendo stata constatata inoltre la graduale diminuzione nel tempo del forte cattivo odore iniziale;
- con nota prot. n. 23455 del 02/08/2022, il Responsabile della UOSD Angioradiologia Interventistica ha richiesto nuovamente l'intervento di riparazione degli UPS, lamentando altre maleodoranti esalazioni provenienti dalla sala tecnica;
- con nota prot. n. 23470 del 02/08/2022 questa U.O.C., a seguito di sopralluogo esperito nell'UOSD Angioradiologia Interventistica, ha riscontrato il guasto dell'intero pacco batterie dell'UPS ed ha sollecitato nuovamente la ditta PHILIPS chiedendo, con estrema urgenza, la sostituzione completa delle batterie;
- con nota prot. n. 23521 del 02/08/2022, la Direzione Sanitaria ha disposto la sospensione dell'attività clinica della sala angiografica;
- con nota prot. n. 23969 del 08/08/2022, sulla scorta di quanto riferito dalla ditta PHILIPS, questa U.O.C. ha comunicato che la sostituzione delle batterie è prevista per il 12/09 p.v.;
- in pari data, in riscontro alla precedente nota, la Direzione Generale ha autorizzato questa U.O.C. a procedere *ad horas* con soluzioni alternative rispetto a quanto previsto in precedenza;
- in data 09/08/2022 questa U.O.C. ha richiesto preventivo di spesa per la fornitura di n. 62 batterie mod. S SLC 100-12E 12 v 100 Ah/20hr alla ditta Enerpower Srl, produttrice dei n. 2 UPS;
- in pari data, per lo smontaggio, lo smaltimento, l'installazione e il collaudo delle n. 62 batterie di che trattasi, questa U.O.C. ha richiesto il preventivo di spesa alla società Power Service EL. DI POTENZA, essendo subito disponibile all'intervento, autorizzandola a procedere in estrema urgenza;
- in data 10/08/2022 questa U.O.C. ha autorizzato il preventivo di spesa ricevuto unicamente per la fornitura di n. 62 batterie mod. SLC 100-12E 12V 100Ah (198 €/cad.), spese di trasporto (285,00 €) incluse, autorizzando la ditta Enerpower Srl a procedere tempestivamente;
- con nota prot. n. 24432 del 16/08/2022 questa U.O.C. ha informato la Direzione Strategica e le UU.OO. interessate della avvenuta sostituzione in estrema urgenza delle batterie in data 12/08/2022,

*Determinazione Dirigenziale*

con annessa successiva verifica funzionale della casa madre PHILIPS e benessere all'utilizzo definitivo;

#### **Considerato che**

in relazione all'oggetto della fornitura ed all'importo necessario di che trattasi, è possibile procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32 e dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

#### **Dato atto che**

- il decreto n.58 del 18/07/11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che *"per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto"*;
- in data 09/08/2022 la società Power Service EL. Di POTENZA (P.IVA 03094221213) ha presentato la sua offerta per l'installazione, il collaudo delle n. 62 batterie di cui sopra, lo smontaggio e lo smaltimento delle precedenti, ad un costo di € 1.200,00 (oltre iva al 22%);
- in data 10/08/2022 la società Enerpower Srl (P.IVA 03172330965) ha presentato l'offerta n. 533/22 per la fornitura di n. 62 batterie mod. SLC 100-12E 12V 100Ah ad un costo di € 12.561,00 (oltre iva al 22%);

#### **Evidenziato che**

il suddetto importo è da considerarsi congruo;

#### **Ritenuto**

- di affidare la fornitura di n. 62 batterie mod. SLC 100-12E 12V 100Ah alla società Enerpower Srl (P.IVA 03172330965) ad un costo di € 12.561,00 (oltre iva al 22%);
- di affidare l'installazione, il collaudo delle n. 62 batterie di che trattasi, lo smontaggio e lo smaltimento delle precedenti, alla società Power Service EL. Di POTENZA (P.IVA 03094221213) ad un costo di € 1.200,00 (oltre iva al 22%);

#### **Attestata**

la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;

### **DETERMINA**

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

1. di affidare la fornitura di n. 62 batterie mod. SLC 100-12E 12V 100Ah alla società Enerpower Srl (P.IVA 03172330965) ad un costo di € 12.561,00 (oltre iva al 22%);

*Determinazione Dirigenziale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

2. di affidare l'installazione, il collaudo delle n. 62 batterie di che trattasi, lo smontaggio e lo smaltimento delle precedenti, alla società Power Service EL. Di POTENZA (P.IVA 03094221213) ad un costo di € 1.200,00 (oltre iva al 22%);
3. di imputare la spesa complessiva pari a € 16.788,42 iva inclusa, sul conto economico 5030301010 – MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI - del corrente bilancio 2022;
4. di attribuire, ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136, alla fornitura de qua il seguente CIG ZA137A4150;
5. di dare atto che nei documenti allegati, al presente provvedimento, qualora compaiano dati personali, gli stessi sono stati oscurati nel rispetto delle normative vigenti in materia;
6. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonchè alla Direzione Sanitaria, alle uu.oo.cc. Gestione Economico Finanziaria, Provveditorato ed Economato ed alla u.o.s.d. Angioradiologia Interventistica;
8. di pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

**IL DIRETTORE U.O.C.  
TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA  
Ing. Vittorio Emanuele Romallo**

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA PER N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' DEL SISTEMA ANGIOGRAFICO PHILIPS MOD. ALLURA XPER FD20 IN USO PRESSO UOSD ANGIORADIOLOGIA INTERVENTISTICA – CIG:[ ZA137A4150]**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €16.788,42

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 5030301010 - MANUTENZ. ORDINARIA ATTR. SAN. da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 06/09/2022

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**