



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 914 del 02/10/2024

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 603 DEL 23.05.2024 FORNITURA DI PRODOTTI PER UOC OCULISTICA – AFFIANCAMENTO PRODOTTI LOTTO 114.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 02/10/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 603 DEL 23.05.2024 FORNITURA DI PRODOTTI PER UOC OCULISTICA – AFFIANCAMENTO PRODOTTI LOTTO 114.

Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- con deliberazione del DG n. 603/2024 (agli atti) - previa procedura aperta (artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.) - espletata su piattaforma SIAPS per l'affidamento (art. 95 comma 2 del Decreto citato) della fornitura triennale di prodotti per oculistica (vari lotti) – la Ditta Alfa Intes Srl è risultata aggiudicataria, tra gli altri, del lotto 114;
- la stessa, con mail del 26.09.2024 (Allegato n.1) ha inoltrato tra l'altro al Servizio scrivente, la proposta di affiancamento per il lotto n. 114 " lente intraoculare cod. PU6AS";

CONSIDERATO CHE

- il Servizio Scrivente con mail del 01.10.2024 ha chiesto al Direttore f.f. della UOC Oculistica Dott. Valerio Piccirillo di esprimere parere in merito (allegato 2);
- il Direttore f.f. della UOC Oculistica, Dott. Valerio Piccirillo, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di affiancamento per il lotto 114 (nota prot.28549 del 02.10.2024 – allegato n.3);
- il Direttore del Dipartimento di afferenza, Dott. Pasqualino De Marinis, all'uopo interpellato, ha validato la proposta in questione;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata allegata alla presente ed in atti giacente;
ATTESTATA la legittimità della presente determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

I – PRENDERE ATTO dell'affiancamento proposto dalla Ditta Alfa Intes Srl per il lotto n. 114 – "Lente intraoculare codice PU6AS alle stesse caratteristiche tecniche tranne che per il filtro giallo non presente in detta lente" (Del. DG n.603/2024);

II – DARE ATTO CHE l'affiancamento in parola non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l'Azienda, restando invariati i patti e le condizioni di gara di cui al citato atto deliberativo;

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

III- NOTIFICARE il presente provvedimento alla precitata Ditta;

IV - TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, alle UU.OO.CC. Farmacia Ospedaliera, Oculistica e al Direttore del Dipartimento Emergenza e Accettazione.

*Il funzionario
Sig. Carlo Mazzarella*

**Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Teresa Capobianco**

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

ALL. 1

Procedura aperta e telematica per l'affidamento triennale della fornitura di prodotti (vari lotti) per la UOSD di Oculistica - Gara n. 8604506. LOTTO AGGIUDICATO N. 114

Da Luisa Verolino <luisa@alfaintes.it>

A provveditorato@ospedale.caserta.it <provveditorato@ospedale.caserta.it>

Cc accettazionefarmaci@ospedale.caserta.it <accettazionefarmaci@ospedale.caserta.it>

Data giovedì 26 settembre 2024 - 14:47

Gent.mi,

con riferimento alla procedura in oggetto, e in particolare al lotto aggiudicato n. 114, si prega di prendere visione della comunicazione in allegato e di voler dare un cortese riscontro in merito.

Grazie per la collaborazione

Cordiali saluti

Luisa Verolino

Tender Office


luisa.verolino@alfaintes.it

Alfa Intes s.r.l.

Via Fratelli Bandiera N.C.C., Casoria (NA), Italy.

Tel. +39 081 584 60 60 – Fax. +39 081 195 27 067

ALFA INTES



Se non è proprio necessario, non stampare questa mail.

Carlo Velli
V. Mor
Validete
(MOL + D. te)
pure d'atto
M

26/09/2024
M

CONFIDENZIALE: Questo messaggio e gli eventuali allegati sono confidenziali e riservati. Se vi è stato recapitato per errore e non siete fra i destinatari elencati, siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente. Le informazioni contenute non devono essere mostrate ad altri, né utilizzate, memorizzate o copiate in qualsiasi forma

CONFIDENTIALITY: This e-mail and any attachments are confidential and may be privileged. If you are not a named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, use it for any purpose or store or copy the information in any medium.



Privo di virus. www.avast.com

Proposta Affiancamento Lente Intraoculare PN6AS con PU6AS.pdf
Scheda Tecnica.pdf

Casoria li, 26/09/2024

Spett/le
A.O. S. Anna e S. Sebastiano
Via Palasciano
81100 Caserta (CE)
P. Iva 02201130610


Oggetto: Procedura aperta e telematica per l'affidamento triennale della fornitura di prodotti (vari lotti) per la UOSD di Oculistica - Gara n. 8604506.
Proposta affiancamento lente intraoculare cod. "PU6AS".

Con la presente, in riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare alla lente aggiudicata al lotto n. 114 cod. "PN6AS", con deliberazione n. 603 del 23/03/2024, la sottoscritta Società propone in affiancamento la lente intraoculare PU6AS, dalle medesime caratteristiche tecniche, tranne che per il filtro giallo non presente in detta lente.

La lente "PU6AS" Vi sarà fornita alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione della lente "PN6AS".

In attesa di un Vs. riscontro in merito con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

In fede


ALFA INTES s.r.l.
L'Amministratore
Gelsomino Lucia


SCHEMA TECNICA

AVANSEE PRESET 3P PU6AS

Lente Acrilica Idrofoba Tre Pezzi FULL PRELOADED

Informazioni Generali

Prodotto	PU6AS + diottria
Produttore	Kowa Pharmaceutical CO. LTD - 4-14, 3 Chome, Nihonbashi-Honcho, CHOU-KU, Tokyo 103-8433, Giappone
Distributore Nazionale	Alfa Intes S.r.l., Via Fratelli Bandiera, n.c.c. - 80026 Casoria (NA), Italia
Destinazione d'Uso	Chirurgia della Cataratta
Ambito di Utilizzo	Uso Intraoperatorio Oftalmico
Codice CND	P030102090201
Numero di Repertorio	2102925
Standard di Riferimento	Conformità alla direttiva 93/42 CEE, UNI EN ISO:11979
Classe di Appartenenza	Il b TUV Rheinland LGA Products GmbH, Organismo Notificato n°0197, certif. N. 12022-650
Data di Immissione in Commercio	19/05/2015
Confezionamento	Ogni lente è confezionata singolarmente in blister di PETG e TYVEK (confezionamento primario) ed in scatola di cartone (confezionamento secondario)
Tipologia di Prodotto	Dispositivo chirurgico in conformità alla normativa vigente
Compatibilità con Prodotti Disinfettanti e Soluzioni Acide/Basiche	Il prodotto può essere utilizzato in presenza di acido ialuronico e sostanza isotonica salina bilanciata Non deve, invece, venire a contatto con acidi o essere miscelato con altre sostanze.
Sterilizzazione e Validità Indicativa del Prodotto	Sterilizzato con GAS ETO (residui massa/giorno = 0.1mg) in conformità alla norma UNI EN ISO:11138 :1/2. Il prodotto <u>non è risterilizzabile</u> ed ha 60 mesi di validità dalla data della sterilizzazione e/o sino alla data di scadenza riportata sulla confezione.
Presenza di Lattice	No
Stoccaggio	Conservare a temperatura ambiente, in luogo asciutto, al riparo da umidità, raggi diretti del sole e fonti di calore e comunque entro i limiti indicati nel foglio illustrativo (compreso tra +5°C e +45°C)
Modalità di Smaltimento del Prodotto	Smaltire il prodotto, se non utilizzato o dopo l'utilizzo, mediante un apposito contenitore in plastica antitaglio, richiudibile ermeticamente, e rispettare le eventuali normative interne ospedaliere vigenti in materia di smaltimento di dispositivi medici taglienti, infetti o potenzialmente tali
Informazioni Riportate sulla Confezione	Numero di catalogo e di lotto, data di scadenza, numero di serie, tipo di sterilizzazione, stabilimento di produzione, marchio CE



PU6AS – AVANSEE PRESET

Caratteristiche Generali

Materiale di Costruzione	Lente intraoculare 3 pezzi monofocale, pieghevole, Polimero Acrilico idrofobo, asferica; con un grado di cross linking tale da impedire la formazione di microvacuoli d'acqua nella lente dopo l'impianto, il che rende la lente completamente "Glistening Free"
Contenuto di Acqua	< 2% a 25°C
Range Diottrico	da +6.0D a +10.0D (incrementi da 1.0D) da +10.0D a +30.0D (incrementi da 0.5D) Numero totale gamma diottrica: 45 diottrie
Iniettabile con Incisione	2,4 mm

Caratteristiche Ottica

Diametro Ottica	6.0mm
Diametro Totale	13.0mm
Geometria della Lente	Ottica Biconvessa, Square Edge 360°
Compensazione Asferica	-0.04 μm
Indice di Rifrazione	1,519 (35°)
Indice di Abbe	43.4
Filtro UV	Capacità filtrante fino a 800 nm
Costante A	118.6

Caratteristiche Anse

Materiale	Polyvinylidenofluoride (PVDF)
Colore	Blue
Angolazione	5°

Sistema Iniezione

Sistema "FULL PRELOADED" completamente precaricato composto da lente e sistema di iniezione in confezione sterile

ALL.2

Fw: Procedura aperta e telematica per l'affidamento triennale della fornitura di prodotti (vari lotti) per la UOSD di Oculistica - Gara n. 8604506. LOTTO AGGIUDICATO N. 114

Da provveditorato@ospedale.caserta.it <provveditorato@ospedale.caserta.it>
A **oculistica** <oculistica@ospedale.caserta.it>
Data martedì 1 ottobre 2024 - 13:10

Si trasmette in allegato la comunicazione della Ditta Alfa Intes, si chiede di esprimere parere in merito.

*U.O.C. Provveditorato ed Economato
AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta
Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232462
e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it
PEC: provveditorato@ospedalecasertapec.it*

Da "Luisa Verolino" luisa@alfaintes.it
A provveditorato@ospedale.caserta.it
Cc accettazionefarmaci@ospedale.caserta.it
Data Thu, 26 Sep 2024 14:47:56 +0200
Oggetto Procedura aperta e telematica per l'affidamento triennale della fornitura di prodotti (vari lotti) per la UOSD di Oculistica - Gara n. 8604506. LOTTO AGGIUDICATO N. 114

Gent.mi,

con riferimento alla procedura in oggetto, e in particolare al lotto aggiudicato n. 114, si prega di prendere visione della comunicazione in allegato e di voler dare un cortese riscontro in merito.

Grazie per la collaborazione

Cordiali saluti

Luisa Verolino

Tender Office

luisa.verolino@alfaintes.it

Alfa Intes s.r.l.

Via Fratelli Bandiera N.C.C., Casoria (NA), Italy.

Tel. +39 081 584 60 60 – Fax. +39 081 195 27 067



Se non è proprio necessario, non stampare questa mail.

CONFIDENZIALE: Questo messaggio e gli eventuali allegati sono confidenziali e riservati. Se vi è stato recapitato per errore e non siete fra i destinatari elencati, siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente. Le informazioni contenute non devono essere mostrate ad altri, né utilizzate, memorizzate o copiate in qualsiasi forma

CONFIDENTIALITY: This e-mail and any attachments are confidential and may be privileged. If you are not a named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, use it for any purpose or store or copy the information in any medium.



Privo di virus www.avast.com

Proposta Affiancamento Lente Intraoculare PN6AS con PU6AS.pdf
Scheda Tecnica.pdf

Fw: Procedura aperta e telematica per l'affidamento triennale della fornitura di prodotti (vari lotti) per la UOSD di Oculistica - Gara n. 8604506. LOTTO AGGIUDICATO N. 114

ALL 3

Da provveditorato@ospedale.caserta.it <provveditorato@ospedale.caserta.it>

A oculistica <oculistica@ospedale.caserta.it>


Data martedì 1 ottobre 2024 - 13:10

Si trasmette in allegato la comunicazione della Ditta Alfa Intes, si chiede di esprimere parere in merito.

Unendo le scelte tecniche delle lotti offerte alle Dite Alfas Intes PUGAS in riferimento alle fo' aggiudicate lotti PUGAS (lotto n° 114 della 603 del 23/3/24), con le pronte a decidere le esonerazioni alle

U.O.C. Provveditorato ed Economato
AORN Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
Via Palasciano 81100 - Caserta - Tel. 0823/232462
e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it
PEC: provveditorato@ospedalecasertapec.it

Se fide


A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
U.O.C. Oculistica
Direttore f.f. Dott. Valerio Piccirillo
CE 05636

Da "Luisa Verolino" luisa@alfaintes.it
A provveditorato@ospedale.caserta.it
Cc accettazionefarmaci@ospedale.caserta.it
Data Thu, 26 Sep 2024 14:47:56 +0200
Oggetto Procedura aperta e telematica per l'affidamento triennale della fornitura di prodotti (vari lotti) per la UOSD di Oculistica - Gara n. 8604506. LOTTO AGGIUDICATO N. 114


Gent.mi,

con riferimento alla procedura in oggetto, e in particolare al lotto aggiudicato n. 114, si prega di prendere visione della comunicazione in allegato e di voler dare un cortese riscontro in merito.

Grazie per la collaborazione

2.10.2024

Una ora f. quot. di
ma conferata -


A.O.R.N. "S. Anna e S. Sebastiano"
Caserta
Pasqualino De Marinis
Dirétto
Dipartimento Emergenza e Accettazione

Cordiali saluti

Luisa Verolino


Tender Office

luisa.verolino@alfaintes.it

Alfa Intes s.r.l.

Via Fratelli Bandiera N.C.C., Casoria (NA), Italy.

Tel. +39 081 584 60 60 – Fax. +39 081 195 27 067



Se non è proprio necessario, non stampare questa mail.

CONFIDENZIALE: Questo messaggio e gli eventuali allegati sono confidenziali e riservati. Se vi è stato recapitato per errore e non siete fra i destinatari elencati, siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente. Le informazioni contenute non devono essere mostrate ad altri, né utilizzate, memorizzate o copiate in qualsiasi forma

CONFIDENTIALITY: This e-mail and any attachments are confidential and may be privileged. If you are not a named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, use it for any purpose or store or copy the information in any medium.



Privo di virus. www.avast.com

Proposta Affiancamento Lente Intraoculare PN6AS con PU6AS.pdf
Scheda Tecnica.pdf



Casoria li, 26/09/2024

Spett/le
A.O. S. Anna e S. Sebastiano
Via Palasciano
81100 Caserta (CE)
P. Iva 02201130610


Oggetto: Procedura aperta e telematica per l'affidamento triennale della fornitura di prodotti (vari lotti) per la UOSD di Oculistica - Gara n. 8604506.
Proposta affiancamento lente intraoculare cod. "PU6AS".

Con la presente, in riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare alla lente aggiudicata al lotto n. 114 cod. "PN6AS", con deliberazione n. 603 del 23/03/2024, la sottoscritta Società propone in affiancamento la lente intraoculare PU6AS, dalle medesime caratteristiche tecniche, tranne che per il filtro giallo non presente in detta lente.

La lente "PU6AS" Vi sarà fornita alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione della lente "PN6AS".

In attesa di un Vs. riscontro in merito con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

In fede



ALFA INTES s.r.l.
L'Amministratore
Gelsomino Lucia

SCHEMA TECNICA


AVANSEE PRESET 3P PU6AS

Lente Acrilica Idrofoba Tre Pezzi FULL PRELOADED

Informazioni Generali

Prodotto	PU6AS + diottria
Produttore	Kowa Pharmaceutical CO. LTD - 4-14, 3 Chome, Nihonbashi-Honcho, CHOU-KU, Tokyo 103-8433, Giappone
Distributore Nazionale	Alfa Intes S.r.l., Via Fratelli Bandiera, n.c.c. - 80026 Casoria (NA), Italia
Destinazione d'Uso	Chirurgia della Cataratta
Ambito di Utilizzo	Uso Intraoperatorio Oftalmico
Codice CND	P030102090201
Numero di Repertorio	2102925

Standard di Riferimento	Conformità alla direttiva 93/42 CEE, UNI EN ISO:11979
Classe di Appartenenza	II b TUV Rheinland LGA Products GmbH, Organismo Notificato n°0197, certif. N. 12022-650
Data di Immissione in Commercio	19/05/2015
Confezionamento	Ogni lente è confezionata singolarmente in blister di PETG e TYVEK (confezionamento primario) ed in scatola di cartone (confezionamento secondario)
Tipologia di Prodotto	Dispositivo chirurgico in conformità alla normativa vigente
Compatibilità con Prodotti Disinfettanti e Soluzioni Acide/Basiche	Il prodotto può essere utilizzato in presenza di acido ialuronico e sostanza isotonica salina bilanciata Non deve, invece, venire a contatto con acidi o essere miscelato con altre sostanze.
Sterilizzazione e Validità Indicativa del Prodotto	Sterilizzato con GAS ETO (residui massa/giorno = 0.1mg) in conformità alla norma UNI EN ISO:11138 :1/2. Il prodotto non è risterilizzabile ed ha 60 mesi di validità dalla data della sterilizzazione e/o sino alla data di scadenza riportata sulla confezione.
Presenza di Lattice	No
Stoccaggio	Conservare a temperatura ambiente, in luogo asciutto, al riparo da umidità, raggi diretti del sole e fonti di calore e comunque entro i limiti indicati nel foglio illustrativo (compreso tra +5°C e +45°C)
Modalità di Smaltimento del Prodotto	Smaltire il prodotto, se non utilizzato o dopo l'utilizzo, mediante un apposito contenitore in plastica antitaglio, richiudibile ermeticamente, e rispettare le eventuali normative interne ospedaliere vigenti in materia di smaltimento di dispositivi medici taglienti, infetti o potenzialmente tali
Informazioni Riportate sulla Confezione	Numero di catalogo e di lotto, data di scadenza, numero di serie, tipo di sterilizzazione, stabilimento di produzione, marchio CE


PU6AS – AVANSEE PRESET
Caratteristiche Generali

Materiale di Costruzione	Lente intraoculare 3 pezzi monofocale, pieghevole, Polimero Acrilico idrofobo, asferica; con un grado di cross linking tale da impedire la formazione di microvacuoli d'acqua nella lente dopo l'impianto, il che rende la lente completamente "Glistening Free"
Contenuto di Acqua	< 2% a 25°C
Range Diottrico	da +6.0D a +10.0D (incrementi da 1.0D) da +10.0D a +30.0D (incrementi da 0.5D) Numero totale gamma diottrica: 45 diottrie
Iniettabile con Incisione	2,4 mm

Caratteristiche Ottica

Diametro Ottica	6.0mm
Diametro Totale	13.0mm
Geometria della Lente	Ottica Biconvessa, Square Edge 360°
Compensazione Asferica	-0.04 μm
Indice di Rifrazione	1,519 (35°)
Indice di Abbe	43.4
Filtro UV	Capacità filtrante fino a 800 nm
Costante A	118.6

Caratteristiche Anse

Materiale	Polyvinylideno fluoride (PVDF)
Colore	Blue
Angolazione	5°

Sistema Iniezione

Sistema "FULL PRELOADED" completamente precaricato composto da lente e sistema di iniezione in confezione sterile

Fw: Procedura aperta e telematica per l'affidamento triennale della fornitura di prodotti (vari lotti) per la UOSD di Oculistica - Gara n. 8604506. LOTTO AGGIUDICATO N. 114


Da provveditorato@ospedale.caserta.it <provveditorato@ospedale.caserta.it>
A oculistica <oculistica@ospedale.caserta.it>
Data martedì 1 ottobre 2024 - 13:10

Si trasmette in allegato la comunicazione della Ditta Alfa Intes, si chiede di esprimere parere in merito.

Un'altro le scritte tenuto nelle liste
offerte delle Ditta Alfa Intes PUGAS
in sostituzione delle fo' aggiudicate nelle
PUGAS (lotto n° 114 della 603 del 13/3/24), con
le pronte 2' decidere le esonerazioni' alle
_____ mese liste

U.O.C. Provveditorato ed Economato
AORN Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
Via Palasciano 81100 - Caserta - Tel. 0823/232462
e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it
PEC: provveditorato@ospedalecasertapec.it

Se fide


A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
U.O.C. Oculistica
Direttore f.f. Dott. Valerio Piccirillo
CE 05636


Da "Luisa Verolino" luisa@alfaintes.it
A provveditorato@ospedale.caserta.it
Cc accettazionefarmaci@ospedale.caserta.it
Data Thu, 26 Sep 2024 14:47:56 +0200
Oggetto Procedura aperta e telematica per l'affidamento triennale della fornitura di prodotti (vari lotti) per la UOSD di Oculistica - Gara n. 8604506. LOTTO AGGIUDICATO N. 114

Gent.mi,

con riferimento alla procedura in oggetto, e in particolare al lotto aggiudicato n. 114, si prega di prendere visione della comunicazione in allegato e di voler dare un cortese riscontro in merito.

Grazie per la collaborazione

2.10.2024
Nuova ora f. quest' di
ma confermata -


A.O.R.N. "S. Anna e S. Sebastiano"
Caserta
Pasqualino De Marinis
Direttore
Dipartimento Emergenza e Accettazione

Cordiali saluti

Luisa Verolino


Tender Office

luisa.verolino@alfaintes.it

Alfa Intes s.r.l.

Via Fratelli Bandiera N.C.C., Casoria (NA), Italy.

Tel. +39 081 584 60 60 – Fax. +39 081 195 27 067



Se non è proprio necessario, non stampare questa mail.

CONFIDENZIALE: Questo messaggio e gli eventuali allegati sono confidenziali e riservati. Se vi è stato recapitato per errore e non siete fra i destinatari elencati, siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente. Le informazioni contenute non devono essere mostrate ad altri, né utilizzate, memorizzate o copiate in qualsiasi forma

CONFIDENTIALITY: This e-mail and any attachments are confidential and may be privileged. If you are not a named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, use it for any purpose or store or copy the information in any medium.



Privo di virus. www.avast.com

Proposta Affiancamento Lente Intraoculare PN6AS con PU6AS.pdf
Scheda Tecnica.pdf

Casoria lì, 26/09/2024

Spett/le
A.O. S. Anna e S. Sebastiano
Via Palasciano
81100 Caserta (CE)
P. Iva 02201130610


Oggetto: Procedura aperta e telematica per l'affidamento triennale della fornitura di prodotti (vari lotti) per la UOSD di Oculistica - Gara n. 8604506.
Proposta affiancamento lente intraoculare cod. "PU6AS".

Con la presente, in riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare alla lente aggiudicata al lotto n. 114 cod. "PN6AS", con deliberazione n. 603 del 23/03/2024, la sottoscritta Società propone in affiancamento la lente intraoculare PU6AS, dalle medesime caratteristiche tecniche, tranne che per il filtro giallo non presente in detta lente.

La lente "PU6AS" Vi sarà fornita alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione della lente "PN6AS".

In attesa di un Vs. riscontro in merito con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

In fede



ALFA INTES s.r.l.
L'Amministratore
Gelsomino Lucia

SCHEDA TECNICA


AVANSEE PRESET 3P PU6AS

Lente Acrilica Idrofoba Tre Pezzi FULL PRELOADED

Informazioni Generali

Prodotto	PU6AS + diottria
Produttore	Kowa Pharmaceutical CO. LTD – 4-14, 3 Chome, Nihonbashi-Honcho, CHOU-KU, Tokyo 103-8433, Giappone
Distributore Nazionale	Alfa Intes S.r.l., Via Fratelli Bandiera, n.c.c. - 80026 Casoria (NA), Italia
Destinazione d'Uso	Chirurgia della Cataratta
Ambito di Utilizzo	Uso Intraoperatorio Oftalmico
Codice CND	P030102090201
Numero di Repertorio	2102925

Standard di Riferimento	Conformità alla direttiva 93/42 CEE, UNI EN ISO:11979
Classe di Appartenenza	II b TUV Rheinland LGA Products GmbH, Organismo Notificato n°0197, certif. N. 12022-650
Data di Immissione in Commercio	19/05/2015
Confezionamento	Ogni lente è confezionata singolarmente in blister di PETG e TYVEK (confezionamento primario) ed in scatola di cartone (confezionamento secondario)
Tipologia di Prodotto	Dispositivo chirurgico in conformità alla normativa vigente
Compatibilità con Prodotti Disinfettanti e Soluzioni Acide/Basiche	Il prodotto può essere utilizzato in presenza di acido ialuronico e sostanza isotonica salina bilanciata Non deve, invece, venire a contatto con acidi o essere miscelato con altre sostanze.
Sterilizzazione e Validità Indicativa del Prodotto	Sterilizzato con GAS ETO (residui massa/giorno = 0.1mg) in conformità alla norma UNI EN ISO:11138 :1/2. Il prodotto <u>non</u> è risterilizzabile ed ha 60 mesi di validità dalla data della sterilizzazione e/o sino alla data di scadenza riportata sulla confezione.
Presenza di Lattice	No
Stoccaggio	Conservare a temperatura ambiente, in luogo asciutto, al riparo da umidità, raggi diretti del sole e fonti di calore e comunque entro i limiti indicati nel foglio illustrativo (compreso tra +5°C e +45°C)
Modalità di Smaltimento del Prodotto	Smaltire il prodotto, se non utilizzato o dopo l'utilizzo, mediante un apposito contenitore in plastica antitaglio, richiudibile ermeticamente, e rispettare le eventuali normative interne ospedaliere vigenti in materia di smaltimento di dispositivi medici taglienti, infetti o potenzialmente tali
Informazioni Riportate sulla Confezione	Numero di catalogo e di lotto, data di scadenza, numero di serie, tipo di sterilizzazione, stabilimento di produzione, marchio CE


PU6AS – AVANSEE PRESET
Caratteristiche Generali

Materiale di Costruzione	Lente intraoculare 3 pezzi monofocale, pieghevole, Polimero Acrilico idrofobo, asferica; con un grado di cross linking tale da impedire la formazione di microvacuoli d'acqua nella lente dopo l'impianto, il che rende la lente completamente "Glistening Free"
Contenuto di Acqua	< 2% a 25°C
Range Diottrico	da +6.0D a +10.0D (incrementi da 1.0D) da +10.0D a +30.0D (incrementi da 0.5D) Numero totale gamma diottrica: 45 diottrie
Iniettabile con Incisione	2,4 mm

Caratteristiche Ottica

Diametro Ottica	6.0mm
Diametro Totale	13.0mm
Geometria della Lente	Ottica Biconvessa, Square Edge 360°
Compensazione Asferica	-0.04 µm
Indice di Rifrazione	1,519 (35°)
Indice di Abbe	43.4
Filtro UV	Capacità filtrante fino a 800 nm
Costante A	118.6

Caratteristiche Anse

Materiale	Polyvinylidenofluoride (PVDF)
Colore	Blue
Angolazione	5°

Sistema Iniezione

Sistema "FULL PRELOADED" completamente precaricato composto da lente e sistema di iniezione in confezione sterile

