



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 218 del 19/02/2026

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA “RDO – TRATTATIVA DIRETTA” PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CATETERI DIAGNOSTICI DA DESTINARE ALLA UOSD NEURORADIOLOGIA - INDIZIONE

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 19/02/2026 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano

Oggetto: PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA "RDO – TRATTATIVA DIRETTA" PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CATETERI DIAGNOSTICI DA DESTINARE ALLA UOSD NEURORADIOLOGIA - INDIZIONE

Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso

- **che** il Responsabile della UOSD Neuroradiologia, Dott. Luigi Della Gatta, (Prot. n. 723/2025 – allegato 1), nel rinviare alla procedura aperta e telematica per la fornitura pluriennale di dispositivi medici destinati alla stessa UOSD (Cfr. Deliberazione del D.G. 50/2025 - lotti 166), ha richiesto al Servizio scrivente la fornitura urgente di cateteri diagnostici idrofilici in Nylon per un quantitativo semestrale (150 pz) rideterminato in n. 50 pezzi, sulla base del fabbisogno riferito alla gara in itinere;
- **che** in data 12/01/2026, la richiesta *de qua* è stata autorizzata dalla Direzione Sanitaria Aziendale, come emerge dalla consultazione del protocollo informatico in uso;

Dato atto

- **che** dispositivo in parola è presente al lotto n. 29 del fabbisogno approvato in sede di indizione (Cfr. Del. citata);
- **che** alla data odierna (19/02/2026) è in corso la verifica della regolare composizione della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte partecipanti da parte della Commissione giudicatrice, costituita da professionalità interne e designata con Deliberazione del DG n. 18/2026, da intendersi qui come integralmente trascritta; tanto come emerge dalla piattaforma Siaps;

Precisato

- che** l’importo presunto della spesa a farsi ammonta ad € 3.500,00 Iva esclusa, determinato sulla base di un’indagine ufficiosa di mercato;

Considerato

- che il precitato Responsabile nel formulare la richiesta in questione, ha rinviato alla summenzionata procedura di gara, segnalando con annotazione in calce alla stessa (già allegato n.1) l’esigenza di disporre dei cateteri *de quibus*, perché utilizzati per procedure diagnostiche di base propedeutici ad eventuali trattamenti;
- **che** per quanto al punto precedente, occorre approvvigionarsi medio – tempore sì da soddisfare le esigenze clinico – assistenziale della UOSD richiedente;

Visti

Determinazione Dirigenziale

- l'art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, il quale dispone che gli Enti del SSN sono obbligati ad utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP e che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

- gli artt. 25, comma 1 lett.b) e 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, di indire una procedura di gara sulla piattaforma MEPA per l'affidamento (art 108, comma 3, D.Lgs n.36/2023 e s.m.i) della fornitura semestrale di n. 50 cateteri diagnostici idrofilici in Nylon da destinare alla UOSD Neuroradiologia, tanto per l'importo complessivo presunto di € 3.500,00 IVA esclusa;

Attestata la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DETERMINA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

Indire una procedura telematica sulla piattaforma MEPA finalizzata all'affidamento della fornitura semestrale di n. 50 cateteri diagnostici idrofilici in Nylon secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art. 108, co. 3, del D. Lgs. n. 36/2023), per l'importo complessivo presunto di € 3.500,00 IVA esclusa;

Approvare la documentazione di gara (agli atti) sopra elencata, predisposta dalla UOC Provveditorato ed Economato;

Prendere atto che i costi effettivi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie ai competenti conti di bilancio;

Prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

Prevedere, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

Nominare Rup ex art.15 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. il Dott. Roberto Delfino, Responsabile U.O.S. Gare e Contratti;

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Farmacia Ospedaliera, al Dipartimento dei Servizi Sanitari ed alla UOSD Neuroradiologia.

Il funzionario
Dott.ssa Antonella De Icco

Il Direttore
UOC Provveditorato - Economato
Dr.ssa Teresa Capobianco
(f.to Digitalmente)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

12/01/2026 09.08-20260000723*



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

**Dipartimento dei Servizi
 Sanitari**

Direttore f.f. Dott. Arnolfo
 Petruzzello

UOSD: Neuroradiologia

Dott. Flavio Barchetti
 Dott. Luigi Della Gatta
 Dott. Angela Sardaro

Tel +39 0823 232263

Coordinatore TSRM

Dott.ssa Assunta Santoro
 Tel: +39 0823 232262

Alla Direzione Sanitaria
 Al Dipartimento dei Servizi Sanitari
 Al Provveditorato
 Alla Farmacia
 e P.C.
 Alla Direzione Amministrativa

OGGETTO: richiesta acquisizione DM per Neuroradiologia

Nelle more dell'espletamento della gara dei DM per la UOSD di Neuroradiologia si richiede l'acquisizione di cateteri diagnostici cui segue descrizione tecnica:

Cateteri diagnostici idrofilici in Nylon armato 4 e 5 Fr lunghezza da 100 a 125cm di differenti formati (Vert, Sim2, H1, Straight) compatibili con guide idrofiliche 0.038" e pressione massima supportata di circa 1200 psi.

Il fabbisogno per 6 mesi potrebbe essere di 150 unità.

Caserta, 12/1/26

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
 U.O.S.D. Neuroradiologia
 Responsabile: Dott. Luigi Della Gatta
 CE/6715

*I cateteri richiesti sono necessari
 per effettuare procedure diagnostiche
 e interventive di base per le quali è
 necessario l'uso di cateteri.*

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
 U.O.S.D. Neuroradiologia
 Responsabile: Dott. Luigi Della Gatta
 CE/6715