



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

---

**Determina Dirigenziale N. 354 del 23/03/2026**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA “RDO - CONFRONTO DI PREVENTIVI” – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI GREMBIULI CHIRURGICI IDROREPELLENTI DA DESTINARE A DIVERSE UNITA’ OPERATIVE - INDIZIONE**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 23/03/2026 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore ad interim Luigia Infante**

**ELENCO FIRMATARI**

*Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano*

**Oggetto:** PROCEDURA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA "RDO - CONFRONTO DI PREVENTIVI"  
– PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI GREMBIULI CHIRURGICI  
IDROREPELLENTI DA DESTINARE A DIVERSE UNITA’ OPERATIVE - INDIZIONE

**IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

**Premesso**

- **che** la Referente della UOSD Sale Operatorie e T.I.P.O, Dott.ssa Carmela Marsicano, con nota prot. n. 39248/2025 (allegato n.1) indirizzata anche alla UOC scrivente ha richiesto – tra l’altro - la fornitura di grembiuli chirurgici idrorepellenti;
- **che** la UOC Provveditorato ed Economato, sulla base di tale richiesta, ha comunicato anche all’OSOIS (Prot. n. 39708/2025 – allegato n. 2) che *“previa indicazione del fabbisogno già richiesto”* alla stessa UOC *“è in fase di predisposizione procedura di gara a copertura di un fabbisogno medio tempore”*, sollecitando susseguentemente (mail del 19/12/2025 – allegato n. 3) il riscontro onde procedere alla indizione della procedura di gara;
- **che** il Direttore della UOC Organizzazione dei Servizi e Igiene Sanitaria, Dott. Alfredo Matano, e il Dirigente delle Professioni Sanitarie SITRA, Dott. Antonio Meles, (Prot. n. 936/2026 - allegato n. 4 e Prot. n. 5694/2026 - allegato n. 5) hanno trasmesso, tra l’altro, il fabbisogno annuale della fornitura di grembiuli chirurgici idrorepellenti pari a n. 16.300, suddiviso tra le diverse Unità Operative dell’AORN, e le specifiche caratteristiche tecniche;
- **che** l’importo presunto complessivo della spesa a farsi ammonta ad € 27.710,00 IVA esclusa;

**Rilevato**

- **che** l’Ufficio deputato all’istruttoria preliminare, ha predisposto la documentazione di gara, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dalle succitate professionalità;

**Visti**

- l’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, il quale dispone che gli Enti del SSN sono obbligati ad utilizzare, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP e che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- gli artt. 25, 50 comma 1 lett.b ) e 108 comma 3 - del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**Ritenuto pertanto**

- di indire una procedura telematica sulla piattaforma MEPA finalizzata all’affidamento della fornitura annuale di n. 16.300 grembiuli chirurgici idrorepellenti da destinare alle diverse Unità Operative dell’AORN - secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art. 108, co. 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i) - per l’importo complessivo presunto di € 27.710,00 IVA esclusa;

**Attestata** la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro “diffusione”, e dichiarato di aver valutato la

*Determinazione Dirigenziale*

rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

#### DETERMINA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

**Indire** una procedura telematica sulla piattaforma MEPA finalizzata all'affidamento della fornitura annuale di n. 16.300 grembiuli chirurgici idrorepellenti da destinare alle diverse UU.OO. dell'AORN - secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art. 108, co. 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e smi) - per l'importo complessivo presunto di € 27.710,00 IVA esclusa;

**Approvare** la documentazione di gara (agli atti), predisposta dalla UOC Provveditorato ed Economato;

**Prendere atto** che i costi effettivi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC Gestione Risorse Economico Finanziarie ai competenti conti di bilancio;

**Prevedere** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

**Prevedere**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

**Nominare** Rup ex art.15 del D.Lgs n. 36/2023 e smi. il Dott. Roberto Delfino, Responsabile U.O.S. Gare e Contratti;

**Trasmettere** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, e alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria (OSOIS), al Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale (SITRA) e al Magazzino Generale.

L'estensore

**Dott.ssa Rosa Improda**

**Il Responsabile**

**U.O.S. Gare e Contratti**

*Dott. Roberto Delfino*

**IL DIRETTORE**

**U.O.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

*Dott.ssa Teresa Capobianco*  
(f.to Digitalmente)

*Determinazione Dirigenziale*



*REGIONE CAMPANIA*  
*AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE*  
***"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"***  
*CASERTA*

---

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

U.O.S.D. SALE OPERATORIE E T.I.P.O.

All'UOC Provveditorato ed Economato

Direttore Dr.ssa Teresa Capobianco

p.c. Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Giordano

Direttore UOC Organizzazione dei Servizi Ospedalieri

e Igiene Ospedaliera

Dr. Alfredo Matano

Oggetto: carenza/assenza dispositivi medici

Come da nota in oggetto si rende noto che ormai da diverso tempo il magazzino generale risulta sprovvisto dei seguenti dispositivi indispensabili per il corretto svolgimento delle attività chirurgiche e assistenziali:

- Guanti chirurgici monouso in filo di cotone mis.7 e ½ e mis.8
- Grembiuli chirurgici idrorepellenti
- Copertine termiche per il riscaldamento pazienti
- Tappetini assorbenti
- Lame monouso per tricotomo elettrico

Certi di un vostro tempestivo riscontro  
Si porgono distinti saluti.

Caserta 16/12//2025

La Referente UOSD Sale Operatorie e  
T.I.P.O.

Dr.ssa Carmela Marsicano

San Sebastiano - Caserta  
S.U. Sale Operatorie e T.I.P.O.  
B080801



ALLEGATO 2

**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

Alla Referente UOSD Sale Operatorie e T.I.P.O.  
Dott.ssa Carmela Marsicano

e p.c.

Al Direttore Sanitario  
Dott. Vincenzo Giordano

Al Direttore UOC Organizzazione dei  
Servizi Ospedalieri e Igiene Ospedaliera  
Dott. Alfredo Matano

LL.SS.

**OGGETTO: Carenza/assenza dispositivi medici – riscontro nota Prot. n. 39248/2025**

In riferimento alla nota di cui in oggetto, si rappresenta quanto segue:

- Copertine termiche: previo rilascio di autorizzazione della Soresa spa (riscontro a nota Prot. n.PI126025-25) è stata indetta procedura di gara in data 12/12/2025 (RDO n.5911846/2025) con scadenza offerte in data 19/12/2025
- Tappetini assorbenti: è stata aggiudicata procedura di gara per n.3.000 tappetini assorbenti (Det. n. 915 del 02/10/2024) per le esigenze della UOSD Sale Operatorie con contratto e relativo ordine effettuato; inoltre a seguito di richiesta pervenuta dalla UOC Day Surgery (cfr. Protocollo n.31916/2025 e mail del 16/10/2025) per un quantitativo pari a n. 1.500 tappetini, lo scrivente Servizio ha richiesto alla UOC OSOIS (mail del 16/10/2025 – in allegato) di fornire il fabbisogno di tappetini per varie aree (incluso sale operatorie) al fine di evitare la frammentazione degli acquisti; non avendo avuto riscontro si è proceduto ad indire nuova procedura di gara per la sola unità richiedente UOC Day Surgery procedendo all'aggiudicazione della stessa con Det. n. 1235 del 16/12/2025
- Guanti chirurgici monouso e grembiuli chirurgici idrorepellenti: vista la giacenza residua presente in magazzino, previa indicazione del fabbisogno già richiesto ad OSOIS, è in fase di predisposizione procedura di gara a copertura di un fabbisogno medio tempore
- Lame monouso per tricotomo elettrico: è stata effettuata procedura di gara su piattaforma MEPA (Rdo n. 5792624/2025) a soddisfacimento di un fabbisogno annuale (stipulato Contratto n.4600544664 ed effettuato Ordine n.34034017 in data 10/12/2025) DD

Si porgono distinti saluti

Il Responsabile UOS Gare e Contratti

Dott. Roberto Delfino

Il Direttore

Dott.ssa Teresa Capobianco

**Oggetto:** I: GREMBIULI CHIRURGICI IDROREPELLENTI + GUANTI CHIRURGICI MONOUSO

**Mittente:** <programmazione@ospedale.caserta.it>

**Data:** 09/03/2026, 10:56

**A:** <provveditorato@ospedale.caserta.it>

ALLEGATO 3

**Da:** [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it) [mailto:[provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)]

**Inviato:** venerdì 19 dicembre 2025 11:37

**A:** [programmazione@ospedale.caserta.it](mailto:programmazione@ospedale.caserta.it)

**Oggetto:** GREMBIULI CHIRURGICI IDROREPELLENTI + GUANTI CHIRURGICI MONOUSO

**Priorità:** Alta

In riferimento all'oggetto e stante la disponibilità residua presente in magazzino,

si resta in attesa del relativo fabbisogno al fine di procedere con sollecitudine ad indizione di procedura di gara.

In particolare risulta utile segnalare che in merito ai GREMBIULI CHIRURGICI IDROREPELLENTI l'ultima aggiudicazione risale al 2019 (cfr. Delib. 393/2019 - prodotti per uso comune per sale operatorie)

con un quantitativo pari a n. 25.500 utilizzato dal maggio 2019 fino ad oggi (circa 6,5 anni)

Si resta in attesa di urgente riscontro

Cordialmente

Dott. Roberto Delfino

ALLEGATO 3

U.O.C. Provveditorato ed Economato

AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta

Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232462

e-mail: [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)

PEC: [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it)



ALLEGATO 2

**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

**Al Direttore UOC Provveditorato**  
**ed Economato**

**Oggetto:** Fabbisogno grembiuli chirurgici idrorepellenti e guanti chirurgici monouso – riscontro vs. mail del 19.12.2025.

In riscontro a quanto richiesto dalla S.V. con mail del 19.12.2025, si trasmette, in allegato alla presente, il fabbisogno dei grembiuli chirurgici idrorepellenti e dei guanti chirurgici monouso per Dipartimento.

Alla richiesta si allega anche il fabbisogno di: copertine termiche, tappeti assorbenti e lame tricotomo.

**Il Dirigente delle Professioni Sanitarie**

**Dott. Antonio Meles**

**Il Direttore UOC Organizzazione dei  
Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria**  
**Dott. Alfredo Milano**

| Dipartimento DEA   |                                                             |                    |                |                                                                  |                                     |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Unità Operativa    | copertine termiche                                          | tappeti assorbenti | lame tricotomo | guanti chirurgici monouso                                        | grembiuli chirurgici idrorepellenti |  |
| Rianimazione       | 700                                                         | 0                  | 600            | 6-450; 6,5 -4350 ; 7- 2450; 7 5800; 8- 2350; 8,5 - 250           | 0                                   |  |
| sala operatoria    | Arti superiori 1000; arti inferiori 1500; corpo intero 1500 | 5000               | 2000           | 6-8.000; 6,5 -8000 ; 7- 8000; 7,5- 160000; 8- 16000; 8,5 - 10000 | 2400                                |  |
| medicina d'urgenza | 0                                                           | 0                  | 400            | 6,5 - 1000; 7- 2500; 7,5- 2500; 8- 2500; 8,5 - 1000              | 1500                                |  |
| ortopedia          | 0                                                           | 1850               | 1000           | 7 - 1000; 7,5- 3000; 8- 1000;                                    | 1500                                |  |
| pronto soccorso    | 300                                                         | 0                  | 300            | 7 -80.000; 7,5 - 100.000; 8 - 80.000; 8,5 - 80.000               | 0                                   |  |

| Dipartimento Onco-Ematologico          |                    |                    |                |                                                            |                                     |  |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Unità Operativa                        | copertine termiche | tappeti assorbenti | lame tricotomo | guanti chirurgici monouso                                  | grembiuli chirurgici idrorepellenti |  |
| Ematologia                             | 0                  | 0                  | 200            | 6-500; 6,5 - 1000; 7- 1500; 7,5- 1500; 8- 1000; 8,5 - 1000 | 0                                   |  |
| DH oncologico                          | 0                  | 0                  | 0              | 6,5 - 1000; 7- 2500; 7,5- 2500; 8- 2500; 8,5 - 1000        | 0                                   |  |
| Dipartimento della Donna e del Bambino |                    |                    |                |                                                            |                                     |  |
| Unità Operativa                        | copertine termiche | tappeti assorbenti | lame tricotomo | guanti chirurgici monouso                                  | grembiuli chirurgici idrorepellenti |  |
| Neonatologia TIN                       | 0                  | 0                  | 100            | 6-600; 6,5 - 600; 7- 600; 7,5- 600; 8- 600; 8,5 - 600      | 0                                   |  |
| Pediatria                              | 0                  | 0                  | 0              | 6,5 - 300; 7- 300; 7,5- 300; 8- 300;                       | 0                                   |  |
| Ostetricia                             | 0                  | 0                  | 300            | 6,5 - 2700; 7- 2700; 7,5- 3000; 8- 1500; 8,5 - 1500        | 0                                   |  |

|             |     |      |     |                                                                  |      |  |
|-------------|-----|------|-----|------------------------------------------------------------------|------|--|
| Sala Parto  | 700 | 1200 | 400 | 6 - 2700; 6,5 - 2700; 7 - 2700; 7,5 - 3000; 8 - 1500; 8,5 - 1500 | 2000 |  |
| Ginecologia | 0   | 0    | 300 | 6,5 - 500; 7 - 1500; 7,5 - 2500; 8 - 1500;                       | 0    |  |

**Dipartimento Scienze Chirurgiche**

| Unità Operativa    | copertine termiche | tappeti assorbenti | lame tricotomo | guanti chirurgici monouso                                                      | grembiuli chirurgici idrorepellenti |  |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Ch Gen e d'Urgenza | 0                  |                    | 1600           | 6,5 - 2000; 7 - 2650; 7,5 - 2650; 8 - 2650; 8,5 - 2650                         |                                     |  |
| Ch Gen Oncologica  | 0                  | 0                  | 1000           | 7 - 1000; 7,5 - 1000; 8 - 1000; 8 - 7 - 5000; 7,5 - 5000; 8 - 2000; 8,5 - 1000 |                                     |  |
| Urologia           | 200                | 1200               | 500            | 6,5 - 2650; 7 - 11000; 7,5 - 11000; 8 - 11000; 8,5 - 11000                     | 1000                                |  |
| Day Surgery        | 0                  | 3000               | 5000           |                                                                                | 1000                                |  |

**Dipartimento Testa Collo**

| Unità Operativa     | copertine termiche | tappeti assorbenti | lame tricotomo | guanti chirurgici monouso                              | grembiuli chirurgici idrorepellenti |  |
|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Neurochirurgia      | 0                  | 0                  | 400            | 6,5 - 2500; 7 - 2500; 7,5 - 2500; 8 - 2000; 8,5 - 1000 | 1600                                |  |
| Otorino             | 0                  | 0                  | 300            | 1000/6,5 2500/7 2500/7,5 2500/8 1000/8,5               |                                     |  |
| Oculistica          | 0                  | 0                  | 0              | 0                                                      | 0                                   |  |
| Ch Maxillo Facciale | 0                  | 0                  | 500            | 2000/6,5 5000/7 4000/8                                 |                                     |  |

**Dipartimento Scienze Mediche**


| Unità Operativa    | copertine termiche | tappeti assorbenti | lame tricotomo | guanti chirurgici monouso                                | grembiuli chirurgici idrorepellenti |  |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Nefrologia Dialisi | 0                  | 50                 | 200            | 100/6 1000/6,5 500/7 100/7,5 500/6,5 500/7 500/7,5 500/8 | 300                                 |  |
| Gastro             | 5                  | 0                  | 300            | 6,5 - 200; 7 - 200; 7,5 - 200; 8 - 100; 8,5 - 100        | 1500                                |  |
| Endoscopia         | 0                  | 300                | 0              |                                                          | 0                                   |  |
| Pneumologia        | 0                  | 0                  | 500            | 800                                                      |                                     |  |

|                    |    |    |     |                               |     |
|--------------------|----|----|-----|-------------------------------|-----|
| Medicina Generale  | 10 | 50 | 100 | 1000/7,5 500/7                |     |
| Reumatologia       | 0  | 0  | 0   | 300/6,5 300/8                 | 100 |
| Geriatría          | 10 | 30 | 200 | 2000/8                        | 0   |
| Satte              | 0  | 0  | 0   | 0                             | 400 |
| Neurología STROKE  | 15 | 50 | 300 | 500/6,5 500/7 500/7,5 500/7,5 |     |
| Malattie infettive |    |    |     | 500                           |     |

| Dipartimento dei Servizi |                    |                    |                |                               |                                     |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Unità Operativa          | copertine termiche | tappeti assorbenti | lame tricotomo | guanti chirurgici monouso     | grembiuli chirurgici idrorepellenti |
| Neuroradiologia          |                    |                    | 500            | 6-1000-7 1000-7,5 1000 8 1000 | 1500                                |
| Angioradiologia          |                    |                    | 500            | 6-1000-7 1000-7,5 1000 8 1000 | 1500                                |

| Dipartimento Cardiologico |                    |                    |                |                                                      |                                     |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Unità Operativa           | copertine termiche | tappeti assorbenti | lame tricotomo | guanti chirurgici monouso                            | grembiuli chirurgici idrorepellenti |
| Cardiochirurgia rep       | 0                  | 0                  | 1800           | 6,5 - 500; 7-500; 7,5-500; 8-500; 8,5-300            | 0                                   |
| CCH S.O.                  | 0                  | 0                  | 1200           | 6-2000; 6,5-2000; 7-5000; 7,5-6500; 8-2000; 8,5-1000 | 0                                   |
| UTC                       | 0                  | 0                  | 4000           | 6,5-300; 7-400; 7,5-600; 8-600; 8,5-300              | 0                                   |
| Card. Interv.             | 0                  | 0                  | 1200           | 6-2000; 6,5-2000; 7-5000; 7,5-6500; 8-2000; 8,5-1000 | 0                                   |
| T.I.C.C.H                 | 15000              | 0                  | 2000           | 6-1000; 6,5-2000; 7-2500; 7,5-2500; 8-1000; 8,5-1000 |                                     |
| Card. Universitaria +1    | 0                  | 0                  | 7000           | 6-150; 7-400; 7,5-400; 8-500; 8,5-200                | 0                                   |
| Card. Universitaria -1    | 0                  | 0                  | 1000           | 6,5-300; 7-400; 7,5-600; 8-500;                      |                                     |
| Ch. Vascolare             | 0                  | 0                  |                | 500;                                                 |                                     |

\*18/02/2026 16.10-20260005694\*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

ALL' GATO 5

Al Direttore UOC Provveditorato ed  
Economato

**Oggetto: specifiche tecniche grembiuli chirurgici monouso**

In relazione alla Vs. richiesta in merito alle caratteristiche tecniche della fornitura di cui in oggetto, di seguito si trasmettono le specifiche tecniche relative.

**1. Oggetto della fornitura**

La presente nota definisce le **specifiche tecniche, i requisiti di sicurezza, le caratteristiche costruttive e le taglie** relative a:

- **Grembiuli chirurgici monouso**

I dispositivi sono destinati all'utilizzo da parte degli **operatori sanitari** in ambito ospedaliero per attività clinico-assistenziali e procedure a rischio biologico.

**2. Riferimenti normativi**

I dispositivi devono essere conformi alle normative europee e nazionali vigenti:

- **Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)** – Dispositivi Medici
- **Regolamento (UE) 2016/425** – DPI (ove applicabile per protezione operatore)
- **D.Lgs. 81/2008** – Sicurezza sul lavoro
- **UNI EN 13795** – Indumenti chirurgici e teli
- **UNI EN ISO 13688** – Requisiti generali indumenti protettivi
- **UNI EN ISO 374** – Protezione contro rischi chimici e microrganismi (se DPI)
- **ISO 13485** – Sistema qualità del fabbricante
- **Marcatura CE obbligatoria**

**SEZIONE A – GREMBIULI CHIRURGICI MONOUSO**

**A.1 Destinazione d'uso**

Protezione dell'operatore sanitario contro contaminazioni biologiche e fluidi durante procedure cliniche, medicazioni, assistenza a pazienti e attività in ambienti a rischio.

## A.2 Specifiche tecniche materiali

| Caratteristica          | Requisito tecnico                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Materiale               | TNT in polipropilene (PP)                                     |
| Grammatura              | $\geq 25 \text{ g/m}^2$ (PP) o spessore $\geq 20$ micron (PE) |
| Impermeabilità          | Resistente alla penetrazione di liquidi biologici             |
| Barriera microbiologica | Conforme a EN 14126 (livello base)                            |
| Traspirabilità          | Adeguate per utilizzo prolungato                              |
| Latex free              | Obbligatorio                                                  |
| Atossicità              | Materiali anallergici e non citotossici                       |

## A.3 Caratteristiche costruttive

- Modello con pectorina e lacci in vita

## A.4 Taglie grembiuli

- Dimensione 80-120 cm (taglia unica)

## 3. Requisiti di sicurezza

I dispositivi devono garantire:

- ✓ Barriera efficace contro agenti biologici
- ✓ Riduzione del rischio di contaminazione crociata
- ✓ Assenza di sostanze tossiche
- ✓ Comfort e sensibilità tattile adeguata
- ✓ Ridotto rischio allergico

## 4. Conclusioni

La fornitura dovrà assicurare **dispositivi certificati, sicuri e conformi alle normative**, idonei all'impiego ospedaliero quotidiano in diversi contesti assistenziali e chirurgici.

Il Dirigente delle Professioni Sanitarie S.I.T.R.A.  
dott. Antonio Meles

Il Direttore UOC Organizzazione dei Servizi  
Ospedalieri e Igiene Sanitaria  
dott. Alfredo Marino