



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 684 del 28/05/2026

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: PROCEDURA MEPA “RDO-CONFRONTO DI PREVENTIVI” PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FORNITURA DI LAME MONOUSO COMPATIBILI CON VIDEOLARINGOSCOPIO GLIDESCOPE AVL PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO. SANITARIE - INDIZIONE

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 28/05/2026 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasquale Cecere

Oggetto: PROCEDURA MEPA "RDO-CONFRONTO DI PREVENTIVI" PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FORNITURA DI LAME MONOUSO COMPATIBILI CON VIDEOLARINGOSCOPIO GLIDESCOPE AVL PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO. SANITARIE - INDIZIONE

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO - ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i

Premesso

- **che** i Direttori delle UU.OO.CC. Anestesia e Rianimazione (prot.n. 2940/2026 - Allegato n. 1), Day Surgery Polispecialistica e a Ricovero Breve (Prot. n. 33407/2025 – 35028/2025 - Allegato n. 2) unitamente al Referente della UOSD Sale Operatorie (Prot. n. 34469/2025 – Allegato n. 3) hanno richiesto al Servizio scrivente l'acquisto di lame monouso compatibili con videolaringoscopio GLIDESCOPE AVL, in dotazione alle stesse;
- **che** la Direzione Sanitaria aziendale, ha validato l'acquisto a farsi, giusta consultazione del protocollo informatico in uso;
- **che** in data 14/04/2026, il Rup. Dott. Roberto Delfino, Responsabile UOS Gare e Contratti, ha attivato - sulla piattaforma SIAPS - indagine di mercato (Registro di sistema PI055161-26-Fascicolo di sistema FE020958) volta ad individuare gli OO.EE. interessati a partecipare alla procedura a farsi, fissando al contempo la data per la presentazione - tramite pec - delle candidature (24/04/2026 alle ore 12:00);

Dato atto

- **che** entro il suddetto termine, sono pervenute – a mezzo pec – le candidature degli OO.EE. M.G. Lorenzatto S.r.l. e F.A.D. S.r.l. ;
- **che** entro lo stesso termine, è pervenuta - tramite la piattaforma Siaps - la candidatura dell'O.E. AMBU S.r.l.;

Visto

- **il** paragrafo 6 della documentazione di gara (Manifestazione di interesse) che recita "*Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungano almeno il numero minimo di 5, ai sensi dell'art. 50 c. 2, l'Amministrazione si riserva di invitare al confronto competitivo operatori economici ulteriori rispetto a quelli che hanno presentato validamente la propria manifestazione di interesse, purché in possesso dei requisiti di partecipazione previsti*";

Atteso

- **che** nel termine prefissato sono state presentate n.2 candidature, radicandosi il presupposto per avvalersi della riserva ad integrare il suddetto numero minimo (Cfr paragrafo 6 cit.);
- **che** pertanto è stato possibile considerare l'istanza correlata alla candidatura pervenuta sulla piattaforma Siaps;

Rilevato

Determinazione Dirigenziale

- **che** il Seggio di gara, all'uopo costituito, con verbale n.1 del 11/05/2026 (Allegato n. 4) ha proceduto alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dai tre OO.EE. candidatisi, risultata regolare con conseguente ammissione di essi alla procedura;
- **che** di tanto è stata data anche informativa sulla piattaforma Siaps.;

Precisato

- **che** l'importo complessivo presunto dell'acquisizione a farsi ammonta ad € 80.000,00 Iva esclusa, determinato sulla base dei prezzi di mercato;

Rilevato

- **che** l'Ufficio deputato all'istruttoria preliminare, sulla base delle specifiche tecniche già prefissate dalle Strutture richiedenti, ha predisposto la documentazione di gara (agli atti);

Visti

- l'art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. n.95/2012, convertito in L. n.135/2012 e s.m.i., il quale dispone che gli Enti del SSN sono obbligati ad utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP e che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- gli artt. 25, 50 comma 1 lett. b) e 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Ritenuto

- **di** indire - sulla base degli esiti della consultazione preliminare di mercato effettuata sulla piattaforma Siaps - una procedura di gara telematica (RdO / Confronto di Preventivi) nei confronti di n.3 OO.EE. regolarmente candidatisi per l'affidamento (ex art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) della fornitura di lame monouso compatibili con videolarinoscopio Glidescope AVL da destinare a varie UU.OO. sanitarie e per l'importo complessivo presunto di € 80.000,00 Iva esclusa;

Attestata la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DETERMINA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

Indire - sulla base degli esiti della consultazione preliminare di mercato effettuata sulla piattaforma Siaps - una procedura di gara telematica (RdO / Confronto di Preventivi) nei confronti dei n. 3 OO.EE. regolarmente candidatisi per l'affidamento (ex art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) della fornitura di lame monouso compatibili con

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

videolarinoscopio Glidescope AVL da destinare a varie UU.OO. sanitarie e per l'importo complessivo presunto di € 80.000,00 Iva esclusa;

Prendere atto che i costi effettivi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione e saranno imputati dalla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie al competente conto di bilancio;

Prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

Prevedere, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora la So.Re.Sa. S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analogo convenzione/accordo quadro centralizzato;

Confermare RUP ex art. 15 del D. Lgs. n. 36/12023 e s.m.i. il Dott. Roberto Delfino, Responsabile U.O.S. Gare e Contratti;

Notificare il presente atto alle Ditte regolarmente candidate;

Trasmettere copia dello stesso al Collegio Sindacale, come per legge, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Anestesia e Rianimazione, Day Surgery Polispecialistica e a Ricovero Breve, alla UOSD Sale Operatorie, oltreché ai Dipartimenti di Scienze Chirurgiche ed Emergenza e Accettazione per quanto di rispettiva competenza.

Il funzionario
Dott.ssa Anna Nebbioso

UOS GARE E CONTRATTI
IL RESPONSABILE
Dott. Roberto Delfino

IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco
(f.to digitalmente)

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



Dipartimento Emergenza e Accettazione
U.O.C. Anestesia e Rianimazione

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Direttore

Dott. Pasquale De Negri
Tel: +39 0823 232242

**UOS Terapia del Dolore e
Terapia Intensiva patologie acute e
croniche**

Tel: +39 0823 232834

**Coordinamento Donazioni Organi e
Tessuti**

Tel: +39 0823 232243

Terapia del Dolore e PICC Team

Dott. Pasquale De Negri
Tel: +39 0823 232077

Incaricato di Funzione Organizzative

Dott.ssa Sollo Carmela
Tel: +39 0823 232831

Rianimazione: Tel: +39 0823 232106

Al Provveditorato

Dott.ssa T. Capobianco

Alla Farmacia

Dott.ssa Capone

Oggetto: Richiesta lame monouso per videolaringoscopi Glidescope

Si richiedono per un fabbisogno presunto annuo n. 80 confezioni (800pz) lame monouso misura n° 3 e 4 lame monouso per videolaringoscopi

Tale presidio ha le seguenti caratteristiche.

- Lame monouso con videocamera integrata
- Ampia disponibilità di lame curve per pazienti obesi, adulti
- Consentire l'intubazione delle vie aeree "difficili" in modo da minimizzare le forze di trazione, in regime di emergenza
- Profilo sottile da 11mm per garantire un range d'azione più ampio adattandosi anche alle bocche con apertura limitata
- Robustezza, leggerezza, ergonomia e facilità di utilizzo
- Riportano la marchiatura CE ai sensi della Direttiva 93/42 CE del D.Lgs. 46/97 concernente i presidi medici.
- Avere una angolazione a 60° per agevolare l'innalzamento dell'epiglottide in modo tale da esporre e visualizzare in modo ottimale la glottide del paziente riducendo il grado di Cormack e facilitando l'intubazione endotracheale
- Connettore lama compatibile con i sistemi Glidescope

La suddetta richiesta di presidi è dovuta per ottimizzare al meglio il lavoro degli operatori dell'unità operativa, in quanto essendo le lame monouso e già sterili assicurano un minore rischio di infezione per il paziente, ottimizzando inoltre i tempi di intervento evitando la sterilizzazione. Si dichiara inoltre che il presidio risulta essere con le suddette caratteristiche l'unico compatibile con l'apparecchiatura Glidescope Ref 0570-0376 SN CM204910 in dotazione in questa UOC

Caserta 28/1/2026

Il Direttore

UOC Anestesia e Rianimazione

Dott. Pasquale De Negri

AORN Sant'Anna e San Sebastiano
Dr. Pasquale De Negri Direttore U.O.C.
Anestesia e Rianimazione
CE 2666



DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE
U.O.C. DAY SURGERY POLISPECIALISTICA E CHIRURGIA A RICOVERO BREVE

Direttore

dott. Salvatore Massi
Tel: +39 0823 232807

Dirigenti Medici

Dott. Pietro Lombardi

Dott. Bruno Prisco

Tel. 0823-232060

Coordinatore Infermieri

Mastropietro Antonietta

Tel: +39 0823 232198

Complesso Operatorio

Tel: +39 0823 232196

Reparto

Tel: +39 0823 232053

Ambulatorio

Tel: +39 0823 232176

Plastra di preospedalizzazione

Tel: +39 0823 232317/2173

0823 232271/2686

Programmazione Centralizzata

Attività Chirurgiche

+39 0823 232313

Alla UOC Provveditorato

Oggetto: richiesta lama glide

Si richiedono per la Sala Operatoria della Uoc Day Surgery
le lame "glide":

n. 200 LoPro S4 Ref 0574-0222

n.20 LoPro S3 Ref 0270-1078

già in uso presso la Uosd di Sala Operatoria e T.I.P.O.

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
U.O.C. Day Surgery Polispécialistica e
Chirurgia a Ricovero Breve
Direttore: Dott. Salvatore Massi
0823

in allegato

6/4/95

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
CASERTA
Il Direttore U.O.C. Urologia
Prof. Ferdinando Fusco
NA 028313



DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE
U.O.C. DAY SURGERY POLISPECIALISTICA E CHIRURGIA A RICOVERO BREVE

Direttore

dott. Salvatore Massa
Tel: +39 0823 232807

Dirigenti Medici

Dott. Pietro Lombardi

Dott. Bruno Prisco

Tel. 0823 232060

Coordinatore Infermieri

Mastropietro Antonietta
Tel: +39 0823 232198

Complesso Operatorio

Tel: +39 0823 232196

Reparto

Tel: +39 0823 232063

Ambulatorio

Tel: +39 0823 232176

Piastra di preospedalizzazione

Tel: +39 0823 232317/2173
0823 232271/2686

Programmazione Centralizzata

Attività Chirurgiche

+39 0823 232313

All' UOC Provveditorato

Oggetto: per impossibilità ad operare si richiedono urgentemente lame monouso/sterili per videolaringoscopio GLIDESCOPE in ns dotazione n.i. 001885

In riferimento al ns prot. del 8/9/25 n. 0028029 e alla vs mail del 22/10/2025 si comunica quanto da voi richiesto,

le lame glide in oggetto hanno le seguenti caratteristiche:

- Lame monouso con videocamera integrata
- Ampia disponibilità di misure lame curve per pazienti obesi, adulti e in età pediatrica
- Consente l'intubazione delle vie aeree difficili in modo da minimizzare le forze di trazione, in regime di emergenza
- Profilo sottile da 11 mm per garantire un range d'azione più ampio adattandosi anche alle bocche con apertura limitata
- Riportano la marchiatura CE ai sensi della Direttiva 93/42 CE del D.Lgs 46/97 concernente i presidi medici
- Avere un'angolazione a 60 gradi per agevolare l'innalzamento dell'epiglottide in modo tale da esporre e visualizzare in modo ottimale del paziente riducendo il grado di Cormack e facilitando l'intubazione endotracheale.

Si dichiara che tale presidio risulta essere l'unico compatibile con l'apparecchiatura VIDEO-LARINGOSCOPIO-GLIDESCOPE in commercio.

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
U.O.C. Day Surgery Polispecialistica e
Chirurgia a Ricovero Breve
Direttore: Dott. Salvatore Massa
CE 3382



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

U.O.S.D. SALE OPERATORIE E T.I.P.O.

Al Direttore UOC Provveditorato-Economato
Dr.ssa Teresa Capobianco

Oggetto: richiesta urgente lame monouso per videolarinoscopio **GLIDESCOPE AVL**
in Ns. dotazione con s/n. **AN 164370.**

In riferimento alla nota in oggetto, si fa richiesta come fabbisogno annuo di :

- N. 10 cf. lame curve monouso Mis.3
- N.50 cf. lame curve monouso Mis.4

Tale presidio ha le seguenti caratteristiche :

- Lame monouso con videocamera integrata
- Ampia disponibilità di misure lame curve per pazienti obesi, adulti e in età pediatrica
- Consentire l'intubazione delle vie aeree "difficili" in modo da minimizzare le forze di trazione, in regime di emergenza
- Profilo sottile da 11 mm per garantire un range d'azione più ampio adattandosi anche alle bocche con apertura limitata



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

U.O.S.D. SALE OPERATORIE E T.I.P.O.

- Robustezza, leggerezza, ergonomia e facilità di utilizzo
- Riportano la marchiatura CE ai sensi della Direttiva 93/42 CE del D.Lgs 46/97 concernente i presidi medici
- Avere un'angolazione a 60° per agevolare l'innalzamento dell'epiglottide in modo tale da esporre e visualizzare in modo ottimale la glottide del paziente riducendo il grado di Cormack e facilitando l'intubazione endotracheale.

La suddetta richiesta di presidi è volta ad ottimizzare al meglio il lavoro degli operatori dell'unità operativa, in quanto essendo le lame monouso e già sterili assicurano un minore rischio di infezione per il paziente, ottimizzando inoltre i tempi di intervento evitando la sterilizzazione.

Si dichiara inoltre che il presidio risulta essere con le suddette caratteristiche l'unico compatibile con le apparecchiature **VIDEO-LARINGOSCOPIO GLIDESCOPE** in commercio.

Caserta 27/10/2025

La Referente
UOSD Sale Operatorie e T.I.P.O.

Dr. ssa Carmela Marsignano