
Determina Dirigenziale N. 85 del 22/01/2026

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**Oggetto: FORNITURA DI ELETTRODI EPIMIOCARDICI PER LE ESIGENZE DELLA UOC
CARDIOCHIRURGIA - AGGIUDICAZIONE**

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 22/01/2026 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Teresa Capobianco - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasquale Cecere

Oggetto: FORNITURA DI ELETTRODI EPIMIOPCARDICI PER LE ESIGENZE DELLA UOC CARDIOCHIRURGIA - AGGIUDICAZIONE

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso

- **che** con nota Prot. n. 40480 del 30/12/2025 (Allegato n. 1), il Direttore della UOC Farmacia, Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia, ha trasmesso al Servizio Scrivente la richiesta del Direttore della UOC Cardiochirurgia, Dott. A. Montalto, concernente la fornitura urgente di fili da pacemaker temporanei epimiocardici;

Considerato che

- il materiale richiesto è presente nel lotto n. 73 dell’espletanda *“Procedura di gara aperta e telematica per l’affidamento della fornitura triennale di dispositivi medici per la UOC Cardiochirurgia”* (PI137880-24) e, pertanto, occorre allineare la durata dell’affidamento a farsi al mantenimento dei contratti derivanti dalla precedente aggiudicazione (DEL. D.G. n. 289/2025) al 28/02/2026;

- questo Servizio ha quindi attivato sulla piattaforma Mepa trattativa diretta n. 5961754 (allegato n. 2) nei confronti della Ditta FIAB SRL, unico O.E. regolarmente candidatosi alla summenzionata procedura;

- entro il termine di scadenza previsto per la presentazione dell’offerta (12/01/2026 - ore 12:00), la precipitata Ditta ha riscontrato la richiesta, come emerge dalla consultazione della medesima piattaforma;

Atteso

- **che** al fine di salvaguardare la correttezza dell’istruttoria *de qua*, la UOC scrivente, con mail del 12/01/2026 (agli atti), ha trasmesso al Direttore della Struttura richiedente la scheda tecnica di pertinenza per la prescritta, preventiva verifica di conformità;

- **che** con nota Prot. n. 1175 del 14/01/2026 (Allegato n. 3), il Direttore interpellato a tanto ha provveduto, con le risultanze ivi espresse e che qui si intendono trascritte;

Vista

- l’offerta economica (allegato n. 4) disponibile sulla piattaforma Mepa presentata dalla Ditta FIAB SRL, da cui emerge che la quotazione economica proposta per la fornitura in parola ammonta ad € 3.580,00 oltre IVA al 22% (prezzo unitario offerto € 17,90 oltre IVA al 22%);

Considerato che l’acquisizione in parola garantisce nell’iter della definizione della summenzionata procedura aperta la continuità assistenziale nei confronti dei pazienti di quest’AORN;

Visti

- l’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 e smi;

- gli artt. 25, 50 comma 1, lett. b e 108, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 e smi;

Ritenuto pertanto di prendere atto degli esiti della procedura telematica *de qua* espletata sulla piattaforma MEPA (trattativa diretta n. 5961754 – CIG BA041A93CA) e, per l’effetto, di affidare la

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

fornitura di n. 200 elettrodi epimiocardici per le esigenze della UOC Cardiochirurgia alla Ditta FIAB SRL, secondo la configurazione descritta in offerta e per l'importo complessivo di € 3.580,00 oltre IVA al 22% (già allegato n.4);

Attestata la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro “diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell’Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DETERMINA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

Prendere atto degli esiti della procedura telematica de qua espletata sulla piattaforma MEPA (trattativa diretta n. 5961754 – CIG BA041A93CA) e, per l'effetto, di affidare la fornitura di n. 200 elettrodi epimiocardici per le esigenze della UOC Cardiochirurgia alla Ditta FIAB SRL, secondo la configurazione descritta in offerta e per l'importo complessivo di € 3.580,00 oltre IVA al 22% (già allegato n.4);

Imputare la spesa complessiva di € 4.367,60 inclusa Iva al 22% sul conto economico n. 5010107010 “dispositivi medici” sul Bilancio 2026;

Dare atto che il RUP è la Dott.ssa Teresa Capobianco, Direttore della UOC Provveditorato ed Economato ed il DEC è il Direttore della UOC Farmacia, Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia;

Prevedere apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

Prevedere, altresì, la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e smi, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

Notificare copia del presente atto alla Ditta FIAB SRL;

Trasmettere copia dello stesso al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Farmacia e Cardiochirurgia.

Il funzionario

Dott.ssa Maria Fatima Corvino

IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

30/12/2025 13.44 3040480*
30/12/2025 13.34 20250040475*

allegato n.1

S.O. CARDIOVASCOLARE

Dir. Dot. A. Montalto

Tel 2545

Alla U.O.C. Provveditorato –Economato

Dir. Dott.ssa T. Capobianco

e.pc. alla U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia

Oggetto: richiesta URGENTE di fili EPI.MIOC.

Nelle more dell'efficacia della nuova gara cardiochirurgia, lotto N° 73, ditta aggiudicataria FIAB, per la fornitura di fili da pacemaker temporanei, si chiedono con urgenza l'acquisto di N° 100 fili da pacemaker temporanei EPI.MIOC., quantitativo strettamente necessario e fino all'attivazione del nuovo contratto di gara.

Caserta lì 30.12.2025

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
U.O. CARDIOCHIRURGIA
Centro di Attenzione FB060706
Direttore: Dott. A. Montalto
BN 2508

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

n. 200 Elettrodi epimiocardici bipolari per stimolazione cardiaca temporanea costituiti da filo di acciaio intrecciato e rivestimento di polietilene

Dati Principali

Numero RDO

5961754

Nome RDO

n. 200 Elettrodi epimiocardici bipolari per stimolazione cardiaca temporanea costituiti da filo di acciaio intrecciato e rivestimento di polietilene

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

TERESA CAPOBIANCO

CPBTRS71A60H501H

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

TERESA CAPOBIANCO CPBTRS71A60H501H

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI
ZOOPIFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI
ZOOPIFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Date**Pubblicazione**

08/01/2026 15:47

Inizio presentazione offerte

08/01/2026 15:47

Termine ultimo presentazione offerte

12/01/2026 12:00

Data limite stipula contratto

31/12/2026 17:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

7

Dettaglio**Criterio Aggiudicazione**

Minor Prezzo

CIG

-

CUP

-

CPV**Identificativo**

33190000-8

Descrizione

Dispositivi e prodotti medici vari

Categoria

Altri dispositivi medici

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo presunto fornitura

€ 6.000,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA); Consegna: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara

**Schema Di Offerta Economica.docx**

14.2 Kb

offerta economica

Inviti**Partita IVA****Ragione sociale****01835220482****FIAB**


**SCHEDA TECNICA
DATA SHEET**

allegato n.3

**MYOPACE®****ELETTRODI EPIMIOCARDICI ADULTI BIPOLARI BIFORCATI
BIFURCATED BIPOLAR ADULT EPIMYOCARDIAL PACING WIRES**

Gli elettrodi epimocardici MYOPACE® sono dispositivi sterili monouso, utilizzati per l'elettrostimolazione cardiaca temporanea mono e/o bicamerale di pazienti adulti, durante o al termine di interventi di cardiochirurgia.

Tutti i modelli sono costituiti da conduttori multifilari isolati alle cui estremità sono presenti l'ago toracico ed il sistema di fissaggio alla parete epicardica. Sono disponibili differenti metodi di fissaggio.

La connessione al cardioterapista viene effettuata:

- per i modelli con suffisso "M", esclusivamente tramite l'adattatore MYOCONNECTOR;
- per gli altri modelli, tramite spinotti preassemblati disponibili tagliando il collegamento con l'ago toracico dopo l'esteriorizzazione.

Questo prodotto non contiene lattice.


MYOPACE® epimyocardial pacing wires are disposable sterile devices, used for temporary cardiac electrostimulation, both single- and/or dual-chamber, on adult patients, during or after cardiac surgery.

All models consist of multi-strand insulated conductors equipped at its ends with the chest needle and the fixation system to the epicardial wall. Different fixation systems are available.

Connection to the stimulator is obtained:

- for models with "M" suffix, only via the MYOCONNECTOR adapter;
- for other models, via plugs which are available after cutting the wire connection with the chest needle away.

This product is latex free.


**CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES**

MODELLO MODEL		52XXX	52XXXC	52XXXM	52XXXCM
AGO TORACICO (AISI)	Pretaglio / Pre-cut	No	No	No	No
	Lunghezza / Length	63 mm	90 mm	63 mm	90 mm
	Forma / Shape	Dritto / Straight	Curvo / Curved	Dritto / Straight	Curvo / Curved
	Diametro / Diameter	0.90 mm	0.90 mm	0.90 mm	0.90 mm
CONNESSIONE ALLO STIMOLATORE CONNECTION TO STIMULATOR		Spinotti Ø1.0 mm, lunghezza 16 mm (AISI) Ø1.0mm, length 16 mm plugs (AISI)	MYOCONNECTOR: adattatore con connettore 2mm (ottone dorato / LDPE) MYOCONNECTOR: adapter with 2 mm pin (gold-plated brass / LDPE)		
AGO CARDIACO (SOLO MODELLI T, TZ E TIN) CARDIAC NEEDLE (T, TZ AND TIN MODELS ONLY)		Ø 0.51 mm, lunghezza 22 mm, curvo (½ cerchio) – AISI Ø 0.51 mm, length 22 mm, curved (½ circle) – AISI			
DIAMETRO FILO CONDUTTORE CONDUCTOR DIAMETER			0.20 mm (USP 3-0; 2 metric)		
MATERIALI FILO CONDUTTORE CONDUCTOR MATERIAL			AISI 316L (fili intrecciati) AISI 316L (twisted strands)		
ISOLANTE FILO CONDUTTORE CONDUCTOR INSULATION			Polietylene (PE) Polyethylene (PE)		
DIAMETRO ESTERNO FILO OUTER WIRE DIAMETER			0.66 mm		
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS		Regolamento (UE) 2017/745. Dispositivo medico in classe III Regulation (EU) 2017/745. Class III medical device			

CONFEZIONAMENTO – PACKAGING

STERILIZZAZIONE STERILIZATION	Ossido di etilene (EO) Ethylene Oxide (EO) gas
CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Busta interna in PE contenente un elettrodo su supporto + busta esterna in carta-PE termosaldata Inner PE envelope containing one electrode on its support + outer heat-sealed pouch in paper-PE
CONFEZIONE DI VENDITA SALES PACKAGING	25 unità per scatola 25 units per box
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temperatura: 0°C + +50°C – Umidità relativa: 10% + 90% Temperature: 0°C + +50°C – Relative Humidity: 10% + 90%
SCADENZA EXPIRY	48 mesi dalla data di produzione 48 months from production date



Sistema di codifica MYOPACE® - modelli adulti bipolari biforcati / MYOPACE® coding system - bifurcated bipolar adult models


Non tutte le combinazioni sono disponibili: consultare il seguente elenco.
Not all combinations are available: please check the following list.

REF	Nr. Poli Poles	Tipo di fissaggio Fixation method	Area attiva disponibile Available active surface (mm ²)	Lunghezza utile Usable length (cm)	Colore isolamento Wire colour	Ago toracico Chest needle	Srotolamento Unreeling	Adattatore/i nella busta Adapter in pouch
52060BT	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	60	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52060BTM	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	60	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52060WT	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	60	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52060WTM	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	60	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52220BT	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52220BTM	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52220WT	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52220WTM	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52060BTIN	2	Barbe / Tines	2 x 9.4	60	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52060BTINM	2	Barbe / Tines	2 x 9.4	60	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52060WTIN	2	Barbe / Tines	2 x 9.4	60	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52060WTINM	2	Barbe / Tines	2 x 9.4	60	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52220BTIN	2	Barbe / Tines	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52220BTINM	2	Barbe / Tines	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52220WTIN	2	Barbe / Tines	2 x 9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52220WTINM	2	Barbe / Tines	2 x 9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52060BTL	2	Loop	2 x 7.5	60	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52060BTLM	2	Loop	2 x 7.5	60	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52060WTL	2	Loop	2 x 7.5	60	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52060WTLM	2	Loop	2 x 7.5	60	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52220BTL	2	Loop	2 x 7.5	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52220BTLM	2	Loop	2 x 7.5	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52220WTL	2	Loop	2 x 7.5	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52220WTLM	2	Loop	2 x 7.5	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52060BTV	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	60	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52060BTVM	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	60	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52060WTV	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	60	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52060WTV	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	60	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52220BTV	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52220BTVM	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52220WTV	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52220WTV	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52060BTZ	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	60	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52060BTZM	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	60	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52060WTZ	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	60	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52060WTZM	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	60	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES

52201187BR4J / 2025-08
pag. 2 / 4

REF	Nr. Poles	Tipo di fissaggio Fixation method	Area attiva disponibile Available active surface (mm ²)	Lunghezza utile Usable length (cm)	Colore isolamento Wire colour	Ago toracico Chest needle	Srotolamento Unreeling	Adattatore/i nella busta Adapter in pouch
52220BTZ	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52220BTZM	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52220WTZ	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52220WTZM	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52220RBT	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
52220RBTM	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
52220RWT	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
52220RWTM	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
52220RBTIN	2	Barbe / Tines	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
52220RBTINM	2	Barbe / Tines	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
52220RWTIN	2	Barbe / Tines	2 x 9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
52220RWTINM	2	Barbe / Tines	2 x 9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
52220RBTL	2	Loop	2 x 7.5	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
52220RBTLM	2	Loop	2 x 7.5	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
52220RWTL	2	Loop	2 x 7.5	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
52220RWTLM	2	Loop	2 x 7.5	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
52220RBTV	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
52220RBTVM	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
52220RWTV	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
52220RWTVM	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
52220RBTZ	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
52220RBTZM	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
52220RWTZ	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
52220RWTZM	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
52060CBT	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	60	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52060CBTM	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	60	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52060CWT	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	60	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52060CWVTM	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	60	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52220CBT	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52220CBTM	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52220CWT	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52220CWVTM	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52060CBTIN	2	Barbe / Tines	2 x 9.4	60	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52060CBTINM	2	Barbe / Tines	2 x 9.4	60	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52060CWTIN	2	Barbe / Tines	2 x 9.4	60	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52060CWTINM	2	Barbe / Tines	2 x 9.4	60	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52220CBTIN	2	Barbe / Tines	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52220CWTINM	2	Barbe / Tines	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52060CBTTL	2	Loop	2 x 7.5	60	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52060CBTLM	2	Loop	2 x 7.5	60	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52060CWTL	2	Loop	2 x 7.5	60	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52060CWTLM	2	Loop	2 x 7.5	60	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52220CBTL	2	Loop	2 x 7.5	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52220CBTLM	2	Loop	2 x 7.5	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52220CWTL	2	Loop	2 x 7.5	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52220CWTLM	2	Loop	2 x 7.5	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52060CBTV	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	60	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52060CBTVM	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	60	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52060CWTV	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	60	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52060CWTVM	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	60	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52220CBTV	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52220CBTVM	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52220CWTV	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52220CWTVM	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52060CBTZ	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	60	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO

REF	Nr. Poli Poles	Tipo di fissaggio Fixation method	Area attiva disponibile active surface (mm ²)	Lunghezza utile Usable length (cm)	Colore isolamento Wire colour	Ago toracico Chest needle	Srotolamento Unreeling	Adattatore/i nella busta Adapter in pouch
52060CBTZM	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	60	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / Yes
52060CWTZ	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	60	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52060CWTZM	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	60	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52220CBTZ	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52220CBTZM	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52220CWTZ	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
52220CWTZM	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
52220CRBT	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
52220CRBTM	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
52220CRWT	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
52220CRWTM	2	Dritto / Straight	2 x 9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
52220CRBTIN	2	Barbe / Tines	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
52220CRBTINM	2	Barbe / Tines	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
52220CRWTIN	2	Barbe / Tines	2 x 9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
52220CRWTINM	2	Barbe / Tines	2 x 9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
52220CRBTM	2	Loop	2 x 7.5	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
52220CRBTLM	2	Loop	2 x 7.5	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
52220CRWTL	2	Loop	2 x 7.5	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
52220CRWTL	2	Loop	2 x 7.5	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
52220CRBTM	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
52220CRBTVM	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
52220CRWTV	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
52220CRWTVM	2	Uncino / Hook	2 x 9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
52220CRBTZ	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
52220CRBTZM	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
52220CRWTZ	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
52220CRWTZM	2	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES

IL PRODOTTO
 È CONFORME
 ALLA nostRA
 RICHIESTA

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
 CASERTA
 U.O. CARDIOCHIRURGIA
 Centro di Costo FB060113
 Dott. A. Montalbano
 BN 2508

ditta FIAB SPA
 Partita
 iva 01835220482

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Descrizione prodotto	Codice prodotto Fornitore	Codice prodotto Prodotto (Fabbricante) REF	Quantità totale	prezzo di listino	% di sconto praticato sul prezzo di listino	prezzo unitario offerto	Aliquota IVA %	Importo Totale Prodotto
MYOP.2P AD 220 BL/BL DR	52220BT	52220BT	200	60,00	70,16	17,90	22	3.580,00
MYOP.2P AD 220 BL/BL TIN	52220BTIN	52220BTIN	200	60,00	70,16	17,90	22	
MYOP.2P AD 220 BL/BL LOOP	52220BTL	52220BTL	200	60,00	70,16	17,90	22	
MYOP.2P AD 220 BL/BL UNC	52220BTV	52220BTV	200	60,00	70,16	17,90	22	
MYOP.2P AD 220 BL/BL ZIGZ	52220BTZ	52220BTZ	200	60,00	70,16	17,90	22	

data e luogo

VICCHIO (FI)
 09/01/2026

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

**FORNITURA DI ELETTRODI EPIMIOCARDICI PER LE ESIGENZE DELLA UOC CARDIOCHIRURGIA -
AGGIUDICAZIONE**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €4.367,60

- è di competenza dell'esercizio 2026 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 22/01/2026

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Teresa Capobianco