



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 595 del 17/05/2024

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**Oggetto: FORNITURA IN SERVICE FULL RISK PER UN PERIODO DI 3 ANNI DI NR. 1
ELETTROMIOGrafo INTRAOPERATORIO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CHIRURGIA
MAXILLO FACCIALE – AGGIUDICAZIONE**

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 17/05/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: FORNITURA IN SERVICE FULL RISK PER UN PERIODO DI 3 ANNI DI NR. 1 ELETTROMIOGrafo INTRAOPERATORIO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE – AGGIUDICAZIONE

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- quest'Azienda con Deliberazione del Direttore Generale n.361 del 26/03/2024 ha proceduto all'indizione di gara telematica concernente la fornitura in Service Full Risk per un periodo di tre anni di Nr. 1 Elettromiografo intraoperatorio per le esigenze della U.O.C. Chirurgia Maxillo Facciale (Lotto unico);
- in data 02/04/2024, è stata attivata specifica RdO (n. 4223681) sulla piattaforma Mepa, prevedendo quale termine per la presentazione delle offerte il 16/04/2024 (ore 12:00);
- le richieste di chiarimenti presentate da parte di taluni Operatori Economici sono state telematicamente riscontrate sulla medesima piattaforma;
- entro il suddetto termine, sono pervenute n. 2 offerte, come emerge dalla consultazione della suindicata piattaforma;
- con verbale n. 1 del 29/04/2024 (all.1), il Seggio di gara, all'uopo costituito, ha proceduto all'apertura della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti, riscontrandone la regolarità con conseguente ammissione di esse alla successiva fase di gara;
- con susseguente Deliberazione del Direttore Generale n. 535 del 30/04/2024 è stata designata la Commissione giudicatrice, trattandosi di affidamento a farsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con verbale n. 2 del 06/05/2024 la Commissione Giudicatrice – previa apertura telematica della documentazione tecnica presentata dalla precitata Ditta – ha proceduto, verificata la presenza dei requisiti minimi richiesti, alla valutazione dell'offerta presentata dalla MEDTRONIC ITALIA, unica ammessa, per l'attribuzione dei punteggi qualità (all.2);
- di tanto è stata data informativa sulla piattaforma MePA;
- con verbale n. 3 del 13/05/2024 (all. n.3), il Seggio di Gara, preso atto degli esiti dei lavori del precitato Organismo, ha proceduto allo sblocco ed al download telematico dell'offerta economica presentata dalla predetta Ditta, con conseguente visualizzazione della quotazione economica da essa proposta (all.4);

VISTI

- l'art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, il quale dispone che gli Enti del SSN sono obbligati ad utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP e che i contratti stipulati in

Deliberazione del Direttore Generale

violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

- l'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023 (Piattaforme di approvvigionamento digitale);
- l'art 55, comma 2 e l'art. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;
RITENUTO pertanto di prendere atto degli esiti della gara telematica espletata sulla piattaforma MEPA (RdO n. 4223681 - CIG n. B11184289A) e, per l'effetto, di aggiudicare alla Ditta MEDTRONIC ITALIA Spa (P.I. 09238800156) la fornitura in Service Full Risk per un periodo di tre anni di Nr. 1 Elettromiografo intraoperatorio per le esigenze della U.O.C. Chirurgia Maxillo Facciale, secondo la configurazione descritta in offerta (già allegato n.4) e per l'importo complessivo triennale di € 148.230,00 oltre Iva;

ATTESTATA la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

I – DI PRENDERE ATTO degli esiti della gara telematica espletata sulla piattaforma MEPA (RdO n. 4223681 - CIG n. B11184289A) e, per l'effetto, di aggiudicare alla Ditta MEDTRONIC ITALIA Spa (P.I. 09238800156) la fornitura in Service Full Risk per un periodo di tre anni di Nr. 1 Elettromiografo intraoperatorio per le esigenze della U.O.C. Chirurgia Maxillo Facciale, secondo la configurazione descritta in offerta (già allegato n.4) e per l'importo complessivo triennale di € 148.230,00 oltre Iva;

II – DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 180.840,60 inclusa Iva al 22% sui seguenti e distinti conti economici:

- Sistema Console Nim Vital completo di tutti gli accessori d'uso, così come da elenco dettagliato nella scheda offerta (all.4), in Service gratuito full risk
- € 180.840,60 inclusa Iva al 22% sul conto economico 5010111010 "Altri beni e prodotti sanitari", così distinta:
 - 6/12 al bilancio 2024, pari a € 30.140,10;
 - 12/12 al bilancio 2025, pari a € 60.280,20;
 - 12/12 al bilancio 2026, pari a € 60.280,20;
 - 6/12 al bilancio 2027, pari a € 30.140,10;

III - DI DARE ATTO che il RUP è il Dott. Leonardo Violante, Dirigente Amministrativo della UOC Provveditorato ed Economato;

IV – DI NOMINARE DEC il Direttore della Farmacia Ospedaliera o suo delegato per la parte riferita al materiale di consumo e il Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA per la parte riferita alla strumentazione;

V - DI PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

Deliberazione del Direttore Generale



VI – DI PREVEDERE, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

VII – DI NOTIFICARE il presente provvedimento alle Ditte partecipanti;

VIII - DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Risorse Economico – Finanziari, alla UOC Chirurgia Maxillo Facciale e alla UOC Farmacia Ospedaliera;

IX - DI RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile, stante l'esigenza di erogare le prestazioni correlate alla fornitura in questione.

Il Dirigente amministrativo

Dott. Leonardo Violante

IL DIRETTORE

U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Dott.ssa Teresa Capobianco

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anecchiarico Favorevole

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara Favorevole

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

I – PRENDERE ATTO degli esiti della gara telematica espletata sulla piattaforma MEPA (RdO n. 4223681 - CIG n. B11184289A) e, per l'effetto, di aggiudicare alla Ditta MEDTRONIC ITALIA Spa (P.I. 09238800156) la fornitura in Service Full Risk per un periodo di tre anni di Nr. 1 Elettromiografo intraoperatorio per le esigenze della U.O.C. Chirurgia Maxillo Facciale, secondo la configurazione descritta in offerta (già allegato n.4) e per l'importo complessivo triennale di € 148.230,00 oltre Iva;

II – IMPUTARE la spesa complessiva di € 180.840,60 inclusa Iva al 22% sui seguenti e distinti conti economici:

- Sistema Console Nim Vital completo di tutti gli accessori d'uso, così come da elenco dettagliato nella scheda offerta (all.4), in Service gratuito full risk
- € 180.840,60 inclusa Iva al 22% sul conto economico 5010111010 "Altri beni e prodotti sanitari", così distinta:

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

- 6/12 al bilancio 2024, pari a € 30.140,10;
- 12/12 al bilancio 2025, pari a € 60.280,20;
- 1/12 al bilancio 2026, pari a € 60.280,20;
- 6/12 al bilancio 2027, pari a € 30.140,10;

III - DARE ATTO che il RUP è il Dott. Leonardo Violante, Dirigente Amministrativo della UOC Provveditorato ed Economato e DEC il Direttore della Farmacia Ospedaliera o suo delegato per la parte riferita al materiale di consumo e il Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA per la parte riferita alla strumentazione;

IV – DI NOMINARE DEC il Direttore della Farmacia Ospedaliera o suo delegato per la parte riferita al materiale di consumo e il Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA per la parte riferita alla strumentazione;

V - DI PREVEDERE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

VI – DI PREVEDERE, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analogo convenzione/accordo quadro centralizzato;

VII – DI NOTIFICARE il presente provvedimento alle Ditte partecipanti;

VIII - DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Risorse Economico – Finanziari, alla UOC Chirurgia Maxillo Facciale e alla UOC Farmacia Ospedaliera;

IX - DI RENDERE lo stesso immediatamente eseguibile, stante l'esigenza di erogare le prestazioni correlate alla fornitura in questione

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

GARA MePA RdO n. 4223681

Procedura MePA avente ad oggetto l'affidamento della "fornitura in Service Full Risk per un periodo di 3 ANNI di Nr. 1 Elettromiografo intraoperatorio" per le esigenze della UOC di Chirurgia Maxillo Facciale dell'AORN "S. Anna e San Sebastiano" di Caserta".

VERBALE N. 1 DEL 29/04/2024

In data 29/04/2024 alle ore 12:00 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° della Palazzina "A" di via Palasciano, Caserta, si riunisce il Seggio di gara costituito per la procedura in oggetto, così composto:

- Dott. Leonardo Violante – *Dirigente Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato* – Presidente/RUP;
- Dott.ssa Agnese Basilicata – *Assistente Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato* – *Teste*;
- Dott.ssa Maria Fatima Corvino – *Assistente Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato* – *Teste*.

Quest'ultima assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 26/03/2024 è stata disposta l'indizione della procedura finalizzata all'affidamento della fornitura di inserti monouso ultrasonici piezoelettrici e relativo dispositivo/bisturi piezoelettrico ad ultrasuoni in Service full risk per un periodo di 3 anni (lotto unico), mediante RdO aperta agli operatori economici abilitati ai bandi "Forniture specifiche per la Sanità (Beni)" sul Mercato Elettronico della P.A.;

- pendente il termine per la presentazione delle offerte, sono state riscontrate le richieste di chiarimenti pervenute;

- entro il termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del giorno 16/04/2024 sono pervenute offerte dai seguenti operatori economici:

Lotto 1:

- 1) INOMED
- 2) MEDTRONIC ITALIA

TANTO PREMESSO

AA
MFE *B*

Il precitato Presidente, verificata la regolare costituzione del Seggio, dispone che si apra la seduta. Preliminarmente i componenti di detto organismo dichiarano che rispetto ad essi non ricorrono le situazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n.36/2023

Il Seggio di gara, quindi, procede a visionare la documentazione amministrativa prodotte dalle Ditte offerenti per verificarne la regolarità, al fine di ammettere le stesse alla fase successiva.

Conseguentemente, nel dare atto che le Ditte sopra menzionate hanno correttamente compilato la Dichiarazione di Partecipazione (Documento A/1), la Dichiarazione sostitutiva (Documento A/2), il DGUE (Documento A/3), il Modulo trattamento dati (Documento A/4), la Scheda fornitore (Documento A/5) e il Protocollo di Legalità (Documento A/6), nonché trasmesso la ricevuta per il Contributo ANAC, passa alla verifica delle dichiarazioni rese circa la insussistenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94-97 del D. Lgs. 36/2023.


A tal fine, si ammettono le Ditte INOMED e MEDTRONIC ITALIA al prosieguo della gara.

Alle ore 14:00 si dichiara chiusa la presente seduta.


Gli atti della procedura restano affidati alla UOC Provveditorato ed Economato per il prosieguo di competenza.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.


Dott. Leonardo Violante



Dott.ssa Agnese Basilicata



Dott.ssa Maria Fatima Corvino



GARA MePA RdO n. 4223681

Procedura MePA avente ad oggetto l'affidamento della "fornitura in Service Full Risk per un periodo di 3 ANNI di Nr. 1 Elettromiografo intraoperatorio" per le esigenze della UOC di Chirurgia Maxillo Facciale dell'AORN "S. Anna e San Sebastiano" di Caserta".

VERBALE N. 2 DEL 6/5/2024

In data 6/5/2024 alle ore 10.00 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° della Palazzina "A" di via Palasciano, Caserta, la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale N. 535 del 30/04/2024, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 36/2023 per la procedura in oggetto, così composto:

- Dott. Vincenzo Santoro, Dirigente UOC Maxillo Facciale, AORN "S. Anna e San Sebastiano" di Caserta – Presidente;
- Dott.ssa Maria Cioffi, Collaboratore Amministrativo, UOC Provveditorato ed Economato, AORN "S. Anna e San Sebastiano" di Caserta – Componente,
- Dott. Leonardo Violante, Dirigente Amministrativo, UOC Provveditorato ed Economato, AORN "S. Anna e San Sebastiano" di Caserta – Componente, oltreché Segretario Verbalizzante;

PREMESSO CHE


- con Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 26/03/2024 è stata disposta l'indizione della procedura finalizzata all'affidamento della fornitura di inserti monouso ultrasonici piezoelettrici e relativo dispositivo/bisturi piezoelettrico ad ultrasuoni in Service full risk per un periodo di 3 anni (lotto unico), mediante RdO aperta agli operatori economici abilitati ai bandi "Forniture specifiche per la Sanità (Beni)" sul Mercato Elettronico della P.A.;

- pendente il termine per la presentazione delle offerte, sono state riscontrate le richieste di chiarimenti pervenute;

- entro il termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del giorno 16/04/2024 sono pervenute offerte dai seguenti operatori economici:

Lotto 1:

- 1) INOMED



2) MEDTRONIC ITALIA

Con verbale n. 1 del 29/4/2024 il Seggio di gara ha ammesso le precitate Ditte alla successiva fase di gara.

TANTO PREMESSO

Il precitato Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dispone che si apra la seduta. Preliminarmente i componenti di detto organismo dichiarano che rispetto ad essi non ricorrono le situazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n.36/2023. Susseguentemente il Presidente, riscontrata la regolare costituzione della Commissione, dispone che si dia inizio ai lavori, procedendo alla disamina della documentazione tecnica presentata dalle precitate Ditte, risultando quanto segue:


	tot
INOMED	esclusa
MEDTRONIC	60

Il dettaglio è riportato nell'allegato che è parte integrante del presente verbale.


Alle ore 13.00 si dichiara chiusa la presente seduta. Gli atti della procedura restano affidati alla UOC Provveditorato ed Economato per il prosieguo di competenza.

Del che è verbale, letto, confermato, viene sottoscritto


Dott. Vincenzo Santoro



Dott.ssa Maria Cioffi



Dott. Leonardo Violante



Fornitura in noleggio operativo con la fornitura di materiale di consumo per la durata di anni 3 (tre), di
N° 1 sistema elettromiografico intraoperatorio per le esigenze della U.O.C. Maxillo Facciale

Società partecipante alla gara		INOMED NON IDONEA	MEDTRONIC
Società costruttrice		INOMED	MEDTRONIC XOMED
Modello dell'Apparecchiatura		C2 Xplore	NIM Vital Medtronic
Anno di produzione del modello		2020	2021
Descrizione: sistema di monitoraggio dei nervi cranici	Caratteristiche tecniche minime obbligatorie.	Caratteristiche tecniche proposte	Caratteristiche tecniche proposte
Tecnologia avanzata di monitoraggio dei nervi con un'interfaccia facile da usare.	SI	Il sistema C2 Xplore ha un'interfaccia paziente collegata via cavo al sistema, per evitare problemi di gestione delle batterie e dei fusibili (interfaccia alimentata direttamente dalla macchina, senza supporti di alimentazione dedicati), con guida di posizionamento degli elettrodi con codifica dei colori	L'Interfaccia paziente wireless, munita di batteria al Litio, per un minor ingombro in sala; l'Interfaccia paziente dotata di led su tutti i canali, diversificati per codice colore, per avvisi visivi sul corretto posizionamento degli elettrodi, e sui fusibili, per indicarne il malfunzionamento
Sistema in grado di monitorare l'attività EMG su più sezioni.	SI	Monitoraggio fino a 8 canali simultaneamente	fino a 4 canali simultaneamente
Sistema di segnalazione acustica e visiva per contribuire a ridurre il rischio di danni ai nervi in caso di cambiamento nella funzione del nervo	SI	Si segnala che nella stimolazione dei nervi cranici è sconsigliata una stimolazione superiore a 3mA anche dall'azienda individuata da questa caratteristica, che attiva allarmi a video quando si supera questa soglia.	neuromonitoraggio fornisce una serie di informazioni acustiche e visive che possono ridurre il rischio di lesione al paziente e tutelare maggiormente sia il chirurgo che il paziente stesso, INFATTI fornisce un allarme acustico e visivo quando il nervo viene sollecitato
Dotato di touch-screen per il controllo e configurazione in modalità utente	SI	C2 Xplore con touchscreen e manopole di controllo	SI
Monitoraggio durante cauterizzazione bipolare	SI	SI	SI
Dotato inoltre di:	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio durante cauterizzazione bipolare • software di rilevamento Artefatto 	<ul style="list-style-type: none"> • SI IL C2 Xplore con touchscreen e manopole di controllo • Rilevazione automatica degli artefatti mediante software, ovvero segnale dovuto ad un artefatto evidenziato al monitor e non segnalato acusticamente per consentire una attività di monitoraggio più silenziosa. 	SI
			Rilevazione automatica degli artefatti mediante software brevettato: il segnale dovuto ad un artefatto viene evidenziato in giallo a monitor e non viene segnalato acusticamente. Questo consente una attività di monitoraggio più silenziosa

	<ul style="list-style-type: none"> • sistema di integrazione per il trapano • monitoraggio continuo in tempo reale • Controllo dal campo operatorio • almeno 2 porte USB per collegamento a stampante e/o altri dispositivi 	<ul style="list-style-type: none"> • Errata corrige • monitoraggio continuo della funzione del nervo nel corso degli interventi chirurgici, secondo specifici protocolli. • Possibilità, da campo sterile, di controllare le principali funzionalità della console NIM Vital™ (es. aumentare e diminuire l'intensità dello stimolo, salvare e nominare l'evento stimolato, regolare il volume, gestire i software NerveTrend™ e Nervassure™) tramite l'utilizzo della sonda di stimolazione mod. Incrementing o l'utilizzo di un pennino touchscreen; • Cinque porte USB; 	<ul style="list-style-type: none"> • Errata corrige <p>modalità di monitoraggio continuo (con elettrodo APST™) che fornisce un feedback real-time sulla qualità della risposta EMG durante la dissezione chirurgica;</p> <p>Possibilità, da campo sterile, di controllare le principali funzionalità della console NIM Vital™ (es. aumentare e diminuire l'intensità dello stimolo, salvare e nominare l'evento stimolato, regolare il volume, gestire i software NerveTrend™ e Nervassure™) tramite l'utilizzo della sonda di stimolazione mod. Incrementing o l'utilizzo di un pennino touchscreen;</p> <p>n. 2 porte USB-C, n.3 porte USB-A</p>
Stimolatore mono-bipolare con modifica automatica della soglia di stimolazione fino a 4 canali	Range di stimolazione da 0,01 mA a 50 mA a step di 0,01 mA e 0,5 mA	Range di Stimolazione da 0,01mA a 25mA, con incrementi di 0.01, 0.05, 0.1, 0.5 o 1mA N.B. Vedi chiarimento	L'intervallo di stimolazione disponibile è molto ampio: da 0,01mA a 50mA, con incrementi di 0,01mA da 0 a 0,15mA; sono da 0,05mA da 0,15 a 1,5mA; sono di 0,1mA da 0,5 a 3,0mA; sono di 0,5mA da 3,0 a 5,0mA; sono di 1,0mA da 5,0 a 50,0mA.
Possibilità di variare il livello di soglia di sensibilità	Da 20 microvolt a 2500 microvolt	da 20µV a 2500µV	Possibilità di controllo del valore di soglia, preimpostata a 100µV, da 20µV a 2500 µV tramite pannello touchscreen
Guide di posizionamento con codifica a colori	SI	SI	SI
Materiale di consumo necessario per singola procedura:	Fabbisogno annuo per 90 procedure: 1. N. 90 sonde di stimolazione;	• Sonda di stimolazione monopolare angolata 30°	PROBE 8225490 3PK INCREMENTING 1MM



<p>1. N. 1 sonda di stimolazione monopolare a palla, diametro 1 mm, con comando remoto;</p> <p>2. N. 1 Kit elettrodi subdermali accoppiati a 4 canali con elettrodo di riferimento terra e ritorno dello stimolo;</p> <p>Ulteriore materiale di consumo: Tubo endotracheale con elettrodi termosaldati in superficie range di misure disponibili a scelta compresi fra 5.0 mm e 9.0 mm</p>	<p>2. N. 90 Kit elettrodi subdermali</p> <p>3. N. 10 tubi endotracheali con elettrodi.</p> <p>Fabbisogno triennale 270 procedure configurate come sopra:</p>	<p>525603</p> <p>• Elettrodi accoppiati ad ago sottocutanei 4 canali 534643</p> <p>Propongono Elettrodi laringei di tipo SELECT ®(Cod.53085x Caratteristica non idonea e non equivalente in quanto sono stati richiesto 30 Tubi endotracheali con elettroditermosaldati in superficie range misure a scelta tra diametri compresi tra 5,0 e 9,0 mm</p>	<p>TIP*</p> <p>PR'D ELECTR DUAL CASE PRO PIN (1/BX)*</p> <p>tubi TriVantage™</p>
<p>Tempo di risoluzione del guasto dalla chiamata (Ore Solari)</p>	<p><= 24</p>		<p>12 h (apparecchiatura sostitutiva)</p>
<p>Sede di assistenza più vicina</p>	<p>In Campania</p>		<p>SI, Referente di zona</p>
<p>Numero visite programmate</p>	<p>>=2 anno</p>		<p>2 anno presso sede di ubicazione dell'apparecchiatura</p>
<p>IDONEITA'</p>		<p>NO</p>	<p>SI</p>

Le caratteristiche minime indicate nella scheda come innanzi predisposta sono da intendersi obbligatorie, nel senso che la carenza o la non conformità anche di uno dei parametri elencati in tabella comporterà la non ammissione alla gara. La suddetta scheda dovrà essere obbligatoriamente compilata dalla società partecipante alla gara. Le Società concorrenti dovranno compilare la scheda sopra riportata, presentare depliant tecnici e illustrativi in lingua italiana di tutte le caratteristiche tecniche e di tutte le funzioni delle apparecchiature offerte, in conformità alle indicazioni riportate nelle schede di cui sopra. Per ognuna delle voci di cui sopra si chiede di rispondere SI/NO, indicando la pagina della documentazione tecnica in cui rinvenire la specifica tecnica richiesta.




TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

PARAMETRI OGGETTO DI VALUTAZIONE	Modalità di assegnazione del punteggio	PUNTI	INOMED	MEDTRONIC
Ergonomia e semplicità d'uso	Discrezionale Verranno valutate le interfacce utente, le modalità operative e tutte le soluzioni ergonomiche tese a garantire l'intuitività e la semplicità di utilizzo del sistema	Punti 15		Setup semplice e veloce: Menu touchscreen a colori, semplice da utilizzare con interfaccia grafica user-friendly PUNTI 12
Dotazione di porte USB >2	SI/NO	Punti 13		Punti 13
Range di stimolazione >30 mA;	Ogni 5 mA > di 30 saranno attribuiti 2 punti	Max punti 10		da 5,0 a 50,0mA. Punti 10
Valore di soglia di sensibilità ≤ 5 μV	Al valore più basso sarà attribuito il massimo punteggio ed in modo proporzionale ai restanti $P_{max} \times \frac{V_i - V_{min}}{V_{max} - V_{min}}$	Punti 7		Soglia minima 20μV Punti 0
Disponibilità 2° monitor per visione chirurgo	SI/NO	Punti 10		Possibilità di duplicazione del monitor NIM Vital™ sui display di sala operatoria mediante trasmettitore wireless Punti 10
Comando di stampa e regolazione intensità di stimolazione direttamente da manipolo-sonda	SI/NO	Punti 15		Punti 15
Punteggio totale attribuito				PUNTI 60

[Handwritten signature]
 Daniele Ciferri
 [Handwritten text]

GARA MePA RdO n. 4223681

Procedura MePA avente ad oggetto l'affidamento della "fornitura in Service Full Risk per un periodo di 3 ANNI di Nr. 1 Elettromiografo intraoperatorio" per le esigenze della UOC di Chirurgia Maxillo Facciale dell'AORN "S. Anna e San Sebastiano" di Caserta".

VERBALE N. 3 DEL 13/5/2024

In data 13/05/2024 alle ore 11:30 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° della Palazzina "A" di via Palasciano, Caserta, si riunisce il Seggio di gara costituito per la procedura in oggetto, così composto:

- Dott. Leonardo Violante – *Dirigente Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato* – Presidente/RUP;
- Dott.ssa Agnese Basilicata – *Assistente Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato* – Teste;
- Dott.ssa Maria Fatima Corvino – *Assistente Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato* – Teste.

Quest'ultima assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 26/03/2024 è stata disposta l'indizione della procedura finalizzata all'affidamento della fornitura di inserti monouso ultrasonici piezoelettrici e relativo dispositivo/bisturi piezoelettrico ad ultrasuoni in Service full risk per un periodo di 3 anni (lotto unico), mediante RdO aperta agli operatori economici abilitati ai bandi "Forniture specifiche per la Sanità (Beni)" sul Mercato Elettronico della P.A.;

- pendente il termine per la presentazione delle offerte, sono state riscontrate le richieste di chiarimenti pervenute;

- entro il termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del giorno 16/04/2024 sono pervenute offerte dai seguenti operatori economici:

Lotto 1:

- 1) INOMED
- 2) MEDTRONIC ITALIA



MFE AA B

Con verbale n. 1 del 29/4/2024 il Seggio di gara ha ammesso le precitate Ditte alla successiva fase di gara.

Con verbale n. 2 del 6/5/2024 il Seggio di gara ha escluso la Ditta INOMED e ha ammesso la Ditta MEDTRONIC alla successiva fase di gara.

TANTO PREMESSO

Il precitato Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dispone che si apra la seduta. Preliminarmente i componenti di detto organismo dichiarano che rispetto ad essi non ricorrono le situazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n.36/2023. Susseguentemente il Presidente, riscontrata la regolare costituzione della Commissione, dispone che si dia inizio ai lavori, procedendo alla disamina della documentazione economica presentata dalla Ditta MEDTRONIC, risultando quanto segue:

	OFF ECONOMICA
MEDTRONIC	148.230,00


Alle ore 12.00 si dichiara chiusa la presente seduta. Gli atti della procedura restano affidati alla UOC Provveditorato ed Economato per il prosieguo di competenza.

Del che è verbale, letto, confermato, viene sottoscritto


Dott. Leonardo Violante



Dott.ssa Agnese Basilicata



Dott.ssa Maria Fatima Corvino



SCHEDA OFF. ECONOMICA - ALL. A

FORMITURA IN SERVICE FULL RISK PER UN PERIODO DI 3 ANNI DI NR.1 ELETTROMIOGRAFO INTRAOPERATORIO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE. CIG B11184289A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Descrizione prodotto	Codice prodotto Fornitore	Codice prodotto Produttore (Fabbricante) REF	codice CND	Numero identificativo Iscrizione Repertorio Dispositivi Medici	Unità di misura	Quantità triennale	prezzo di listino	% di sconto praticato sul prezzo di listino	prezzo unitario offerto	Aliquota IVA %	Importo Totale Prodotto
Electromiografo intraoperatorio, composto da: CONSOLE EM-VITAL™ - CENSOLE Allegato I/2 Dichiarazione: Doc. NIM Vital Nerve Monitoring System Numero di repertorio: 1943771/R CND: Z12101106	NIM4CM01	NIM4CM01	Z12101106	1943771/R	Pezzo	1	25.000,00 €			22	
INTERFACCIA PAZIENTE NIM VITAL™ - 4 CANALI Dichiarazione: G10419210035, Doc. NIM Vital Nerve Monitoring System Numero di repertorio: 1943781/R CND: Z12101180	NIM4CPB1	NIM4CPB1	Z12101180	1943781/R	Pezzo	1	4.000,00 €	comodato d'uso gratuito		22	comodato d'uso gratuito
CAVO INTERFACCIA PAZIENTE NIM VITAL™ Dichiarazione: G10419210035, Doc. NIM Vital Nerve Monitoring System Numero di repertorio: 1943788/R CND: Z12101180	NIM4CPB2	NIM4CPB2	Z12101180	1943788/R	Pezzo	1	310,00 €			22	
CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA 6m	1895825	1895825	n/a	n/a	Pezzo	1	68,00 €			22	
CARRELLO NIM-VITAL	NIM4CC01	NIM4CC01	n/a	n/a	Pezzo	1	3.018,00 €			22	
Sonde di stimolazione monopolari a pilla diametro 1 mm. con comando remoto da campo sterile SONDE INDIPONDIBILI PALCROMO INCREMENTING (confezione indivisibile da 3 p.) Dichiarazione: G10419210035, TD 6-1 Numero di repertorio: 253109/R CND: Z12101185	8225490	8225490	Z12101185	253109/R	Pezzo	270	250,00 €	0,00%	250,00 €	22	67.500,00 €
Kit elettrodi subdermali accoppiati a 4 canali con terra e ritorno dello stimolo SET ELETTRODI ACCOPPIATI A 4 CANALI Dichiarazione: G10419210035, TD 6-1 Numero di repertorio: 116856/R CND: Z12101106	8227411	8227411	Z12101106	116856/R	Pezzo	270	279,00 €	0,00%	279,00 €	22	75.330,00 €
Tubi endotracheali con elettrodi termosaldati in superficie range misure a scelta tra diametri compresi tra 5,0 e 9,0 mm TUBO ENDOTRACHEALE NIM TRIVANTAGE 5,0mm Dichiarazione: G10419210035, TD 6-1 Numero di repertorio: 587467/R CND: R01030202	8229705	8229705	R01030202	587467/R	Pezzo		180,00 €	0,00%		**	
TUBO ENDOTRACHEALE NIM TRIVANTAGE 6,0mm Dichiarazione: G10419210035, TD 6-1 Numero di repertorio: 587467/R CND: R01030202	8229706	8229706	R01030202	587467/R	Pezzo		180,00 €	0,00%		**	
TUBO ENDOTRACHEALE NIM TRIVANTAGE 7,0mm Dichiarazione: G10419210035, TD 6-1 Numero di repertorio: 587467/R CND: R01030202	8229707	8229707	R01030202	587467/R	Pezzo	30	180,00 €	0,00%	180,00 €	**	5.400,00 €
TUBO ENDOTRACHEALE NIM TRIVANTAGE 8,0mm Dichiarazione: G10419210035, TD 6-1 Numero di repertorio: 587467/R CND: R01030202	8229708	8229708	R01030202	587467/R	Pezzo		180,00 €	0,00%		**	
TUBO ENDOTRACHEALE NIM TRIVANTAGE 9,0mm Dichiarazione: G10419210035, TD 6-1 Numero di repertorio: 587467/R CND: R01030202	8229709	8229709	R01030202	587467/R	Pezzo		180,00 €	0,00%		**	
TOTALE OFFERTO											148.230,00 €

** in oltretempo all'art. 124 del D.L. 34/2020 ("Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"), a far data dal 1 gennaio 2021 l'aliquota riportata per lo specifico prodotto sarà pari al 5% (cinque).

Si dichiara che:
i costi di sicurezza sono € 592,92
i costi di manodopera sono € 18.217,47

data e luogo
Milano, 03/04/2024
Nostro Protocollo: 202436877/IR

MEDTRONIC ITALIA S.p.A.
LAURA RACITI
Un Procuratore
Documento informatico firmato digitalmente
al sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2002, n. 42 e norme collegiate

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

**FORNITURA IN SERVICE FULL RISK PER UN PERIODO DI 3 ANNI DI NR. 1 ELETTROMIOGRAFO
INTRAOPERATORIO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE –
AGGIUDICAZIONE**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €30.140,10

- è di competenza dell'esercizio 2024 , imputabile al conto economico 5010111010 - Altri Beni e Prodotti Sanitari
da scomputare dal preventivo di spesa 6/12 che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €60.280,20

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 5010111010 - Altri Beni e Prodotti Sanitari
da scomputare dal preventivo di spesa 12/12 che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 3 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €60.280,20

- è di competenza dell'esercizio 2026 , imputabile al conto economico 5010111010 - Altri Beni e Prodotti Sanitari
da scomputare dal preventivo di spesa 12/12 che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 4 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €30.140,10

- è di competenza dell'esercizio 2027 , imputabile al conto economico 5010111010 - Altri Beni e Prodotti Sanitari
da scomputare dal preventivo di spesa 6/12 che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 17/05/2024

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito