



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 882 del 01/08/2024

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: FORNITURA DI N. 1 SISTEMA PER VIDEOENDOSCOPIA HD/4K COMPLETO DI ACCESSORI HD PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA. CIG: [B247D10EB9]

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 01/08/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere



Oggetto: FORNITURA DI N. 1 SISTEMA PER VIDEOENDOSCOPIA HD/4K COMPLETO DI ACCESSORI HD PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA. CIG: [B247D10EB9]

IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- Con Deliberazione del Direttore Generale N. 716 del 30/09/2021, questa AORN ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 co.2 del D.lgs 50/2016, la procedura di gara inerente la fornitura di n. 2 sistemi per videoendoscopia alla ditta Pentax Italia srl, per le esigenze della U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, per un importo complessivo pari a € 1.108.254,78 oltre IVA;
- Con prot.n. 0020964 del 11/07/2023 il Direttore della U.O.C. in parola, in virtù della riorganizzazione della piastra endoscopica e della realizzazione di una seconda sala, ha richiesto l'acquisizione di nuova strumentazione endoscopica, compatibile con i n. 2 sistemi per videoendoscopia già in dotazione, ai sensi dell'art. 106 co.12 del D.Lgs.n. 50/2016 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);
- Con prot.n. 0031337 del 27/10/2023 il Direttore della U.O.C. Tecnologia Ospedaliera ed HTA, dopo attenta analisi della richiesta suddetta ha riscontrato, per propria competenza, alla summenzionata nota prot.;
- Con Deliberazione del Direttore Generale N. 1095 del 06/12/2023 questa AORN ha provveduto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016, all'ampliamento del contratto di cui alla Deliberazione del Direttore Generale N. 716 del 30/09/2021, per un importo di spesa pari a € 56.381,19 oltre IVA, rientrante nel quinto d'obbligo dell'importo contrattuale pari a € 221.650,96

Deliberazione del Direttore Generale

oltre IVA, per l'acquisizione dei soli prodotti di cui alla nota prot. 0020964 del 11/07/2023 ricompresi nell'offerta rif. 1000000890/593/TD del 02/11/2020, presentata in sede di gara;

Considerato che

- Con nota prot. 0007076 del 07/03/2024 il Direttore della U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ha richiesto il completamento del nuovo sistema per videoendoscopia, necessario per la seconda sala endoscopica, attraverso l'acquisizione di strumentazione con funzioni avanzate di cromoendoscopia per l'identificazione e caratterizzazione delle lesioni e di studio dell'infiammazione colica mediata da un assetto strumentale (filtri) e da un algoritmo specifico (intelligenza artificiale);
- Con nota posta a margine del suddetto protocollo, la Direzione Sanitaria ha autorizzato l'acquisizione *de qua*, ai fini dell'allestimento della seconda sala endoscopica;

Dato atto che

- Con tali premesse, per propria competenza, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha richiesto mezzo mail in data 15/05/2024 alla società Pentax Italia srl un preventivo di spesa per la fornitura di n. 1 sistema per videoendoscopia, così composto:
 - n.1 videoprocessore 4K con funzioni avanzate di cromoendoscopia sia ottica che elettronica per l'identificazione e caratterizzazione delle lesioni della mucosa e della sottomucosa e con funzione di studio dell'infiammazione colica;
 - n. 1 monitor medico UHD 4K 32" configurabile, con tecnologia di miglioramento delle immagini multiple;
 - n. 1 videocolonscopio HD di alta fascia tecnologica per lo studio dell'infiammazione colica, con funzioni di cromoendoscopia ed osservazione del pattern vascolare;
 - n. 1 videocolonscopio standard HD con cromoendoscopia;
- La società costruttrice e fornitrice summenzionata ha riscontrato in merito con preventivo n. 1000003617/513/TD del 05/06/2024 per un importo presunto di fornitura pari a € 85.900,00 oltre IVA al 22 %; successivamente, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha sottoposto l'offerta summenzionata mezzo mail all'attenzione del Direttore della U.O.C. richiedente la strumentazione ai fini dell'acquisizione del nulla osta clinico relativo; il Direttore della U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ha riscontrato in merito stesso mezzo;

Deliberazione del Direttore Generale



Rilevato che

- al fine di provvedere in merito, l'U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha attivato sulla piattaforma MEPA Consip, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera b del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, la trattativa diretta MEPA n. 4478982 del 28/06/2024 inerente la fornitura di che trattasi, per un importo presunto di fornitura pari a € 85.900,00 oltre IVA al 22% con l'operatore economico PENTAX ITALIA S.R.L. (P.IVA 11159150157); entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del 05/07/2024 è pervenuta l'offerta da parte dell'operatore economico PENTAX ITALIA S.R.L. (P.IVA 11159150157);

Visto

- il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Ritenuto

- di procedere alla conferma della trattativa diretta MEPA n. 4478982 del 28/06/2024 inerente la fornitura di che trattasi, per un importo di fornitura pari a € 85.900,00 oltre IVA al 22% con l'operatore economico PENTAX ITALIA S.R.L. (P.IVA 11159150157);
- il suddetto importo congruo;

Attestata

la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

1. procedere alla conferma della trattativa MEPA n. 4478982 del 28/06/2024 inerente la fornitura di che trattasi, per un importo di fornitura pari a € 85.900,00 oltre IVA al 22% con l'operatore economico PENTAX ITALIA S.R.L. (P.IVA 11159150157);
2. imputare il costo complessivo di € 104.798,00 IVA inclusa al 22% sul conto economico n. 1010204010-ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio 2024;
3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. attribuire alla presente procedura il seguente CIG: [B247D10EB9];
5. rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di utilizzare l'apparecchiatura;
6. trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alle uu.oo.cc. Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato, U.O.C Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, ciascuna per quanto di competenza.

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera ed HTA

Ing. Vittorio Emanuele Romallo

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA Ing. Vittorio Emanuele Romallo;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art.6, punto 1, lett. E del Regolamento Aziendale) e sotto riportati:

Il Direttore Sanitario	Dr.ssa Angela Anecchiarico	Favorevole
Il Direttore Amministrativo	Avv. Amalia Carrara	Favorevole

DELIBERA

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. procedere alla conferma della trattativa MEPA n. 4478982 del 28/06/2024 inerente la fornitura di che trattasi, per un importo di fornitura pari a € 85.900,00 oltre IVA al 22% con l'operatore economico PENTAX ITALIA S.R.L. (P.IVA 11159150157);
2. imputare il costo complessivo di € 104.798,00 IVA inclusa al 22% sul conto economico n. 1010204010-ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio 2024;
3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. attribuire alla presente procedura il seguente CIG: [B247D10EB9];
5. rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di utilizzare l'apparecchiatura;
6. trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alle uu.oo.cc. Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato, U.O.C Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, ciascuna per quanto di competenza.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



Dipartimento Scienze Mediche
U.O.C. Gastroenterologia

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Caserta, lì 11/07/2023

Direttore

Prof. Rosario Cuomo
Tel: +39 0823 232402

UOS: Bleeding Unit

Dott. Domenico Costato
Tel: +39 0823 232360

IPAS: Malattie Croniche

Infiammatorie intestinali

Dott.ssa Caterina Mucherino
Tel: +39 0823 232404

**Centro di riferimento per
la malattia celiaca**

Dott.ssa Silvia Astretto
Tel +39 0823 232404

Dirigenti Medici

Dott. Sabino Alvino
Dott.ssa Laura Montesano
Dott. Luigi Russo
Dott.ssa Valentina Vecchiarelli
Tel +39 0823 232404

Coordinatore Infermieri

Dott.ssa Angela Patrizia Perillo
Tel: +39 0823 232497

Medicheria: +39 0823 232403

Ambulatorio: +39 0823 232907

Day Hospital: +39 0823 232423

Endoscopia: +39 0823 232360

Al Direttore Generale
Al Direttore Sanitario
Al Direttore Amministrativo
Al Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera
AORN Caserta

Oggetto: Richiesta di materiale endoscopico per attrezzare seconda sala endoscopica

Attualmente la nostra attrezzatura endoscopica è caratterizzata da strumenti Pentax ed in particolare da 2 Rack corredati da videoprocessore, monitor medicale, trasformatore ISO, supporto braccio snodato, pompa di irrigazione, insufflatore e videoendoscopi (colonscopi, gastroscopi e duodenoscopi). Inoltre abbiamo anche video ecoendoscopi corredati da ecografo dedicato.

I due rack sono posizionati uno nell'unica sala endoscopica attualmente attiva e l'altro in sala operatoria per le procedure interventistiche più complesse.

Con la riorganizzazione della piastra endoscopica e la realizzazione di una seconda sala endoscopica nasce l'esigenza di acquisire nuova strumentazione endoscopica. In particolare, per ottenere materiale compatibile con la strumentazione in nostro possesso, si chiede a questa Direzione Strategica di utilizzare il meccanismo di estensione del quinto d'obbligo relativo alla procedura per la fornitura di 2 sistemi di videoendoscopia (delibera del D.G. n.716 del 30/09/2021) .

Pertanto si chiede di acquisire il materiale di seguito specificato.

VIDEOPROCESSORE

Codice 90180 Descrizione EPK-i8020c Videoprocessore INSPIRA 4K
Fonte di Luce integrata – fornito completo di Hard Disk esterno Mod. HDISK-EST2
Quantità pezzi n. 1
Codice CND: Z12020406
N° Repertorio: 2343788

MONITOR MEDICALE

Codice 300455 Descrizione MONITOR MEDICALE 32" 4K
Quantità pezzi n. 3
Codice CND: Z11900802
RDM: Da Reg.

CARRELLO

Codice 400905 Descrizione RACK CLASSIC+TRASFORMATORE ISO

Caserta, lì 11/07/2023

Quantità pezzi n. 1

Codice CND: Z12029003

N° Repertorio: 79961/R

POMPA DI LAVAGGIO completa di accessori

Codice 300296NB Descrizione EGA-500P POMPA DI IRRIGAZIONE

Quantità pezzi n. 1

Codice CND: Z12029099

N° Repertorio: 1122977

INSUFFLATORE DI CO2

Codice 300297NB Descrizione EGA-501P INSUFFLATORE CO2

Quantità pezzi n. 1

Codice CND: Z12029008

N° Repertorio: 1120327

VIDEOCOLONSCOPIO HDTV

Codice 83861P Descrizione EC38-I10F VIDEOCOLONSCOPIO 1500MM HD

Quantità pezzi n. 3

Codice CND: Z12020606

N° Repertorio: 699512

VIDEODUODENOSCOPIO HD

Codice 80935 Descrizione ED34-I10T2 VIDEODUODENOSCOPIO CON DEC

Quantità pezzi n. 1

Codice CND: Z12020510

N° Repertorio: 1615183

SISTEMA DI ACQUISIZIONE E ARCHIVIAZIONI IMMAGINI

Codice MVR409 Descrizione REGISTRATORE MEDICALE IMMAGINI/VIDEO HD

Quantità pezzi n. 1

Codice CND: Z12020499

N° Repertorio: IN REGISTR

Il Direttore della Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Dr. Prof. Rosario Cuomo





Dipartimento Scienze Mediche
U.O.C. Gastroenterologia

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Caserta, lì 07/03/2024

Al Direttore Generale
Al Direttore Sanitario
Al Direttore Amministrativo
pc Al Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera
Al Direttore del Provveditorato

AORN Caserta
SEDE

Oggetto: Richiesta di attivazione di procedura di acquisizione di strumentazione endoscopica per il completamento attrezzature seconda sala endoscopica della UOC di Gastroenterologia.

Con la riorganizzazione della piastra endoscopica e la realizzazione di una seconda sala endoscopica è nata l'esigenza di acquisire nuova strumentazione. Tale operazione avrà come risultato il potenziamento delle attività endoscopiche con sensibile incremento del numero degli esami eseguiti.

La Direzione Strategica di questa Azienda ha recepito quanto in premessa ed ha autorizzato con delibera 1095 del 06.12.2023 l'acquisizione, mediante provvedimento di ampliamento contratto ex art. 106 comma 12, di alcuni prodotti analoghi a quelli presenti nel corredo strumentale (n 2 sistemi di videoendoscopia) di cui alla deliberazione del DG n.716 del 30.09.2021. Tuttavia per il completamento dell'attrezzatura, indispensabile all'attivazione della seconda sala, sono necessarie altre attrezzature.

Considerando che le performance della strumentazione endoscopica sono in continuo miglioramento e consentono nuove opportunità diagnostiche si richiede di completare l'attrezzatura operando anche un aggiornamento della tecnologia da acquisire.

Pertanto si richiede, come da nota della UOC Provveditorato 34999/i dello 01.12.2023, di attivare consultazione preliminare di mercato propedeutica all'espletamento di procedura negoziata dei seguenti prodotti:

- **n. 1 videoprocessore** dotato di: tecnologia 4K; funzioni avanzate di Cromoendoscopia sia Ottica che Elettronica per la identificazione e caratterizzazione delle lesioni della mucosa e della sottomucosa; funzione di studio della infiammazione colica mediata da un assetto strumentale (filtri) e da un algoritmo specifico (Intelligenza artificiale); uscita DICOM per connessione e recupero WorkList da RIS/PACS; applicazione per connessione diretta ad un PC in rete aziendale per il salvataggio di immagini paziente direttamente alla pressione di un pulsante sull'endoscopio; Compatibilità con strumenti flessibili marca PENTAX in uso nella nostra Endoscopia Digestiva (videocolonscopi, videogastroscoopi, videoduodenoscopi ed ecoendoscopi);

Caserta, lì _07/03/2024_

N. 3 Monitor medicale di almeno 32" con definizione UHD 4K : Da installare sui carrelli in utilizzo presso il reparto di endoscopia digestiva; provvisti di tecnologia di miglioramento di immagini multiple configurabile;

Nr. 2 Videocolonscopio di Alta Qualità HD di lunghezza 1500 mm: dotati di Sensore CMOS in alta definizione nativa HD; ampiezza campo di visione fino a 170°; Profondità di campo di visione da 2 a 100 mm; Flessione distale UP/DOWN: 210°/180; Flessione distale LEFT/RIGHT: 160°/160°; Diametro tratto distale 13,2 mm; Diametro tubo di inserzione 12,8 mm; Diametro canale operativo 3,8 mm; Canale water jet; Predisposizione a funzionare con l' algoritmo per lo studio della infiammazione colica; Predisposto per la cromoendoscopia; Funzione Magniview per osservazione del pattern vascolare; Sistema di regolazione della rigidità del tubo di inserzione; di tecnologia per la trasmissione della torsione e con conformazione del tubo a tre livelli di flessibilità crescente; Connessione al videoprocessore rotante di 180 gradi; compatibile con videoprocessore PENTAX;

Nr. 2 Videocolonscopio Standard HD di lunghezza 1500 mm dotati di: Sensore CMOS in alta definizione nativa HD; sistema di illuminazione a LED in punta distale; ampiezza campo di visione fino a 140°; Profondità di campo di visione da 3 a 100 mm; Flessione distale UP/DOWN: 210°/180; Flessione distale LEFT/RIGHT: 160°/160°; Diametro tratto distale 13,2 mm; Diametro tubo di inserzione 12,8 mm; Diametro canale operativo 3,8 mm; Canale water jet; Predisposto per la cromoendoscopia; Dotato di tecnologia per la trasmissione della torsione e con conformazione del tubo a tre livelli di flessibilità crescente; Connessione al videoprocessore rotante di 180 gradi; compatibile con videoprocessore PENTAX

Il Direttore della UOC di Gastroenterologia
Dr. Prof. Rosario Cuomo



Dipartimento Scienze Mediche
U.O.C. Gastroenterologia

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Caserta, li _07/03/2024_

11.03
AOR C.A.
Direttore UOC Endoscopia Ospedale Caserta
per favore
Il Direttore Sanitario
dott. sso Angelo ANNECCULIRICO

Al Direttore Generale
Al Direttore Sanitario
Al Direttore Amministrativo
pc Al Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera
Al Direttore del Provveditorato

AORN Caserta
SEDE

Oggetto: Richiesta di attivazione di procedura di acquisizione di strumentazione endoscopica per il completamento attrezzature seconda sala endoscopica della UOC di Gastroenterologia.

Con la riorganizzazione della piastra endoscopica e la realizzazione di una seconda sala endoscopica è nata l'esigenza di acquisire nuova strumentazione. Tale operazione avrà come risultato il potenziamento delle attività endoscopiche con sensibile incremento del numero degli esami eseguiti.

La Direzione Strategica di questa Azienda ha recepito quanto in premessa ed ha autorizzato con delibera 1095 del 06.12.2023 l'acquisizione, mediante provvedimento di ampliamento contratto ex art. 106 comma 12, di alcuni prodotti analoghi a quelli presenti nel corredo strumentale (n 2 sistemi di videoendoscopia) di cui alla deliberazione del DG n.716 del 30.09.2021. Tuttavia per il completamento dell'attrezzatura, indispensabile all'attivazione della seconda sala, sono necessarie altre attrezzature.

Considerando che le performance della strumentazione endoscopica sono in continuo miglioramento e consentono nuove opportunità diagnostiche si richiede di completare l'attrezzatura operando anche un aggiornamento della tecnologia da acquisire.

Pertanto si richiede, come da nota della UOC Provveditorato 34999/i dello 01.12.2023, di attivare consultazione preliminare di mercato propedeutica all'espletamento di procedura negoziata dei seguenti prodotti:

- n. 1 **videoprocessore** dotato di: tecnologia 4K; funzioni avanzate di Cromoendoscopia sia Ottica che Elettronica per la identificazione e caratterizzazione delle lesioni della mucosa e della sottomucosa; funzione di studio della infiammazione colica mediata da un assetto strumentale (filtri) e da un algoritmo specifico (Intelligenza artificiale); uscita DICOM per connessione e recupero WorkList da RIS/PACS; applicazione per connessione diretta ad un PC in rete aziendale per il salvataggio di immagini paziente direttamente alla pressione di un pulsante sull'endoscopio; Compatibilità con strumenti flessibili marca PENTAX in uso nella nostra Endoscopia Digestiva (videocolonscopi, videogastroscoopi, videoduodenoscopi ed ecoendoscopi);



Dipartimento Scienze Mediche
U.O.C. Gastroenterologia

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Caserta, lì 07/03/2024

N. 3 Monitor medicale di almeno 32" con definizione UHD 4K : Da installare sui carrelli in utilizzo presso il reparto di endoscopia digestiva; provvisti di tecnologia di miglioramento di immagini multiple configurabile;

Nr. 2 Videocolonscopio di Alta Qualità HD di lunghezza 1500 mm: dotati di Sensore CMOS in alta definizione nativa HD; ampiezza campo di visione fino a 170°; Profondità di campo di visione da 2 a 100 mm; Flessione distale UP/DOWN: 210°/180; Flessione distale LEFT/RIGHT: 160°/160°; Diametro tratto distale 13,2 mm; Diametro tubo di inserzione 12,8 mm; Diametro canale operativo 3,8 mm; Canale water jet; Predisposizione a funzionare con l'algoritmo per lo studio della infiammazione colica; Predisposto per la cromoendoscopia; Funzione Magniview per osservazione del pattern vascolare; Sistema di regolazione della rigidità del tubo di inserzione; di tecnologia per la trasmissione della torsione e con conformazione del tubo a tre livelli di flessibilità crescente; Connessione al videoprocessore rotante di 180 gradi; compatibile con videoprocessore PENTAX;

Nr. 2 Videocolonscopio Standard HD di lunghezza 1500 mm dotati di: Sensore CMOS in alta definizione nativa HD; sistema di illuminazione a LED in punta distale; ampiezza campo di visione fino a 140°; Profondità di campo di visione da 3 a 100 mm; Flessione distale UP/DOWN: 210°/180; Flessione distale LEFT/RIGHT: 160°/160°; Diametro tratto distale 13,2 mm; Diametro tubo di inserzione 12,8 mm; Diametro canale operativo 3,8 mm; Canale water jet; Predisposto per la cromoendoscopia; Dotato di tecnologia per la trasmissione della torsione e con conformazione del tubo a tre livelli di flessibilità crescente; Connessione al videoprocessore rotante di 180 gradi; compatibile con videoprocessore PENTAX

*2 p.c.
Dr. Cuomo
30.07 Tend.
A.R.C.A.
Dott. JOC
con riferimento alla
vecchia, a seguito dell'incontro
tenuto in data 02/03/2024
esp. me per il favore
Il Direttore Sanitario
dott.ssa Angela ANNECCHINICO*

Direttore della UOC di Gastroenterologia
Dr. Prof. Rosario Cuomo

ROSARIO
CUOMO
07.03.2024
09:12:33
GMT+01:00



*Quanto richiesto dal Prof. Cuomo consente di
completare l'allestimento della 2ª sala endoscopica.*

*30/07/2024
Fittore delle Mille*

PENTAX
MEDICAL

PENTAX Italia s.r.l. con Unico Socio
Via Clemente Prudenzio n.16
20138 Milano - Italy
Tel. 02.50.99.58.1
www.pentaxmedical.com

11200153

Spett.le
A.O.R.N. S. ANNA E S. SEBASTIANO
VIA PALASCIANO
81100 CASERTA (CE)

Milano 05/06/2024

alla c.a. U.O.C. Tecnologia Osp. e HTA

Ns. rif. 1000003617/513/TD

Oggetto: Offerta per la fornitura di Videoprocessore Pentax con funzioni avanzate di cromoendoscopia e Apparecchiature per Endoscopia HD VideogastroscoPIO e VideocolonscoPIO

La presente per sottoporre la nostra migliore offerta per i prodotti sotto elencanti.

Codice 84296 **Descrizione** [EC38-i10cF] Video ColonscoPIO HD+ (i10c Series), Routine, Messa a Fuoco Ravvicinata, Sistema

Quantità offerta pezzi n. 1
Codice CND: Z12020606
N° Repertorio: 1808572

Codice 90543 **Descrizione** [EC38-i20cF] Video ColonscoPIO HD+ (i20c Series), Routine, Sistema Water Jet, Trattamento

Quantità offerta pezzi n. 1
Codice CND: Z12020606
N° Repertorio: 2378123

Codice 90180 **Descrizione** [EPK-i8020c] INSPIRA Video Processore HD+/4K, i-scan OE (Miglioramento Ottico), Tecnologia LED,

Quantità offerta pezzi n. 1
Codice CND: Z12020406
N° Repertorio: 2343788

Codice LMD-X3200MD **Descrizione** Monitor Medico LCD 4K 32"

Quantità offerta pezzi n. 1
Codice CND: Z11900802
N° Repertorio: N.A.

Totale fornitura a Listino: EUR. 136.300,00 + IVA

PREZZO PARTICOLAR A VOI RISERVATO TOTALE FORNITURA: EUR. 85.900,00 + IVA

A.O.R.N. S. ANNA E S. SEBASTIANO
Dipartimento Scienze Mediche
Direttore: Dr. Prof. Rosario CUOMO
CE 4338

PENTAX MEDICAL

PENTAX Italia s.r.l. con Unico Socio
Via Clemente Prudenzio n.16
20138 Milano - Italy
Tel. 02.50.99.53.1
www.pentaxmedical.com

Condizioni di Fornitura:

Validità offerta: 60 gg dalla scadenza di presentazione dell'offerta
Consegna: entro 30 gg dal ricevimento ordine
Collaudo: entro 10 gg dalla consegna
Minimo fatturabile: € 260,00
Spese di spedizione: a ns.carico
Porto: Franco Imballo Gratis
Pagamento: 60 gg d.f. Rimessa Diretta (Bonifico)
IVA di legge a Vs. carico: 22%
Garanzia: 24 (ventiquattro) mesi per vizi e difetti di fabbricazione

In caso di ordine: riportare il ns riferimento (numero offerta) sopra specificato ed inviare alla mail ordini.it@pentaxmedical.com

RingraziandoVi per l'attenzione prestataci, è gradita l'occasione per porgerVi distinti saluti.


PENTAX Italia S.r.l.
con Unico Socio
Sig. Massimo Alberoni
(nato a Bergamo, S. Giovanni - A. 20/01/1973)
Un Procuratore

*La fornitura prevista nella
presente offerta soddisfa le
esigenze della UOC.*

Nella osia

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
Dipartimento Scienze Mediche
Direttore: Dr. Prof. Rosario CUOMO
CE 4238

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
CASERTA
U.O.C. Gastroenterologia e
Endoscopia Digestiva
Direttore: dr. Prof. Rosario CUOMO

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

RIF. VS. PREV.Ns. rif. 1000003617/513/TD DEL 05/06/2024

Dati Principali

Numero RDO

4478982

Nome RDO

FORNITURA DI VIDEOPROCESSORE CON CROMOENDOSCOPIA ED APPARECCHIATURE VARIE PER LE ESIGENZE DELLA UOC GASTROENTEROLOGIA

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

VITTORIO EMANUELE ROMALLO

RMLVTR63R04L219T

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

VITTORIO EMANUELE ROMALLO RMLVTR63R04L219T

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Date

Pubblicazione

28/06/2024 11:57

Inizio presentazione offerte

28/06/2024 11:57

Termine ultimo presentazione offerte

05/07/2024 12:00

Data limite stipula contratto

05/07/2025 12:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

30

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

B247D10EB9

CUP

-

CPV

Identificativo

33100000-1

Descrizione

Apparecchiature mediche

Categoria

Apparecchiature
elettromedicali-Mepa

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

60 GG DATA ACCERTAMENTO

Importo presunto fornitura

€ 85.900,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA);Consegna: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

11159150157

PENTAX ITALIA S.R.L.

Offerta Economica relativa a

Descrizione FORNITURA DI VIDEOPROCESSORE CON CROMOENDOSCOPIA ED APPARECCHIATURE VARIE
PER LE ESIGENZE DELLA UOC GASTROENTEROLOGIA

RdO nr. 4478982

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA		
Ufficio	UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA		
Codice fiscale	02201130610	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Via palasciano		
Città	Caserta		
Recapito telefonico	0823232619		
Email	TECNOLOGIAOSPEDALIERA@OSPEDALE.CASERTA.IT		
Punto ordinante	VITTORIO EMANUELE ROMALLO		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

PENTAX ITALIA S.R.L.

Partita IVA

11159150157

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	85900,00

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT



PENTAX MEDICAL

PENTAX Italia s.r.l. con Unico Socio
Via Clemente Prudenzi n.16
20138 Milano - Italy
Tel. 02.50.99.58.1
www.pentaxmedical.com

11200153

Spett.le
A.O.R.N. S. ANNA E S. SEBASTIANO
VIA PALASCIANO
81100 CASERTA (CE)

Milano 02/07/2024

Ns. rif. 1000003687/513/TD
Vs. Rif: RdO 4478982 del 28/06/2024

Oggetto: Procedura telematica MePa per la fornitura di Videoproiettore con Cromoendoscopia ed Apparecchiature varie per le esigenze della UOC Gastroenterologia - CIG B247D10EB9

Il sottoscritto Dr. Adriano Tinelli, nato a Ponte dell'Olio (PC) il 18/07/1956 e residente in Milano, Viale Piave n. 35, nella qualità di Presidente della Società PENTAX Italia S.r.l. con Unico Socio, con sede legale e amministrativa in Milano, Via Clemente Prudenzi n. 16, cod. fiscale e partita IVA 11159150157, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al n. 11159150157 dal 19/02/1996 R.E.A. n. 1440458 dal 25/03/1994, codice attività 464630, ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente in Milano Via Abetone 10

Offre

Codice	84296	Descrizione	[EC38-i10cF] Video Colonscopio HD+ (i10c Series), Routine, Messa a Fuoco Ravvicinata, Sistema
Quantità offerta pezzi n. 1 Codice CND: Z12020606 N° Repertorio: 1808572			
Codice	90543	Descrizione	[EC38-i20cF] Video Colonscopio HD+ (i20c Series), Routine, Sistema Water Jet, Trattamento
Quantità offerta pezzi n. 1 Codice CND: Z12020606 N° Repertorio: 2378123			
Codice	90180	Descrizione	[EPK-i8020c] INSPIRA Video Processore HD+/4K, i-scan OE (Miglioramento Ottico), Tecnologia LED,
Quantità offerta pezzi n. 1 Codice CND: Z12020406 N° Repertorio: 2343788			

Codice LMD-X3200MD **Descrizione** Monitor Mediale LCD 4K 32"
Quantità offerta pezzi n. 1
Codice VND: Z11900802
N° Repertorio: N.A.

Totale Fornitura: EUR. 85.900,00 (OttantaCinqueMilaNoveCento/ZeroZero) + IVA

I suddetti prezzi sono comprensivi dei costi relativi agli oneri della sicurezza interni all'azienda, (non soggetti a ribasso), che risultano congrui rispetto alle caratteristiche delle forniture in oggetto ed ammontano rispettivamente a: €. 240,520 (Duecentoquaranta/cinquecentoventi)

Si dichiara

Che i prezzi offerti sono comprensivi di tutti gli oneri inerenti la fornitura ed il collaudo, resta a Vs carico la sola IVA di legge (22%)

Condizioni di Fornitura:

Validità offerta: 180gg dalla scadenza di presentazione dell'offerta
Consegna: entro massimo 60 gg dal ricevimento ordine
Collaudo: entro 10 gg dalla consegna
Spese di spedizione: a ns.carico
Porto: Franco Imballo Gratis
Pagamento: 60 gg d.f. Rimessa Diretta (Bonifico)
IVA di legge a Vs. carico: 22%
Garanzia: 24 (ventiquattro) mesi

RingraziandoVi per l'attenzione prestataci, è gradita l'occasione per porgerVi distinti saluti.

Documento firmato digitalmente

PENTAX Italia s.r.l. con Unico Socio
Adriano Tinelli
(Nato a Ponte dell'Olio (PC) il 18/07/1958)
Presidente



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

**FORNITURA DI N. 1 SISTEMA PER VIDEOENDOSCOPIA HD/4K COMPLETO DI ACCESSORI HD PER LE
ESIGENZE DELLA U.O.C. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA. CIG: [B247D10EB9]**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €104.798,00

- è di competenza dell'esercizio 2024 , imputabile al conto economico 1010204010 - Attrezzature sanitarie
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 01/08/2024

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito