



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 985 del 17/09/2024

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI (LOTTE N. 31), DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA ED ALLE UU.OO.SS.DD. MICROBIOLOGIA – GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI – AGGIUDICAZIONE

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 17/09/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI (LOTTI N. 31), DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA ED ALLE UU.OO.SS.DD. MICROBIOLOGIA – GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI – AGGIUDICAZIONE

Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del D.G. n. 478/2023 (agli atti), è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento di durata quinquennale, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), fatta eccezione del Lotto n. 1 da aggiudicarsi ai sensi dell’art 95, comma 4 lett b) del medesimo decreto, della fornitura in noleggio di Sistemi Diagnostici completi da destinare alle UU.OO.CC. Laboratorio Analisi (già Patologia Clinica) e Microbiologia e Virologia (già U.O.S.D. Microbiologia), e alla U.O.S.D. Laboratorio di Genetica (già UOSD Genetica e Biologia Molecolare), tutte afferenti al Dipartimento Servizi Sanitari di quest’AORN;
- in esecuzione del citato atto deliberativo, si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla GUCE, sulla GURI e, per estratto, su quattro quotidiani di cui due a diffusione nazionale e due a diffusione locale, oltreché alla pubblicazione del medesimo bando sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- con detto bando sono stati fissati i termini per la presentazione delle offerte e per l’esperimento, coincidenti rispettivamente con il 14.07.2023 ed il 18.07.2023;
- entro il termine per la pubblicazione telematica dei riscontri ai chiarimenti, gli stessi sono stati pubblicati nella apposita sezione della citata Piattaforma SIAPS;
- entro il suddetto termine di scadenza per la presentazione delle offerte (14.07.2023 – ore 12.00) sono pervenute n. 26 offerte da parte dei seguenti operatori economici LIOFILCHEM S.R.L., CLONIT, ALIFAX S.R.L., CEPHEID, ELITECHGROUP S.P.A, BIOMERIEUX S.P.A, MEDICAL SYSTEMS S.P.A, MEDI DIAGNOSTICI S.R.L., BECKMAN COULTER S.R.L., THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A., FUJIREBIO ITALIA S.R.L., MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE, EFFEGIEMME, EUROIMMUN ITALIA S.R.L., BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A., RELAB S.R.L., QIAGEN S.R.L. QUIDEL ITALY S.R.L., ESTOR S.P.A., ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A., VA.NI.CA, DELCON S.R.L., THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A., ARROW DIAGNOSTICS S.R.L., BIO – RAD LABORATORIES, D.I.D. DIAGNOSTICS INTERNATIONAL DISTRIBUTION, risultando deserto il lotto n.1;
- con verbali nn. 1 del 18.07.2023 (allegato n.1), 2 del 19.07.2023 (allegato n.2), 3 del 25.07.2023 (allegato n.3), 4 del 27.07.2023 (allegato n.4), il Seggio di gara all’uopo

Deliberazione del Direttore Generale

costituito ha proceduto, in seduta pubblica, all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e alla verifica della relativa regolarità, attivando il Soccorso Istruttorio nei confronti delle Ditte ivi elencate, qui riportate e trascritte;

- con verbale n. 5 dell'08.08.2023 (allegato n.5), il predetto Seggio - esaminata la documentazione amministrativa pervenuta dalle Ditte interpellate – ha sciolto la riserva ammettendo le stesse alle successive fasi di gara;
- con verbale n.6 del 13.11.2023 (allegato n.6), la Commissione giudicatrice nominata con Deliberazione del D.G. n. 962 del 19.10.2023 (agli atti) ai sensi dell'art. 77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., regolarmente insediatasi, ha proceduto
 - alla disamina della documentazione di interesse concernente la procedura in questione;
 - allo sblocco delle offerte tecniche presentate dalle Ditte partecipanti;
 - alla verifica della regolare composizione della busta tecnica, decidendo di richiedere alle Ditte ivi elencate, qui riportate e trascritte, chiarimenti in merito alla stessa;
- susseguentemente la medesima Commissione, esaminati i chiarimenti pervenuti, ha proceduto, in seduta riservata, con verbali nn. 7 del 12.12.2023 (allegato n.7), 8 del 09.01.2024 (allegato n.8), 9 del 16.01.2024 (allegato n.9), 10 del 14.03.2024 (allegato n.10), 11 del 19.03.2024 (allegato n.11), 12 del 17.04.2024 (allegato n.12), alla verifica sul possesso dei requisiti minimi previsti dal Capitolato ed all'attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi per ciascuna delle Ditte partecipanti, con le risultanze ivi espresse, qui richiamate e trascritte;
- con verbale n. 13 del 14.05.2024 (allegato n. 13) la Commissione Giudicatrice ha proceduto all'esame delle osservazioni di carattere tecnico presentate dalla Ditta Liofilchem Srl, decidendo – all'unanimità – di confermare il punteggio tecnico attribuito al rif. 5 degli elementi di giudizio “*Sistema MIC in piastra a gradiente continuo: supporto in plastica*” (cfr. verbale n.12 del 17.04.2024);
- con verbale n. 14 del 28.05.2024 (allegato n. 14) la stessa Commissione, nuovamente riunitasi a seguito della richiesta di chiarimenti presentata – relativamente al lotto 17 - dalla Ditta Quidel Italy Srl, ha deciso – all'unanimità – di escludere la Ditta Relab e conseguentemente di “*rivedere l'attribuzione dei punteggi qualità per la Ditta Quidel Italy Srl*” (Cfr. prospetto allegato al medesimo verbale);
- di tutto quanto innanzi è stata data informativa sulla piattaforma SIAPS;
- con apposito avviso, pubblicato in data 26.06.2024 sulla medesima piattaforma, le ditte offerenti sono state invitate a partecipare alla seduta pubblica per l'apertura delle buste economiche, fissata per il 04.07.2024;
- la stessa Commissione, con verbale n. 15 del 04.07.2024 (allegato n.15), ha proceduto al caricamento dei punteggi tecnici su piattaforma SIAPS ed alla successiva apertura e download delle buste telematiche contenenti le offerte economiche presentate dalle Società concorrenti, con visualizzazione delle relative quotazioni economiche e della graduatoria generata automaticamente dal sistema;

DATO ATTO CHE

Deliberazione del Direttore Generale

- per il lotto n. 1 non è pervenuta alcuna offerta e per il lotto n. 21 non è pervenuta alcuna offerta risultata conforme;
- la piattaforma in uso - in sede di gara - ha evidenziato, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs n. 50/2016 e smi, che risultano anormalmente basse le offerte delle Ditte Vanica, Delcon e Medi Diagnostici (lotto n. 16) e delle Ditte Alifax, Clonit e Arrow Diagnostics (lotto n. 20);
- pertanto in data 18.07.2024, tramite la piattaforma SIAPS, si è proceduto a richiedere alle summenzionate Ditte di fornire, entro il 02.08.2024, giustificazioni in merito all'offerta;
- entro detto termine (02.08.2024), le Ditte succitate a tanto hanno provveduto, come emerge dalla consultazione dell'elenco disponibile sulla menzionata piattaforma, fatta eccezione della Ditta Clonit per il lotto n. 20 (II classificata);
- con verbale n. 16 dell'08.08.2024 (allegato n. 16) il Seggio di gara, all'uopo costituito, ha proceduto ad esaminare le giustificazioni ricevute dalle Ditte interpellate, risultate esaustive;
- per le Ditte risultate prime in graduatoria sarà avviato il procedimento di controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art.80 del succitato D.lgs., di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art.83 del medesimo Decreto a mezzo FVOE e saranno altresì avviate le procedure di inserimento informazioni antimafia nella BDNA;

CONSIDERATO CHE

- con deliberazione del D.G. n. 518/2024, attesa la motivazione ivi espressa, qui richiamata e trascritta, è stato disposto il mantenimento dei contratti in essere con le Ditte aggiudicatarie del precedente affidamento sino all'aggiudicazione della gara in corso e, comunque, non oltre il 30/09/2024;
- ai sensi dell'art.32, comma 9, vige il termine dilatorio di 35 giorni dall'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- al fine di salvaguardare i LEA normativamente posti e di evitare interruzioni assistenziali, i rapporti contrattuali in essere cesseranno di produrre effetti all'atto dell'effettiva consegna delle nuove strumentazioni da parte delle Ditte aggiudicatarie della procedura in questione e del relativo collaudo, che si prevede potrà concludersi entro il 30.11.2024;

DATO ALTRESI' ATTO CHE

- nel frattempo con Delibere nn. 939/2024 e 966/2024, qui integralmente trascritte, si è proceduto ad affidare, rispettivamente, alle Ditte DID SpA e Cepheid Srl, aggiudicatarie dei lotti nn. 24 e 14 ex Del. DG n. 185/2019, le forniture del materiale di consumo ad esse correlato;
- pertanto tali forniture non saranno comprese nel citato mantenimento dei contratti in essere;

VISTI gli artt. 31, 35 e 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

RITENUTO pertanto di prendere atto:

- degli esiti della procedura aperta (artt. 58 e 60 del D.Lgs. n.50/2016 e smi) - espletata sulla piattaforma SIAPS (PI056138-23) - per l'affidamento quinquennale (art. 95 comma 2 del Decreto citato) della fornitura in noleggio di Sistemi Diagnostici completi da destinare alle UU.OO.CC. Laboratorio Analisi (già Patologia Clinica) e Microbiologia e Virologia (già U.O.S.D. Microbiologia), e alla U.O.S.D. Laboratorio di Genetica (già UOSD Genetica e Biologia

Deliberazione del Direttore Generale

Molecolare), tutte afferenti al Dipartimento Servizi Sanitari, come di seguito riportato e giusta tabella riepilogativa (allegato n. 17):

- Lotto 2 - Ditta Medical Systems Spa per l'importo complessivo di € 324.861,95, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 3 - Ditta Fujirebio Italia Srl per l'importo complessivo di € 474.130,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 4 - Ditta Bio-Rad Laboratories per l'importo complessivo di € 173.389,50, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 5 - Ditta Bio-Rad Laboratories per l'importo complessivo di € 34.610,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 6 - Ditta Alifax Srl per l'importo complessivo di € 324.500,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 7 - Ditta Alifax Srl per l'importo complessivo di € 342.116,25, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 8 - Ditta Euroimmun Italia Srl per l'importo complessivo di € 399.790,25, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 9 - Ditta Termo Fisher Diagnostics Spa per l'importo complessivo di € 660.143,60, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 10 - Ditta Biomérieux Spa per l'importo complessivo di € 599.408,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 11 - Ditta Termo Fisher Diagnostics Spa per l'importo complessivo di € 199.980,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 12 - Ditta Becton Dickinson Italia Spa per l'importo complessivo di € 547.940,40, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 13 - Ditta Beckman Coulter Srl per l'importo complessivo di € 298.000,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 14 - Ditta Termo Fisher Diagnostics Spa per l'importo complessivo di € 185.085,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 15 - Ditta Biomérieux Spa per l'importo complessivo di € 149.425,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 16 - Ditta VA.NI.CA per l'importo complessivo di € 58.200,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 17 - Ditta Quidel Italy Srl per l'importo complessivo di € 118.150,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 18 - Ditta Meridian Bioscience Europe per l'importo complessivo di € 94.920,00, giusta configurazione descritta in offerta;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

- Lotto 19 - Ditta D.I.D. Diagnostic International Distribution per l'importo complessivo di € 49.450,00, giusta configurazione descritta in offerta;
 - Lotto 20 - Ditta Alifax Srl per l'importo complessivo di € 58.527,50, giusta configurazione descritta in offerta;
 - Lotto 22 - Ditta Estor Spa per l'importo complessivo di € 99.990,00, giusta configurazione descritta in offerta;
 - Lotto 23 - Ditta Becton Dickinson Italia Spa per l'importo complessivo di € 124.800,00, giusta configurazione descritta in offerta;
 - Lotto 24 - Ditta Biomérieux Spa per l'importo complessivo di € 238.000,00, giusta configurazione descritta in offerta;
 - Lotto 25 - Ditta Biomérieux Spa per l'importo complessivo di € 348.750,00, giusta configurazione descritta in offerta;
 - Lotto 26 - Ditta Arrow Diagnostics Srl per l'importo complessivo di € 223.695,00, giusta configurazione descritta in offerta;
 - Lotto 27 - Ditta Cepheid per l'importo complessivo di € 218.719,00, giusta configurazione descritta in offerta;
 - Lotto 28 - Ditta Relab Srl per l'importo complessivo di € 194.150,00, giusta configurazione descritta in offerta;
 - Lotto 29 - Ditta Roche Diagnostics Spa per l'importo complessivo di € 447.685,00, giusta configurazione descritta in offerta;
 - Lotto 30 - Ditta Elitechgroup Spa per l'importo complessivo di € 537.848,50, giusta configurazione descritta in offerta;
 - Lotto 31 - Ditta Arrow Diagnostics Srl per l'importo complessivo di € 545.354,05, giusta configurazione descritta in offerta;
- che per il lotto n. 1 non è pervenuta alcuna offerta e per il lotto n. 21 non è pervenuta alcuna offerta conforme;
- che pertanto verrà intrapresa una nuova iniziativa di acquisto per l'approvvigionamento dei prodotti di che trattasi, ove ne persista la attuale necessità;

ATTESTATO che la presente proposta di deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conforme alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;

PROPONE

I – DI PRENDERE ATTO degli esiti della procedura aperta (artt. 58 e 60 del D.Lgs. n.50/2016 e smi) - espletata sulla piattaforma SIAPS (PI056138-23) - per l'affidamento quinquennale (art. 95 comma 2 del Decreto citato) della fornitura in noleggio di Sistemi Diagnostici completi da destinare alle UU.OO.CC. Laboratorio Analisi (già Patologia Clinica) e Microbiologia e Virologia (già U.O.S.D. Microbiologia), e alla U.O.S.D. Laboratorio di Genetica (già UOSD Genetica e Biologia

Deliberazione del Direttore Generale

Molecolare), tutte afferenti al Dipartimento Servizi Sanitari, come di seguito riportato e giusta tabella riepilogativa (allegato n. 17):

- Lotto 2 - Ditta Medical Systems Spa per l'importo complessivo di € 324.861,95, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 3 - Ditta Fujirebio Italia Srl per l'importo complessivo di € 474.130,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 4 - Ditta Bio-Rad Laboratories per l'importo complessivo di € 173.389,50, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 5 - Ditta Bio-Rad Laboratories per l'importo complessivo di € 34.610,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 6 - Ditta Alifax Srl per l'importo complessivo di € 324.500,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 7 - Ditta Alifax Srl per l'importo complessivo di € 342.116,25, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 8 - Ditta Euroimmun Italia Srl per l'importo complessivo di € 399.790,25, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 9 - Ditta Termo Fisher Diagnostics Spa per l'importo complessivo di € 660.143,60, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 10 - Ditta Biomérieux Spa per l'importo complessivo di € 599.408,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 11 - Ditta Termo Fisher Diagnostics Spa per l'importo complessivo di € 199.980,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 12 - Ditta Becton Dickinson Italia Spa per l'importo complessivo di € 547.940,40, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 13 - Ditta Beckman Coulter Srl per l'importo complessivo di € 298.000,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 14 - Ditta Termo Fisher Diagnostics Spa per l'importo complessivo di € 185.085,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 15 - Ditta Biomérieux Spa per l'importo complessivo di € 149.425,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 16 - Ditta VA.NI.CA per l'importo complessivo di € 58.200,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 17 - Ditta Quidel Italy Srl per l'importo complessivo di € 118.150,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 18 - Ditta Meridian Bioscience Europe per l'importo complessivo di € 94.920,00, giusta configurazione descritta in offerta;

Deliberazione del Direttore Generale

- Lotto 19 - Ditta D.I.D. Diagnostic International Distribution per l'importo complessivo di € 49.450,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 20 - Ditta Alifax Srl per l'importo complessivo di € 58.527,50, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 22 - Ditta Estor Spa per l'importo complessivo di € 99.990,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 23 - Ditta Becton Dickinson Italia Spa per l'importo complessivo di € 124.800,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 24 - Ditta Biomérieux Spa per l'importo complessivo di € 238.000,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 25 - Ditta Biomérieux Spa per l'importo complessivo di € 348.750,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 26 - Ditta Arrow Diagnostics Srl per l'importo complessivo di € 223.695,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 27 - Ditta Cepheid per l'importo complessivo di € 218.719,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 28 - Ditta Relab Srl per l'importo complessivo di € 194.150,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 29 - Ditta Roche Diagnostics Spa per l'importo complessivo di € 447.685,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 30 - Ditta Elitechgroup Spa per l'importo complessivo di € 537.848,50, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 31 - Ditta Arrow Diagnostics Srl per l'importo complessivo di € 545.354,05, giusta configurazione descritta in offerta;

II – DI PRENDERE ALTRESI' ATTO CHE

- per il lotto n. 1 non è pervenuta alcuna offerta e per il lotto n. 21 non è pervenuta alcuna offerta conforme;

- pertanto verrà intrapresa una nuova iniziativa di acquisto per l'approvvigionamento dei prodotti di che trattasi, ove ne persista la attuale necessità;

III - DI IMPUTARE la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 9.847.375,18 IVA inclusa al 22 %, come di seguito riportato:

a) € 7.834.356,88 Iva inclusa al 22% sul conto economico n. 5010105010 "Dispositivi medico – diagnostici in vitro" – come di seguito suddiviso:

- € 130.572,61 pari a 1/60 della fornitura al bilancio 2024;
- € 1.566.871,38 pari a 12/60 della fornitura al bilancio 2025;
- € 1.566.871,38 pari a 12/60 della fornitura al bilancio 2026;
- € 1.566.871,38 pari a 12/60 della fornitura al bilancio 2027;
- € 1.566.871,38 pari a 12/60 della fornitura al bilancio 2028;
- € 1.436,298,76 pari a 11/60 della fornitura al bilancio 2029;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

b) € 2.013.018,30 Iva inclusa al 22% sul conto economico n. 5040201010 "Canoni di noleggio area sanitaria" - come di seguito suddiviso:

- € 33.550,30 pari a 1/60 della fornitura al bilancio 2024;
- € 402.603,66 pari a 12/60 della fornitura al bilancio 2025;
- € 402.603,66 pari a 12/60 della fornitura al bilancio 2026;
- € 402.603,66 pari a 12/60 della fornitura al bilancio 2027;
- € 402.603,66 pari a 12/60 della fornitura al bilancio 2028;
- € 369.053,36 pari a 11/60 della fornitura al bilancio 2029;

IV - DI PROCEDERE al mantenimento, attese le motivazioni innanzi esplicitate, qui richiamate e trascritte, dei rapporti contrattuali (*recte*: contratti informatici – *Cfr.* elenco riepilogativo, allegato n. 18) in essere con le Ditte aggiudicatrici delle forniture in corso sino al 30/11/2024;

V - DI IMPUTARE la spesa da essa derivante, pari ad € 235.417,58 Iva inclusa al 22% sul bilancio 2024 come di seguito riportato:

- a) € 49.702,30 Iva compresa sul conto economico 5040201010 – canoni noleggio area sanitaria;
- b) € 185.715,28 Iva compresa sul conto economico 5010105010 – dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD);

VI - DI DARE ATTO CHE il RUP è la Dott.ssa Teresa Capobianco, Direttore UOC Provveditorato – Economato ed i DEC il Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera o suo delegato per la parte riferita alla fornitura del materiale di consumo ed il Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA per la parte riferita al noleggio delle apparecchiature;

VII – DI PREVEDERE nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

VIII – DI PREVEDERE, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato la fornitura in parola;

IX – DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento alle Ditte partecipanti;

X – DI TRASMETTERE copia dello stesso al Collegio Sindacale, come per legge, ed alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Laboratorio Analisi, Farmacia Ospedaliera, Microbiologia e Virologia, Tecnologia Ospedaliera e HTA, alla U.O.S.D. Laboratorio di Genetica, nonché al Dipartimento dei Servizi Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

XI – DI RENDERE il medesimo provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'esigenza di salvaguardare la continuità assistenziale.

L'Estensore

Dott.ssa Maria Fatima Corvino

IL DIRETTORE

U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Dott.ssa Teresa Capobianco

Deliberazione del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Provveditorato ed Economato

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario	Dr.ssa Angela Anneschiarico	Favorevole
Il Direttore Amministrativo	Avv. Amalia Carrara	Favorevole

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

I – PRENDERE ATTO degli esiti della procedura aperta (artt. 58 e 60 del D.Lgs. n.50/2016 e smi) - espletata sulla piattaforma SIAPS (PI056138-23) - per l'affidamento quinquennale (art. 95 comma 2 del Decreto citato) della fornitura in noleggio di Sistemi Diagnostici completi da destinare alle UU.OO.CC. Laboratorio Analisi (già Patologia Clinica) e Microbiologia e Virologia (già U.O.S.D. Microbiologia), e alla U.O.S.D. Laboratorio di Genetica (già UOSD Genetica e Biologia Molecolare), tutte afferenti al Dipartimento Servizi Sanitari, come di seguito riportato e giusta tabella riepilogativa (allegato n. 17):

- Lotto 2 - Ditta Medical Systems Spa per l'importo complessivo di € 324.861,95, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 3 - Ditta Fujirebio Italia Srl per l'importo complessivo di € 474.130,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 4 - Ditta Bio-Rad Laboratories per l'importo complessivo di € 173.389,50, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 5 - Ditta Bio-Rad Laboratories per l'importo complessivo di € 34.610,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 6 - Ditta Alifax Srl per l'importo complessivo di € 324.500,00, giusta configurazione descritta in offerta;

Deliberazione del Direttore Generale

- Lotto 7 - Ditta Alifax Srl per l'importo complessivo di € 342.116,25, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 8 - Ditta Euroimmun Italia Srl per l'importo complessivo di € 399.790,25, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 9 - Ditta Termo Fisher Diagnostics Spa per l'importo complessivo di € 660.143,60, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 10 - Ditta Biomérieux Spa per l'importo complessivo di € 599.408,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 11 - Ditta Termo Fisher Diagnostics Spa per l'importo complessivo di € 199.980,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 12 - Ditta Becton Dickinson Italia Spa per l'importo complessivo di € 547.940,40, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 13 - Ditta Beckman Coulter Srl per l'importo complessivo di € 298.000,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 14 - Ditta Termo Fisher Diagnostics Spa per l'importo complessivo di € 185.085,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 15 - Ditta Biomérieux Spa per l'importo complessivo di € 149.425,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 16 - Ditta VA.NI.CA per l'importo complessivo di € 58.200,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 17 - Ditta Quidel Italy Srl per l'importo complessivo di € 118.150,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 18 - Ditta Meridian Bioscience Europe per l'importo complessivo di € 94.920,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 19 - Ditta D.I.D. Diagnostic International Distribution per l'importo complessivo di € 49.450,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 20 - Ditta Alifax Srl per l'importo complessivo di € 58.527,50, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 22 - Ditta Estor Spa per l'importo complessivo di € 99.990,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 23 - Ditta Becton Dickinson Italia Spa per l'importo complessivo di € 124.800,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 24 - Ditta Biomérieux Spa per l'importo complessivo di € 238.000,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 25 - Ditta Biomérieux Spa per l'importo complessivo di € 348.750,00, giusta configurazione descritta in offerta;

Deliberazione del Direttore Generale

- Lotto 26 - Ditta Arrow Diagnostics Srl per l'importo complessivo di € 223.695,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 27 - Ditta Cepheid per l'importo complessivo di € 218.719,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 28 - Ditta Relab Srl per l'importo complessivo di € 194.150,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 29 - Ditta Roche Diagnostics Spa per l'importo complessivo di € 447.685,00, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 30 - Ditta Elitechgroup Spa per l'importo complessivo di € 537.848,50, giusta configurazione descritta in offerta;
- Lotto 31 - Ditta Arrow Diagnostics Srl per l'importo complessivo di € 545.354,05, giusta configurazione descritta in offerta;

II – PRENDERE ALTRESÌ ATTO CHE

- per il lotto n. 1 non è pervenuta alcuna offerta e per il lotto n. 21 non è pervenuta alcuna offerta conforme;

- pertanto verrà intrapresa una nuova iniziativa di acquisto per l'approvvigionamento dei prodotti di che trattasi, ove ne persista la attuale necessità;

III – IMPUTARE la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 9.847.375,18 IVA inclusa al 22 %, come di seguito riportato:

a) € 7.834.356,88 Iva inclusa al 22% sul conto economico n. 5010105010 "Dispositivi medico – diagnostici in vitro" – come di seguito suddiviso:

- € 130.572,61 pari a 1/60 della fornitura al bilancio 2024;
- € 1.566.871,38 pari a 12/60 della fornitura al bilancio 2025;
- € 1.566.871,38 pari a 12/60 della fornitura al bilancio 2026;
- € 1.566.871,38 pari a 12/60 della fornitura al bilancio 2027;
- € 1.566.871,38 pari a 12/60 della fornitura al bilancio 2028;
- € 1.436.298,76 pari a 11/60 della fornitura al bilancio 2029;

b) € 2.013.018,30 Iva inclusa al 22% sul conto economico n. 5040201010 "Canoni di noleggio area sanitaria" - come di seguito suddiviso:

- € 33.550,30 pari a 1/60 della fornitura al bilancio 2024;
- € 402.603,66 pari a 12/60 della fornitura al bilancio 2025;
- € 402.603,66 pari a 12/60 della fornitura al bilancio 2026;
- € 402.603,66 pari a 12/60 della fornitura al bilancio 2027;
- € 402.603,66 pari a 12/60 della fornitura al bilancio 2028;
- € 369.053,36 pari a 11/60 della fornitura al bilancio 2029;

IV- PROCEDERE al mantenimento, attese le motivazioni innanzi esplicitate, qui richiamate e trascritte, dei rapporti contrattuali (*recte*: contratti informatici – *Cfr.* elenco riepilogativo, allegato n. 18) in essere con le Ditte aggiudicatrici delle forniture in corso sino al 30/11/2024;

V - IMPUTARE la spesa da essa derivante, pari ad € 235.417,58 Iva inclusa al 22% sul bilancio 2024 come di seguito riportato:

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

- c) € 49.702,30 Iva compresa sul conto economico 5040201010 – canoni noleggio area sanitaria;
- d) € 185.715,28 Iva compresa sul conto economico 5010105010 – dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD);

VI – PREVEDERE nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

VII – PREVEDERE, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato la fornitura in parola;

VII – NOTIFICARE copia del presente provvedimento alle Ditte partecipanti;

- **XI – TRASMETTERE** copia dello stesso al Collegio Sindacale, come per legge, ed alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Laboratorio Analisi, Farmacia Ospedaliera, Microbiologia e Virologia, Tecnologia Ospedaliera e HTA, alla U.O.S.D. Laboratorio di Genetica, nonché al Dipartimento dei Servizi Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

X - RENDERE il medesimo provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'esigenza di salvaguardare la continuità assistenziale.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

All 1



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI (LOTTI N. 31), DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA ED ALLE UU.OO.SS.DD. MICROBIOLOGIA – GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI DELL’AORN “S.ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA. N. GARA 9108112

**VERBALE N. 1 del 18.07.2023
Apertura busta amministrativa
I Seduta pubblica**

In data 18.07.2023 alle ore 11:00 presso gli uffici della U.O.C. Provveditorato ed Economato, ubicati al I piano della Palazzina “A”, sita in Caserta, alla via Palasciano, si costituisce - in seduta pubblica - il Seggio di gara, così composto:

- Dott.ssa Teresa Capobianco - Direttore UOC Provveditorato ed Economato, R.U.P - Presidente;
- Sig.ra Anna Bovenzi - Assistente Amministrativo - UOC Provveditorato ed Economato – teste;
- Dott.ssa Rosa Improda - Collaboratore Amministrativo - UOC Provveditorato ed Economato – teste oltreché segretario verbalizzante.

E’ presente per la Ditta ALIFAX S.r.l. la Sig.ra Concetta Cannavale (giusta delega agli atti).

PREMESSO CHE

- con deliberazione del D.G. n. 478 del 18.05.2023, è stata disposta l’indizione della procedura aperta per l’affidamento di durata quinquennale, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), fatta eccezione del Lotto n. 1 da aggiudicarsi ai sensi dell’art 95, comma 4 lett b) del medesimo decreto, della fornitura in noleggio di Sistemi Diagnostici completi da destinare alla UOC Patologia Clinica ed alle UU.OO.Ss.DD. Microbiologia, Genetica e Biologia Molecolare, tutte afferenti al Dipartimento Servizi Sanitari di questa AORN.
- in data 26.05.2023, si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla GUCE, in data 24.05.2023 sulla GURI e, per estratto, su 4 quotidiani di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale.
- in data 26.05.2023, si è poi proceduto alla pubblicazione del medesimo bando sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- con detto bando sono stati fissati i termini per la presentazione delle offerte e per l’esperimento coincidenti rispettivamente con il 14.07.2023 ed il 27/06/2023, oltreché per la richiesta di chiarimenti


(Handwritten initials and signature)


(03/07/2023);

- entro il termine per la pubblicazione telematica dei riscontri ai chiarimenti, gli stessi sono stati pubblicati nella apposita sezione della citata Piattaforma SIAPS;
- entro il suddetto termine (14/07/2023 – ore 12.00) risultano pervenute **n. 26 offerte**, inviate dalle Ditte elencate nella tabella riepilogativa, in ordine cronologico di arrivo, disponibile sulla piattaforma SIAPS, di seguito esposta:

Ditta	Registro di sistema	Data invio
LIOFILCHEM S.R.L.	PI071009 - 23	10/07/2023
CLONIT	PI071178 - 23	11/07/2023
ALIFAX S.R.L.	PI071796 - 23	12/07/2023
CEPHEID	PI071804 - 23	12/07/2023
ELITECHGROUP S.P.A.	PI071842 - 23	12/07/2023
BIOMERIEUX S.P.A.	PI071883 - 23	12/07/2023
MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	PI071888 - 23	12/07/2023
MEDI DIAGNOSTICI S.R.L.	PI072058 - 23	12/07/2023
BECKMAN COULTER S.R.L.	PI072063 - 23	12/07/2023
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	PI072151 - 23	12/07/2023
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	PI072212 - 23	13/07/2023
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE	PI072308 - 23	13/07/2023
EFFEGIEMME	PI072367 - 23	13/07/2023
EUROIMMUN ITALIA S.R.L.	PI072403 - 23	13/07/2023
BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	PI072639 - 23	13/07/2023
RELAB S.R.L.	PI072658 - 23	13/07/2023
QIAGEN S.R.L.	PI072662 - 23	13/07/2023
QUIDEL ITALY S.R.L.	PI072666 - 23	13/07/2023
ESTOR S.P.A.	PI072676 - 23	13/07/2023
ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	PI072684 - 23	13/07/2023
V.A.NI.CA	PI072688 - 23	13/07/2023
DELCON S.R.L.	PI072701 - 23	13/07/2023
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	PI072707 - 23	14/07/2023
ARROW DIAGNOSTICS S.R.L.	PI072710 - 23	14/07/2023
BIO – RAD LABORATORIES	PI072769 - 23	14/07/2023
D.I.D. DIAGNOSTICS INTERNATIONAL DISTRIBUTION	PI072784 - 23	14/07/2023

- terminate dette operazioni, il Presidente, sentiti i testi, stante l'elevato numero di lotti e di offerte pervenute, ha deciso di stilare un calendario delle date in cui si procederà al prosieguo dei lavori di ammissione alla presente gara;
- tale calendarizzazione è stata comunicata agli Operatori Economici partecipanti alla procedura "de qua", mediante avviso – nella relativa sezione – sulla Piattaforma SIAPS;





TANTO PREMesso

In data odierna – in esecuzione della calendarizzazione pubblicata sulla Piattaforma SIAPS in data 17.07.2023 – si riunisce il Seggio di gara per il prosieguo dei lavori.

Preliminarmente i componenti di detto organismo ed il segretario dichiarano che rispetto ad essi non ricorrono le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 e smi. e dall'art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile. Susseguentemente il Presidente, riscontrata la regolare costituzione del Seggio, dispone che si dia inizio ai lavori.

Si dà atto che, nel corso della seduta odierna, si procederà al download e all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa delle sotto indicate Ditte, secondo l'ordine di arrivo su Piattaforma SIAPS:

- n.1 – **Ditta LIOFILCHEM S.R.L.** – Lotto n. 15 - Documentazione regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara.**
- n. 2 – **Ditta CLONIT** – Lotto n. 20 – Nel corso della disamina della documentazione amministrativa emerge che la Ditta non ha presentato l'Allegato A/11, avendo comunque accettato tutte le clausole contenute nel protocollo di legalità approvato dalla Stazione Appaltante con Delibera n. 102 del 05.03.2023, di cui all'Allegato A/2, lett i) – Documentazione regolare. **Ammessa alle successive fasi di gara.**
- n. 3 – **Ditta ALIFAX S.R.L.** – Lotto n. 6,7,20 – Nel corso della disamina della documentazione amministrativa emerge che la Ditta non ha presentato gli allegati A/3 e A/5 e, contestualmente, verrà attivato il Soccorso Istruttorio per la regolarizzazione di detti documenti. Inoltre, la Ditta non ha presentato l'Allegato A/11 avendo altresì, accettato tutte le clausole contenute nel protocollo di legalità approvato dalla Stazione appaltante con Delibera n. 102 del 05.03.2023, di cui all'Allegato A/2 lett i) – **Ammessa con riserva.**
- n. 4 – **Ditta CEPHEID** – Lotto n. 27 - Nel corso della disamina della documentazione amministrativa emerge che la Ditta non ha presentato l'Allegato A/11, avendo comunque accettato tutte le clausole contenute nel protocollo di legalità approvato dalla Stazione Appaltante con Delibera n. 102 del 05.03.2023, di cui all'Allegato A/2, lett i) – Documentazione regolare. **Ammessa alle successive fasi di gara.**
- n. 5 – **Ditta ELITECHGROUP S.P.A.** – Lotto n. 30 – Nel corso della disamina della documentazione amministrativa emerge che la Ditta precisamente, nell'allegata dichiarazione al DGUE non ha indicato l'oggetto delle principali forniture realizzate negli ultimi tre anni di esercizi, evincendosi soltanto l'anno di riferimento, l'importo e il destinatario. Pertanto, verrà attivato il Soccorso Istruttorio per la regolarizzazione di detto documento. **Ammessa con riserva.**

Alle ore 12:55 la Sig.ra Concetta Cannavale (Ditta ALIFAX S.r.l.) ha abbandonato la seduta di gara. Il Seggio di gara alle ore 13:00 ha sospeso la seduta di gara.

Susseguentemente, il Seggio di gara alle ore 14:55 ha ripreso i lavori e ha provveduto, alla verifica della documentazione amministrativa degli Operatori economici, secondo l'ordine cronologico di arrivo,

disponibile sulla piattaforma SIAPS, delle Ditte **BIOMERIEUX S.P.A.**, **MEDICAL SYSTEMS S.P.A.**,
come di seguito:

- n. 6 – **Ditta BIOMERIEUX S.P.A.** – Lotto n. 10,15,24,25 - Documentazione regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara.**
- n. 7 – **Ditta MEDICAL SYSTEMS S.P.A.** – Lotto n. 2 - Nel corso della disamina della documentazione amministrativa emerge che la Ditta non ha presentato l'allegato A/4 bis e, contestualmente, verrà attivato il Soccorso Istruttorio per la regolarizzazione di detto documento. **Ammessa con riserva.**


Il Presidente, sentiti i testi, stante l'elevato numero di lotti e di offerte pervenute, stabilisce che si procederà al prosieguo dei lavori di ammissione alla presente gara, secondo il calendario delle date pubblicato mediante apposito avviso su Piattaforma di pertinenza in data 17.07.2023.

Alle ore 16:00, il Seggio - all'unanimità - dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.


TESTE

Sig.ra Anna Bovenzi




IL PRESIDENTE

Dott.ssa Teresa Capobianco



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Rosa Improda



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI (LOTTI N. 31), DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA ED ALLE UU.OO.SS.DD. MICROBIOLOGIA – GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI DELL'AORN "S.ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA. N. GARA 9108112

VERBALE N. 2 del 19.07.2023

Apertura busta amministrativa

II Seduta pubblica

In data 19.07.2023 alle ore 10:45 presso gli uffici della U.O.C. Provveditorato ed Economato, ubicati al I piano della Palazzina "A", sita in Caserta, alla via Palasciano, si costituisce - in seduta pubblica - il Seggio di gara, così composto:

Dott.ssa Teresa Capobianco - Direttore UOC Provveditorato ed Economato, R.U.P - Presidente;
Sig.ra Anna Bovenzi - Assistente Amministrativo - UOC Provveditorato ed Economato – teste;
Dott.ssa Rosa Improda - Collaboratore Amministrativo - UOC Provveditorato ed Economato – teste oltreché segretario verbalizzante.

Nessun delegato delle ditte partecipanti alla gara risulta presente alla seduta odierna.

PREMESSO CHE

- con deliberazione del D.G. n. 478 del 18.05.2023, è stata disposta l'indizione della procedura aperta per l'affidamento di durata quinquennale, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), fatta eccezione del Lotto n. 1 da aggiudicarsi ai sensi dell'art 95, comma 4 lett b) del medesimo decreto, della fornitura in noleggio di Sistemi Diagnostici completi da destinare alla UOC Patologia Clinica ed alle UU.OO.Ss.DD. Microbiologia, Genetica e Biologia Molecolare, tutte afferenti al Dipartimento Servizi Sanitari di questa AORN.
- con Verbale n. 1 del 18.07.2023 (agli atti), si è riunito il Seggio di gara ed ha provveduto a download e all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa delle offerte dalla n. 1 alla n. 7, secondo l'ordine di arrivo delle medesime risultante dai numeri del registro di sistema;

TANTO PREMESSO

In data odierna – in esecuzione della calendarizzazione pubblicata sulla Piattaforma di pertinenza in data 17.07.2023 – si riunisce il Seggio di gara per il prosieguo dei lavori.

Preliminarmente i componenti di detto organismo ed il segretario dichiarano che rispetto ad essi non ricorrono le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 e smi. e dall'art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile. Susseguentemente il Presidente, riscontrata la regolare costituzione del Seggio, dispone che si dia inizio ai lavori.

Si dà atto che, nel corso della seduta odierna, si procederà al download e all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa delle sotto indicate Ditte, secondo l'ordine di arrivo su Piattaforma SIAPS:

- n 8 **Ditta MEDI DIAGNOSTICI S.R.L.** – Lotto 16 – Nel corso della disamina della documentazione amministrativa emerge che la Ditta non ha presentato l'Allegato A/3, A/5 e, contestualmente, verrà attivato il Soccorso Istruttorio per la regolarizzazione di detti documenti. **Ammessa con riserva.**
- n. 9 **Ditta BECKMAN COULTER S.R.L.** – Lotto 13 – Nel corso della disamina della documentazione amministrativa emerge che la Ditta nel testo del DGUE e nella specie, nella Parte III "Motivi di esclusione" Sezione B "Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali" la Ditta dichiara che *"ha in corso contenziosi con l'Agenzia delle Entrate di Milano per violazioni non definitivamente accertate di obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, rientranti nella previsione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 28.09.2022, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 239 del 12.10.2022"*. Pertanto, verranno richieste precisazioni in merito alla succitata dichiarazione. **Ammessa con riserva.**
- n. 10 **Ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A - IMMUNODIAGNOSTICS DIVISION.** – Lotto 9 - Nel corso della disamina della documentazione amministrativa emerge che la Ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A nell'Allegato A/2 ha dichiarato di trovarsi in una situazione di controllo con la Ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A – Microbiology Division, specificando che trattasi di divisioni *"appartenenti entrambe alla stessa società"* ma partecipanti a Lotti diversi (IMMUNODIAGNOSTICS DIVISION Lotto n. 9 e Microbiology Division lotti n.n. 11 e 14). La stessa ditta specifica che *"le due divisioni.... continuano ad avere una propria autonomia e gestionale e decisionale"*. Si dà atto che non viene prodotta documentazione comprovante la suindicata circostanza, pertanto verrà attivato il Soccorso Istruttorio per la regolarizzazione di detta documentazione. **Ammessa con riserva.**

Il Seggio di gara alle ore 12:00 sospende la seduta di gara.

Sussequentemente il Seggio di gara alle ore 12:40 ha ripreso i lavori e ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa degli Operatori Economici, secondo l'ordine cronologico di arrivo, disponibile su Piattaforma SIAPS, della Ditta **FUJIREBIO ITALIA S.R.L**, **MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE**, **EFFEGIEMME**, come di seguito:

- n. 11 **Ditta FUJIREBIO ITALIA S.R.L.** – Lotto 3 – Nel corso della disamina della documentazione amministrativa emerge che la Ditta non ha presentato l'Allegato A/2. Pertanto, verrà attivato il Soccorso Istruttorio per la regolarizzazione di detti documenti. **Ammessa con riserva.**
- n. 12 **Ditta MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE** – Lotto 18 – Nel corso della disamina della documentazione amministrativa emerge che la Ditta non ha presentato l'Allegato A/11 avendo comunque accettato le clausole contenute nel protocollo di legalità approvato dalla Stazione Appaltante con Delibera n. 102 del 05.03.2023, di cui all'Allegato A/2, lett i) – Documentazione regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara.**
- n. 13 **Ditta EFFEGIEMME** – Lotto 21 – Nel corso della disamina della documentazione amministrativa emerge che la Ditta precisamente, nel DGUE Parte II / Sezione A "Lotti" ha indicato il Lotto n.1, mentre nella documentazione a supporto, ha indicato come lotto di partecipazione il numero 21. Inoltre, la Ditta non ha presentato l'Allegato A/11 avendo altresì, accettato tutte le clausole contenute nel protocollo di legalità approvato dalla Stazione appaltante con Delibera n. 102 del 05.03.2023, di cui all'Allegato A/2 lett i). Pertanto, verrà attivato il Soccorso Istruttorio per la regolarizzazione di detti documenti (ad esclusione dell'allegato A/11). **Ammessa con riserva.**
- n. 14 **EUROIMMUN ITALIA S.R.L.** – Lotto 8 – Documentazione regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara.**


Il Presidente, stabilisce che si procederà al prosieguo dei lavori di ammissione alla presente gara in data 25/07/2023, secondo il calendario pubblicato su Piattaforma SIAPS.

Alle ore 14:00 il Seggio - all'unanimità - dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

TESTE

Sig.ra Anna Bovenzi





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Teresa Capobianco

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Rosa Improda

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI (LOTTI N. 31), DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA ED ALLE UU.OO.SS.DD. MICROBIOLOGIA – GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI DELL’AORN “S.ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA. N. GARA 9108112

VERBALE N. 3 del 25.07.2023
Apertura busta amministrativa
III Seduta pubblica

In data 25.07.2023 alle ore 11:25 presso gli uffici della U.O.C. Provveditorato ed Economato, ubicati al I piano della Palazzina “A”, sita in Caserta, alla via Palasciano, si costituisce - in seduta pubblica - il Seggio di gara, così composto:

Dott.ssa Teresa Capobianco - Direttore UOC Provveditorato ed Economato, R.U.P - Presidente;
Sig.ra Anna Bovenzi - Assistente Amministrativo - UOC Provveditorato ed Economato – teste;
Dott.ssa Rosa Improda - Collaboratore Amministrativo - UOC Provveditorato ed Economato – teste oltreché segretario verbalizzante.

E’ presente tramite collegamento da remoto (Piattaforma Zoom) il Sig. Giuseppe Trupia per la Ditta Quidel Italy S.r.l.

PREMESSO CHE

- con deliberazione del D.G. n. 478 del 18.05.2023, è stata disposta l’indizione della procedura aperta per l’affidamento di durata quinquennale, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), fatta eccezione del Lotto n. 1 da aggiudicarsi ai sensi dell’art 95, comma 4 lett b) del medesimo decreto, della fornitura in noleggio di Sistemi Diagnostici completi da destinare alla UOC Patologia Clinica ed alle UU.OO.Ss.DD. Microbiologia, Genetica e Biologia Molecolare, tutte afferenti al Dipartimento Servizi Sanitari di questa AORN.
- con Verbale n. 1 del 18.07.2023 (agli atti), si è riunito il Seggio di gara ed ha provveduto al download e all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa delle offerte dalla n. 1 alla n. 7, secondo l’ordine di arrivo delle medesime risultante dai numeri del registro di sistema;

- Con Verbale n. 2 del 19.07.2023 (agli atti), si è riunito il Seggio di gara ed ha provveduto al download e all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa delle offerte dalla n. 8 alla n. 14, secondo l'ordine di arrivo delle medesime risultante dai numeri del registro di sistema;

TANTO PREMESSO

In data odierna – in esecuzione della calendarizzazione pubblicata sulla Piattaforma di pertinenza in data 17.07.2023 – si riunisce il Seggio di gara per il prosieguo dei lavori.

Sussequentemente il Presidente, riscontrata la regolare costituzione del Sèggio, dispone che si dia inizio ai lavori.

Si dà atto che, nel corso della seduta odierna, si procederà al download e all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa delle sotto indicate Ditte, secondo l'ordine di arrivo su Piattaforma SIAPS:

- n 15 **Ditta BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.** – Lotti 12, 23 – Documentazione amministrativa regolare. **Ammessa alle successive fasi di gara.**
- n. 16 **Ditta RELAB S.R.L.** – Lotti 17, 28 – Nel corso della disamina della documentazione amministrativa emerge che la Ditta non ha presentato l'allegato A/3 e A/5. Inoltre, la Ditta non ha presentato l'Allegato A/11 avendo altresì, accettato tutte le clausole contenute nel protocollo di legalità approvato dalla Stazione appaltante con Delibera n. 102 del 05.03.2023, di cui all'Allegato A/2 lett i). Pertanto, verrà attivato il Soccorso Istruttorio per la regolarizzazione di detti documenti (ad esclusione dell'allegato A/11). **Ammessa con riserva.**

Alle ore 12:08 il Sig. Giuseppe Trupia, referente della Ditta Quidel Italy S.r.l., abbandona la seduta di gara in modalità virtuale per problemi di collegamento da remoto.

Il Seggio di gara alle ore 12:10 per problemi di malfunzionamento della Piattaforma Siaps, sospende i lavori in modalità virtuale.

Sussequentemente il Seggio di gara alle ore 12:30 ha ripreso i lavori e ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa degli Operatori Economici, secondo l'ordine cronologico di arrivo, disponibile su Piattaforma SIAPS, della Ditte **QIAGEN S.R.L., QUIDEL ITALY S.R.L., ESTOR S.P.A., ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.**, come di seguito:

- n. 17 **Ditta QIAGEN S.R.L.** – Lotto 24 – Nel corso della disamina della documentazione amministrativa emerge che la Ditta ha presentato dichiarazione nella quale ha riportato una tabella riepilogativa con l'indicazione degli importi e della relativa incidenza delle voci di costo che hanno concorso alla determinazione del prezzo complessivo offerto, rendendo nota nella documentazione amministrativa, ove non richiesta e non consentita, la quotazione proposta. **Esclusa dalle successive fasi di gara.**



- n. 18 **Ditta QUIDEL ITALY S.R.L.** – Lotto 17 – Nel corso della disamina della documentazione amministrativa emerge che la Ditta non ha presentato l'Allegato A/3 e l'Allegato A/11 avendo altresì accettato le clausole contenute nel protocollo di legalità approvato dalla Stazione Appaltante con Delibera n. 102 del 05.03.2023, di cui all'Allegato A/2, lett i). Pertanto, verrà attivato il Soccorso Istruttorio per la regolarizzazione di detti documenti (ad esclusione dell'allegato A/11). **Ammissa con riserva.**
- n 19 **Ditta ESTOR** – Lotto 22 – Documentazione amministrativa regolare – **Ammissa alle successive fasi di gara.**
- n 20 **Ditta ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.** – Lotto 29 – Documentazione amministrativa regolare – **Ammissa alle successive fasi di gara.**


Il Presidente, stabilisce che si procederà al prosieguo dei lavori di ammissione alla presente gara in data 27/07/2023, secondo il calendario pubblicato su Piattaforma SIAPS.

Alle ore 13:55 il Seggio di gara dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.


TESTE

Sig.ra Anna Bovenzi




IL PRESIDENTE

Dott.ssa Teresa Capobianco



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Rosa Improda



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI (LOTTI N. 31), DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA ED ALLE UU.OO.SS.DD. MICROBIOLOGIA – GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI DELL'AORN "S.ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA. N. GARA 9108112

VERBALE N. 4 del 27.07.2023
Apertura busta amministrativa
IV Seduta pubblica

In data 27.07.2023 alle ore 11:07 presso gli uffici della U.O.C. Provveditorato ed Economato, ubicati al I piano della Palazzina "A", sita in Caserta, alla via Palasciano, si costituisce - in seduta pubblica - il Seggio di gara, così composto:

Dott.ssa Teresa Capobianco - Direttore UOC Provveditorato ed Economato, R.U.P - Presidente;
Sig.ra Anna Bovenzi - Assistente Amministrativo - UOC Provveditorato ed Economato – teste;
Dott.ssa Rosa Improda - Collaboratore Amministrativo - UOC Provveditorato ed Economato – teste oltreché segretario verbalizzante.

Nessun delegato delle ditte partecipanti alla gara risulta presente alla seduta odierna.

PREMESSO CHE

- con deliberazione del D.G. n. 478 del 18.05.2023, è stata disposta l'indizione della procedura aperta per l'affidamento di durata quinquennale, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), fatta eccezione del Lotto n. 1 da aggiudicarsi ai sensi dell'art 95, comma 4 lett b) del medesimo decreto, della fornitura in noleggio di Sistemi Diagnostici completi da destinare alla UOC Patologia Clinica ed alle UU.OO.Ss.DD. Microbiologia, Genetica e Biologia Molecolare, tutte afferenti al Dipartimento Servizi Sanitari di questa AORN.
- con Verbale n. 1 del 18.07.2023 (agli atti), si è riunito il Seggio di gara ed ha provveduto al download e all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa delle offerte dalla n. 1 alla n. 7, secondo l'ordine di arrivo delle medesime risultante dai numeri del registro di sistema;
- Con Verbale n. 2 del 19.07.2023 (agli atti), si è riunito il Seggio di gara ed ha provveduto al download e all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa delle offerte

dalla n. 8 alla n. 14, secondo l'ordine di arrivo delle medesime risultante dai numeri del registro di sistema;

- Con Verbale n. 3 del 25.07.2023 (agli atti), si è riunito il Seggio di gara ed ha provveduto al download e all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa delle offerte dalla n. 15 alla n. 20, secondo l'ordine di arrivo delle medesime risultante dai numeri del registro di sistema;

TANTO PREMESSO

In data odierna – in esecuzione della calendarizzazione pubblicata sulla Piattaforma di pertinenza in data 17.07.2023 – si riunisce il Seggio di gara per il prosieguo dei lavori.

Sussequentemente il Presidente, riscontrata la regolare costituzione del Seggio, dispone che si dia inizio ai lavori.

Si dà atto che, nel corso della seduta odierna, si procederà al download e all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa delle sotto indicate Ditte, secondo l'ordine di arrivo su Piattaforma SIAPS:

- n. 21 **Ditta VA.NI.CA** – Lotto 16 – Documentazione amministrativa regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**
- n. 22 **Ditta DELCON S.R.L.**– Lotto 16 – Nel corso della disamina della documentazione amministrativa emerge che la Ditta non ha presentato l'Allegato A/5. Inoltre, la Ditta non ha presentato l'Allegato A/11 avendo altresì, accettato tutte le clausole contenute nel protocollo di legalità approvato dalla Stazione appaltante con Delibera n. 102 del 05.03.2023, di cui all'Allegato A/2 lett i). Pertanto, verrà attivato il Soccorso Istruttorio per la regolarizzazione di detti documenti (ad esclusione dell'allegato A/11). **Ammessa con riserva.**
- n. 23 **Ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A./ MICROBIOLOGY DIVISION** – Lotti 11, 14 – Nel corso della disamina della documentazione amministrativa emerge che la Ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A., nell'Allegato A/2 ha dichiarato di trovarsi in una situazione di controllo con la Ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. – IMMUNODIAGNOSTICS DIVISION, specificando che trattasi di divisioni "*appartenenti entrambe alla stessa società*" ma partecipanti a Lotti diversi (IMMUNODIAGNOSTICS DIVISION Lotto n. 9 e MICROBIOLOGY DIVISION Lotti n. 11 e 14). La stessa specifica che "*le due divisioni..... continuano ad avere una propria autonomia gestionale e decisionale*". Si dà atto che non viene prodotta documentazione comprovante la suindicata circostanza, pertanto verrà attivato il Soccorso Istruttorio per la regolarizzazione di detta documentazione. **Ammessa con riserva.**
- n. 24 **Ditta ARROW DIAGNOSTICS S.R.L.**– Lotti 20, 26, 31 - Nel corso della disamina della documentazione amministrativa emerge che la Ditta non ha presentato gli Allegati A/2, A/3,

A11. Pertanto, verrà attivato il Soccorso Istruttorio per la regolarizzazione di detti documenti -
Ammessa con riserva.


- n 25 Ditta **BIO – RAD LABORATORIES** – Lotti 4, 5 – Documentazione amministrativa regolare. **Ammessa alle successive fasi di gara.**
- n 26 Ditta **D.I.D. DIAGNOSTICS INTERNATIONAL DISTRIBUTION** – Lotto 19 – Documentazione amministrativa regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara.**

Alle ore 13:35 il Seggio di gara dichiara chiusa la seduta.


Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 13:50

TESTE

Sig.ra Anna Bovenzi




IL PRESIDENTE
Dott.ssa Teresa Capobianco



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Rosa Improda



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI (LOTTI N. 31), DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA ED ALLE UU.OO.SS.DD. MICROBIOLOGIA – GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI DELL'AORN "S.ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA. N. GARA 9108112

VERBALE N. 5 del 08.08.2023

In data 08.08.2023 alle ore 10:15, presso gli Uffici della U.O.C. Provveditorato ed Economato, ubicati al I piano della Palazzina "A", sita in Caserta, alla via Palasciano, si costituisce il Seggio di gara, così composto:

Dott.ssa Teresa Capobianco - Direttore UOC Provveditorato ed Economato, R.U.P - Presidente;
Sig.ra Anna Bovenzi - Assistente Amministrativo - UOC Provveditorato ed Economato – teste;
Dott.ssa Rosa Improda - Collaboratore Amministrativo - UOC Provveditorato ed Economato – teste oltreché segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE

- con Verbale nn. 1 del 18.07.2023, 2 del 19.07.2023, 3 del 25.07.2023, 4 del 27.07.2023, il Seggio di gara ha proceduto, in seduta pubblica, all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e alla verifica dei documenti, ivi contenuti, attivando il Soccorso Istruttorio nei confronti delle seguenti Ditte:
- ELITECHGROUP S.P.A.;
- ALIFAX S.R.L.;
- THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A/IMMUNODIAGNOSTICS DIVISION;
- MEDICAL SYSTEMS S.P.A.;
- MEDI DIAGNOSTICI S.R.L.;
- BECKMAN COULTER S.R.L.;
- EFFEGIEMME;
- FUJIREBIO ITALIA S.R.L.;
- QUIDEL ITALY S.R.L.;
- RELAB S.R.L.;
- THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A./MICROBIOLOGY DIVISION;


- DELCOL S.R.L.;
- ARROW DIAGNOSTICS S.R.L.
- in data 21/07/2023, si è proceduto telematicamente all'inoltro della richiesta di Soccorso Istruttorio relativa alla I e II seduta amministrativa, prevedendo quale termine di riscontro il 28/07/2023;
- in data 25/07/2023, si è proceduto telematicamente all'inoltro della richiesta di Soccorso Istruttorio relativa alla III seduta amministrativa, prevedendo quale termine di riscontro il 02/08/2023;
- in data 31/07/2023, si è proceduto telematicamente all'inoltro della richiesta di Soccorso Istruttorio relativa alla IV seduta amministrativa, prevedendo quale termine di riscontro il 03/08/2023;
- le Società interpellate hanno trasmesso entro i termini sopra indicati, stesso mezzo, la documentazione richiesta.

TANTO PREMESSO

Nella presente seduta il Seggio di gara, esaminata la documentazione prodotta, scioglie la precedente riserva e procede come segue:

- ELITECHGROUP S.P.A. – Ammessa alle successive fasi di gara;
- ALIFAX S.R.L. – Ammessa alle successive fasi di gara;
- THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A/IMMUNODIAGNOSTICS DIVISION – Ammessa alle successive fasi di gara;
- MEDICAL SYSTEMS S.P.A. – Ammessa alle successive fasi di gara;
- MEDI DIAGNOSTICI S.R.L. – Ammessa alle successive fasi di gara;
- BECKMAN COULTER S.R.L. – Ammessa alle successive fasi di gara;
- EFFEGIEMME – Ammessa alle successive fasi di gara;
- FUJIREBIO ITALIA S.R.L. – Ammessa alle successive fasi di gara;
- QUIDEL ITALY S.R.L. – Ammessa alle successive fasi di gara;
- RELAB S.R.L. – Ammessa alle successive fasi di gara;
- THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A./MICROBIOLOGY DIVISION – Ammessa alle successive fasi di gara;
- DELCOL S.R.L. - Ammessa alle successive fasi di gara;
- ARROW DIAGNOSTICS S.R.L. – Ammessa alle successive fasi di gara.

Alle ore 11:30 il Seggio di gara dichiara chiusa la seduta.





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Gli atti della procedura restano affidati alla UOC Provveditorato ed Economato per il prosieguo di competenza

TESTE

Sig.ra Anna Bovenzi

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Teresa Capobianco

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Rosa Improda

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI (LOTTO N. 31), DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA ED ALLE UU.OO.SS.DD. MICROBIOLOGIA – GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI DELL'AORN "S.ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA. N. GARA 9108112

VERBALE N. 6 del 13.11.2023

- In data 13 novembre alle ore 10:30 presso l'Aula Magna ubicata al piano terra della Palazzina "A", sita in Caserta, alla via Palasciano, si costituisce - in seduta pubblica - la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 962 del 19.10.2023, ai sensi dell'art. 77 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura indetta sulla Piattaforma elettronica SIAPS, per l'affidamento di durata quinquennale secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), fatta eccezione del Lotto n. 1 da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art 95, comma 4 lett b) del medesimo decreto, della fornitura in noleggio di Sistemi Diagnostici completi da destinare alla UOC Patologia Clinica ed alle UU.OO.Ss.DD. Microbiologia, Genetica e Biologia Molecolare, tutte afferenti al Dipartimento Servizi Sanitari di questa AORN.

La Commissione Giudicatrice presente è composta come di seguito:

- **Presidente: Dott.ssa Anna Sonia Raimondi** – *Direttore UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente: Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia** – *Dirigente Farmacia Ospedaliera - AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente: Dr. Mario Cortellessa** – *Direttore UOC Patologia Clinica P.O. Piedimonte Matese – ASL di Caserta.*

È presente, altresì, la dott.ssa Rosa Improda, in qualità di Collaboratore Amministrativo presso la UOC Provveditorato ed Economato, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

E' presente per la Ditta Quidel Italy S.r.l. il Sig. Diomede Sabatino giusta delega agli atti.

E' presente per la Ditta Medical Systems S.p.a. il Sig. Pasquale De Luca (giusta delega agli atti);

E' presente per la Ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.a. il Sig. Giuseppe Scognamiglio (delega agli atti);

- E' presente per la Ditta Biomerieux Italia S.p.a. la Sig.ra Marina Della Vecchia (giusta delega agli atti);
- E' presente per la Ditta Alifax S.r.l. la Sig.ra Concetta Cannavale (giusta delega agli atti);
- E' presente per la Ditta Roche Diagnostics S.p.a. il Sig. Marco Panariello (giusta delega agli atti);
- E' presente per la Ditta Elitechgroup S.p.a. il Sig. Fabrizio Pugliese (giusta delega agli atti);
- E' presente per la Ditta Arrow Diagnostics S.r.l. il Sig. Edgardo Di Tonto (giusta delega agli atti);
- E' presente per la Ditta Estor S.p.a. il Sig. Davide Marino (giusta delega agli atti);

PREMESSO CHE

- con deliberazione del D.G. n. 478 del 18.05.2023, è stata disposta l'indizione della procedura aperta per l'affidamento di durata quinquennale, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), fatta eccezione del Lotto n. 1 da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art 95, comma 4 lett b) del medesimo decreto, della fornitura in noleggio di Sistemi Diagnostici completi da destinare alla UOC Patologia Clinica ed alle UU.OO.Ss.DD. Microbiologia, Genetica e Biologia Molecolare, tutte afferenti al Dipartimento Servizi Sanitari di questa AORN.
- in data 26.05.2023, si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla GUCE, in data 24.05.2023 sulla GURI e, per estratto, su 4 quotidiani di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale.
- in data 26.05.2023, si è poi proceduto alla pubblicazione del medesimo bando sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- con detto bando sono stati fissati i termini per la presentazione delle offerte e per l'esperimento, coincidenti rispettivamente con il 14.07.2023 ed il 27/06/2023, oltreché per la richiesta di chiarimenti (03/07/2023);
- entro il termine per la pubblicazione telematica dei riscontri ai chiarimenti, gli stessi sono stati pubblicati nella apposita sezione della citata Piattaforma SIAPS;
- entro il suddetto termine (14/07/2023 – ore 12.00) risultano pervenute **n. 26 offerte**, inviate dalle Ditte elencate nella tabella riepilogativa, in ordine cronologico di arrivo, disponibile sulla piattaforma SIAPS, di seguito esposta:

Ditta	Registro di sistema	Data invio
LIOFILCHEM S.R.L	PI071009 - 23	10/07/2023
CLONIT	PI071178 - 23	11/07/2023

ALIFAX S.R.L.	PI071796 - 23	12/07/2023
CEPHEID	PI071804 - 23	12/07/2023
ELITECHGROUP S.P.A	PI071842 - 23	12/07/2023
BIOMERIEUX S.P.A	PI071883 - 23	12/07/2023
MEDICAL SYSTEMS S.P.A	PI071888 - 23	12/07/2023
MEDI DIAGNOSTICI S.R.L.	PI072058 - 23	12/07/2023
BECKMAN COULTER S.R.L.	PI072063 - 23	12/07/2023
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	PI072151 - 23	12/07/2023
FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	PI072212 - 23	13/07/2023
MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE	PI072308 - 23	13/07/2023
EFFEGIEMME	PI072367 - 23	13/07/2023
EUROIMMUN ITALIA S.R.L.	PI072403 - 23	13/07/2023
BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	PI072639 - 23	13/07/2023
RELAB S.R.L.	PI072658 - 23	13/07/2023
QIAGEN S.R.L.	PI072662 - 23	13/07/2023
QUIDEL ITALY S.R.L.	PI072666 - 23	13/07/2023
ESTOR S.P.A.	PI072676 - 23	13/07/2023
ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	PI072684 - 23	13/07/2023
VA.NI.CA	PI072688 - 23	13/07/2023
DELCON S.R.L.	PI072701 - 23	13/07/2023
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A.	PI072707 - 23	14/07/2023
ARROW DIAGNOSTICS S.R.L.	PI072710 - 23	14/07/2023
BIO - RAD LABORATORIES	PI072769 - 23	14/07/2023
D.I.D. DIAGNOSTICS INTERNATIONAL DISTRIBUTION	PI072784 - 23	14/07/2023

- con Verbale n. 1 del 18.07.2023 (agli atti), si è riunito il Seggio di gara ed ha provveduto al download e all'apertura della busta telematica (Piattaforma SIAPS) contenente la documentazione amministrativa delle offerte dalla n. 1 alla n. 7, secondo l'ordine di arrivo delle medesime risultante dai numeri del registro di sistema e contestualmente, ha attivato il Soccorso Istruttorio nei confronti delle Ditte **Alifax S.r.l.**, **Medical Systems S.p.a.** ed **Elitechgroup S.p.a.**;
- con Verbale n. 2 del 19.07.2023 (agli atti), si è riunito il Seggio di gara ed ha provveduto al download e all'apertura della busta telematica (Piattaforma SIAPS) contenente la documentazione amministrativa delle offerte dalla n. 8 alla n. 14, secondo l'ordine di arrivo delle medesime risultante dai numeri del registro di sistema e contestualmente, ha attivato il Soccorso Istruttorio nei confronti delle Ditte:

- **Medi Diagnostici S.r.l.;**
- **Beckman Coulter S.r.l.;**
- **Thermo Fisher Diagnostics S.p.a./ Immunodiagnosics Division;**
- **Fujirebio Italia S.r.l.;**
- **Effegiemme.**

- con Verbale n. 3 del 25.07.2023 (agli atti), si è riunito il Seggio di gara ed ha provveduto:
 - al download e all'apertura della busta telematica (Piattaforma SIAPS) contenente la documentazione amministrativa delle offerte dalla n. 15 alla n. 20, secondo l'ordine di arrivo delle medesime risultante dai numeri del registro di sistema;
 - all'attivazione del Soccorso Istruttorio nei confronti delle Ditte **Relab S.r.l., Quidel Italy S.r.l.**;
 - alla esclusione della Ditta Qiagen S.r.l dalle successive fasi di gara per le motivazioni qui riportate e trascritte (Cfr Verbale n. 3 del 25.07.2023);
- con Verbale n.4 del (agli atti), si è riunito il Seggio di gara ed ha provveduto al download e all'apertura della busta telematica (Piattaforma SIAPS) contenente la documentazione amministrativa delle offerte dalla n. 21 alla n. 26, secondo l'ordine di arrivo delle medesime risultante dai numeri del registro di sistema e contestualmente, ha attivato il Soccorso Istruttorio nei confronti delle Ditte:
 - **Delcon S.r.l.**;
 - **Thermo Fisher Diagnostics S.p.a./ Microbiology Division**;
 - **Arrow Diagnostics S.r.l.**
- con Verbale n. 5 del 08.08.2023 (agli atti), il Seggio di gara ha provveduto a scaricare dalla Piattaforma Siaps i documenti inviati dalle sopraindicate Ditte e, riscontrandone la regolarità degli stessi, ha sciolto la riserva e ha provveduto ad ammettere le Ditte concorrenti alle successive fasi di gara.

TANTO PREMESSO

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, Dott.ssa Anna Sonia Raimondi, riscontrata la regolare costituzione del predetto Consesso, dispone che si dia inizio ai lavori. Preliminarmente, i componenti di detto organismo ed il segretario dichiarano che rispetto ad essi non ricorrono le situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Susseguentemente, il Segretario su richiesta del Presidente della Commissione mette a disposizione degli altri componenti i seguenti documenti di gara:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Capitolato Tecnico;
- c) Chiarimenti pubblicati sulla piattaforma SIAPS;

Terminata la disamina della summenzionata documentazione, i precitati componenti comunicano di

non aver alcun rilievo da formulare in merito alla stessa.

Successivamente, si procede al download della busta tecnica telematica (su Piattaforma SIAPS) dei nn. 31 lotti in gara e, contestualmente la Commissione procede alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica rispetto a quanto previsto dagli atti di gara dei seguenti lotti:

Lotto 1: deserto;

Lotto 2: Ditta Medical Systems S.p.a. – **documentazione tecnica regolare – Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 3: Ditta Fujirebio Italia S.r.l. — dalla disamina della documentazione tecnica presentata dalla Ditta non si evince il documento denominato "Piano di formazione del personale utilizzatore" di cui alla lettera e) paragrafo n. 15 del Disciplinare di gara. Pertanto, la Commissione giudicatrice decide di richiedere alla suddetta Ditta in quale parte della documentazione tecnica presentata (cartella/file/pagina) è possibile riscontrare detto documento –

Ammessa con riserva;

Lotto 4: Ditta Bio-Rad Laboratories – documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 5: Ditta Bio-Rad Laboratories - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 6: Ditta Alifax S.r.l. - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 7: Ditta Alifax S.r.l. - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 8: Ditta Euroimmun Italia S.r.l. - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 9: Ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.a. - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 10: BioMérieux S.p.a. - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 11: Ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.a. - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 12: Ditta Becton Dickinson Italia S.p.a. - dalla disamina della documentazione tecnica presentata dalla Ditta non si evincono i documenti denominati "Descrizione dei reagenti e dei consumabili" di cui alla lettera c), "Servizio di assistenza tecnica" di cui alla lettera d), "Piano di formazione del personale utilizzatore" di cui alla lettera e), "Dichiarazione firmata da cui siano desumibili i valori dei parametri oggetto di valutazione da parte della Commissione tecnica" di cui alla lettera f) paragrafo n. 15 del Disciplinare di gara. Pertanto, la Commissione giudicatrice decide di richiedere alla suddetta Ditta in quale parte della documentazione tecnica presentata (cartella/file/pagina) è possibile riscontrare detti documenti – **Ammessa con riserva;**

Lotto 13: Ditta Beckman Coulter S.r.l. - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 14: Ditta Thermo Fisher Diagnostics S.p.a - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 15:

Ditta Liofilchem S.r.l. - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Ditta BioMérieux S.p.a. - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 16:

Ditta Medi Diagnostici S.r.l. - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Ditta Va.Ni.Ca. - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Ditta Delcon S.r.l. - dalla disamina della documentazione tecnica presentata dalla Ditta non si evincono i documenti denominati "Descrizione dei reagenti e dei consumabili" di cui alla lettera c), "Servizio di assistenza tecnica" di cui alla lettera d), "Piano di formazione del personale utilizzatore" di cui alla lettera e) paragrafo n. 15 del Disciplinare di gara. Pertanto, la Commissione giudicatrice decide di richiedere alla suddetta Ditta in quale parte della documentazione tecnica presentata (cartella/file/pagina) è possibile riscontrare detti documenti – **Ammessa con riserva;**

Ammessa con riserva;

Alle ore 12:22 il Sig. Pasquale De Luca abbandona la seduta di gara.

Lotto 17:

Ditta Relab S.r.l. - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Ditta Quidel Italy S.r.l. - - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 18: Ditta Meridian Bioscience Europe - - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 19: Ditta D.I.D. Diagnostic International Distribution - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 20:

Ditta Clonit - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Ditta Alifax S.r.l. - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Ditta Arrow Diagnostics S.r.l. - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 21: Ditta Effegiemme - dalla disamina della documentazione tecnica presentata dalla Ditta non si evincono i documenti denominati "Relazione tecnica" di cui alla lettera a), "Descrizione della strumentazione offerta" di cui alla lettera b), "Descrizione dei reagenti e dei consumabili" di cui alla lettera c), "Servizio di assistenza tecnica" di cui alla lettera d), "Piano di formazione del personale utilizzatore" di cui alla lettera e), "Dichiarazione firmata da cui siano desumibili i valori dei parametri oggetto di valutazione da parte della Commissione tecnica" di cui alla lettera f) paragrafo n. 15 del Disciplinare di gara. Pertanto, la Commissione giudicatrice decide di richiedere alla suddetta Ditta in quale parte della documentazione tecnica presentata (cartella/file/pagina) è possibile riscontrare detti documenti – **Ammessa con riserva;**

Lotto 22: Ditta Estor S.p.a. - - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Alle ore 13:09 il Sig. Davide Marino abbandona la seduta di gara.

Lotto 23: Becton Dickinson Italia S.p.a. - - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 24:

Ditta BioMérieux S.p.a. - - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di**



gara;

Lotto 25: Ditta BioMérieux S.p.a. - - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 26: Ditta Arrow Diagnostics S.r.l. - - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 27: Ditta Cepheid - - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 28: Ditta Relab S.r.l. - - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 29: Ditta Roche Diagnostics S.p.a. - - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 30: Ditta Elitechgroup S.p.a. - - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

Lotto 31: Ditta Arrow Diagnostics S.r.l. - - documentazione tecnica regolare – **Ammessa alle successive fasi di gara;**

La Commissione chiude i lavori e decide di indire la prossima seduta a data da destinarsi.

La seduta viene chiusa alle ore 13:36.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Anna Sonia Raimondi

I COMPONENTI

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia

I COMPONENTI

Dott. Mario Cortellessa

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Rosa Improda

PER LE DITTE

[Handwritten signature]
nuovo punto

[Handwritten signature]

ROCHE DIAGNOSTICS

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ARROW DIAGNOSTICS

Marine Malabato
Lemba Anna
Diana Sobal

IBEMA FISAS 2

BIOMERIEUX

ALIFAX

QUIDEL

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI (LOTTO N. 31), DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA ED ALLE UU.OO.SS.DD. MICROBIOLOGIA – GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI DELL'AORN "S.ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA. N. GARA 9108112

VERBALE N. 7 del 12.12.2023

In data 12 dicembre alle ore 10:00 presso gli Uffici amministrativi della UOC provveditorato ed Economato ubicati al I piano terra della Palazzina "A", sita in Caserta, alla via Palasciano, si costituisce - in seduta riservata - la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 962 del 19.10.2023, ai sensi dell'art. 77 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura indetta sulla Piattaforma elettronica SIAPS, per l'affidamento di durata quinquennale secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), fatta eccezione del Lotto n. 1 da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art 95, comma 4 lett b) del medesimo decreto, della fornitura in noleggio di Sistemi Diagnostici completi da destinare alla UOC Patologia Clinica ed alle UU.OO.Ss.DD. Microbiologia, Genetica e Biologia Molecolare, tutte afferenti al Dipartimento Servizi Sanitari di questa AORN.

La Commissione Giudicatrice presente è composta come di seguito:

- **Presidente: Dott.ssa Sonia Anna Raimondi** – *Direttore UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente: Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia** – *Dirigente Farmacia Ospedaliera - AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente: Dr. Mario Cortellessa** – *Direttore UOC Patologia Clinica P.O. Piedimonte Matese – ASL di Caserta.*

È presente, altresì, la dott.ssa Rosa Improda, in qualità di Collaboratore Amministrativo presso la UOC Provveditorato ed Economato, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE

Con verbale n. 6 del 13.11.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto:

- al download della busta tecnica telematica (su Piattaforma SIAPS) dei nn. 31 lotti in



gara;

- alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte concorrenti rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e contestualmente, richiedendo precisazioni tecniche in merito alla suddetta documentazione alle Ditte Fujirebio Italia S.r.l. (lotto n. 3), Becton Dickinson Italia S.p.a (lotto 12), Delcon S.r.l. (lotto 16), Effegiemme (lotto 21).

TANTO PREMESSO

Nella seduta odierna la Commissione Giudicatrice procede alla verifica delle precisazioni tecniche richieste alle Ditte Fujirebio Italia S.r.l. (lotto n. 3), Becton Dickinson Italia S.p.a (lotto 12), Delcon S.r.l. (lotto 16), Effegiemme (lotto 21), con le seguenti risultanze:

Lotto 3: Ditta Fujirebio Italia S.r.l. – accettate le precisazioni tecniche fornite dalla Ditta – **Ammessa alle successive fasi di gara.**

Lotto 12: Ditta Becton Dickinson Italia S.p.a - accettate le precisazioni tecniche fornite dalla Ditta – **Ammessa alle successive fasi di gara.**

Lotto 16: Delcon S.r.l.: accettate le precisazioni tecniche fornite dalla Ditta – **Ammessa alle successive fasi di gara.**

Lotto 21: Effegiemme - la Ditta ha presentato integrazione alla documentazione tecnica non ammissibile in questa fase della procedura - **non ammessa alle successive fasi di gara.**

Susseguitamente, la Commissione Giudicatrice procede alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi indicati negli atti di gara per ciascuna delle Ditte partecipanti con i seguenti esiti:

Lotto n. 1: Deserto;

Lotto n. 2: Ditta Medical Systems S.p.a. – risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Lotto n. 3: Ditta Fujirebio Italia S.r.l. - risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Lotto n. 4: Ditta Bio-Rad Laboratories - risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Lotto n.5: Ditta Bio-Rad Laboratories - risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti –
Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Lotto n.6: Ditta Alifax S.r.l. - risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla
fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Lotto n.7: Ditta Alifax S.r.l. - risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla
fase di valutazione /attribuzione punteggi.


La Commissione chiude i lavori e decide di indire la prossima seduta a data da destinarsi.

La seduta viene chiusa alle ore 13:00.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto


IL PRESIDENTE

Dott.ssa Sonia Anna Raimondi




I COMPONENTI

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia




I COMPONENTI

Dott. Mario Cortellessa



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Rosa Improda



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI (LOTTI N. 31), DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA ED ALLE UU.OO.SS.DD. MICROBIOLOGIA – GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI DELL’AORN “S.ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA. N. GARA 9108112

VERBALE N. 8 del 09.01.2024

In data 09 gennaio 2024 alle ore 09:50 presso gli Uffici amministrativi della UOC provveditorato ed Economato di questa AORN ubicati al piano I della Palazzina “A”, sita in Caserta, alla via Palasciano, si costituisce - in seduta riservata – la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 962 del 19.10.2023, ai sensi dell’art. 77 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura indetta sulla Piattaforma elettronica SIAPS, per l’affidamento di durata quinquennale secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), fatta eccezione del Lotto n. 1 da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art 95, comma 4 lett b) del medesimo decreto, della fornitura in noleggio di Sistemi Diagnostici completi da destinare alla UOC Patologia Clinica ed alle UU.OO.Ss.DD. Microbiologia, Genetica e Biologia Molecolare, tutte afferenti al Dipartimento Servizi Sanitari di questa AORN.

La Commissione Giudicatrice presente è composta come di seguito:

- **Presidente: Dott.ssa Sonia Anna Raimondi** – *Direttore UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente: Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia** – *Dirigente Farmacia Ospedaliera - AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente: Dr. Mario Cortellessa** – *Direttore UOC Patologia Clinica P.O. Piedimonte Matese – ASL di Caserta.*

È presente, altresì, la dott.ssa Rosa Improda, in qualità di Collaboratore Amministrativo presso la UOC Provveditorato ed Economato, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE

Con verbale n. 6 del 13.11.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto:

- al download della busta tecnica telematica (su Piattaforma SIAPS) dei nn. 31 lotti in

gara;

- alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte concorrenti rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- alla richiesta di precisazioni tecniche in merito alla suddetta documentazione alle Ditte Fujirebio Italia S.r.l. (lotto n. 3), Becton Dickinson Italia S.p.a (lotto 12), Delcon S.r.l. (lotto 16), Effegiemme (lotto 21).

Con Verbale n. 7 del 12.12.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha:

- preso atto dei riscontri pervenuti dalle Ditte concorrenti, nei cui confronti sono state richieste precisazioni tecniche in merito alla documentazione tecnica con le risultanze ivi indicate (Cf Verbale n. 6 del 13.11.2023);
- provveduto alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per i Lotti 1,2,3,4,5,6,7.

TANTO PREMESSO

Nella seduta odierna la Commissione Giudicatrice procede alla verifica dei requisiti minimi indicati negli atti di gara per ciascuna delle Ditte partecipanti dai Lotti n.8 al n.15 riportando le seguenti risultanze:

Lotto n. 8: Ditta Euroimmun Italia S.r.l. - risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;


Lotto n. 9: Ditta Thermo Fisher Diagnostic S.p.a. – risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Lotto n. 10: Ditta BioMérieux S.p.a. - risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Lotto n. 11: Ditta Thermo Fisher Diagnostic S.p.a. - risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Lotto n.12: Ditta Becton Dickinson Italia S.p.a. - risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Lotto n.13: Ditta Beckman Coulter S.r.l. - risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;



Lotto n.14: Ditta Thermo Fisher Diagnostic S.p.a. - risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Lotto n.15:


Ditta Liofilchem S.r.l. - risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;


Ditta BioMérieux S.p.a. - risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi.


La Commissione chiude i lavori e decide di indire la prossima seduta a data da destinarsi.


La seduta viene chiusa alle ore 13:25.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sonia Anna Raimondi 

I COMPONENTI
Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia 

I COMPONENTI
Dott. Mario Cortellessa 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Rosa Improda 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI (LOTTO N. 31), DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA ED ALLE UU.OO.SS.DD. MICROBIOLOGIA – GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI DELL’AORN “S.ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA. N. GARA 9108112

VERBALE N. 9 del 16.01.2024

In data 16 gennaio 2024 alle ore 09:45 presso gli Uffici amministrativi della UOC Provveditorato ed Economato di questa AORN ubicati al piano I della Palazzina “A”, sita in Caserta, alla via Palasciano, si costituisce - in seduta riservata - la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 962 del 19.10.2023, ai sensi dell’art. 77 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura indetta sulla Piattaforma elettronica SIAPS, per l’affidamento di durata quinquennale secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), fatta eccezione del Lotto n. 1 da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art 95, comma 4 lett b) del medesimo decreto, della fornitura in noleggio di Sistemi Diagnostici completi da destinare alla UOC Patologia Clinica ed alle UU.OO.Ss.DD. Microbiologia, Genetica e Biologia Molecolare, tutte afferenti al Dipartimento Servizi Sanitari di questa AORN.

La Commissione Giudicatrice presente è composta come di seguito:

- **Presidente: Dott.ssa Sonia Anna Raimondi** – *Direttore UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente: Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia** – *Dirigente Farmacia Ospedaliera - AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente: Dr. Mario Cortellessa** – *Direttore UOC Patologia Clinica P.O. Piedimonte Matese – ASL di Caserta.*

È presente, altresì, la dott.ssa Rosa Improda, in qualità di Collaboratore Amministrativo presso la UOC Provveditorato ed Economato, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE

Con verbale n. 6 del 13.11.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto:

- al download della busta tecnica telematica (su Piattaforma SIAPS) dei nn. 31 lotti in

gara;

- alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte concorrenti rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- alla richiesta di precisazioni tecniche in merito alla suddetta documentazione alle Ditte Fujirebio Italia S.r.l. (lotto n. 3), Becton Dickinson Italia S.p.a (lotto 12), Delcon S.r.l. (lotto 16), Effegiemme (lotto 21).

Con Verbale n. 7 del 12.12.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha:

- preso atto dei riscontri pervenuti dalle Ditte concorrenti, nei cui confronti sono state richieste precisazioni tecniche in merito alla documentazione tecnica con le risultanze ivi indicate (Cf Verbale n. 6 del 13.11.2023);
- provveduto alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per i Lotti 1,2,3,4,5,6,7.

Con Verbale n. 8 del 09.01.2024 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per i Lotti 8,9,10,11,12,13,14,15.

TANTO PREMESSO

Nella seduta odierna la Commissione Giudicatrice procede alla verifica dei requisiti minimi indicati negli atti di gara per ciascuna delle Ditte partecipanti dai Lotti n.16 al n.19 riportando le seguenti risultanze:

Lotto n.16:


Ditta Medi Diagnostici S.r.l. - risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Ditta Va.Ni.Ca - risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Ditta Delcon S.r.l. - risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Lotto n.17:

Ditta Relab S.r.l. - - risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di





valutazione /attribuzione punteggi;

Ditta Quidel Italy S.r.l. - risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Lotto n. 18: Ditta Meridian Bioscience Europe - risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Lotto n. 19: Ditta D.I.D. Diagnostic International Distribution – risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

La Commissione chiude i lavori e decide di indire la prossima seduta a data da destinarsi.

La seduta viene chiusa alle ore 13:10.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Sonia Anna Raimondi

I COMPONENTI

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia

I COMPONENTI

Dott. Mario Cortellessa

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Rosa Improda

All. 10



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI (LOTTI N. 31), DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA ED ALLE UU.OO.SS.DD. MICROBIOLOGIA – GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI DELL’AORN “S.ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA. N. GARA 9108112

VERBALE N. 10 del 14/03/2024

In data 14/03/2024 alle ore 9:00 presso gli Uffici amministrativi della UOC Provveditorato ed Economato di questa AORN ubicati al piano I della Palazzina “A”, sita in Caserta, alla via Palasciano, si costituisce - in seduta riservata – la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 962 del 19.10.2023, ai sensi dell’art. 77 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura indetta sulla Piattaforma elettronica SIAPS, per l’affidamento di durata quinquennale secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), fatta eccezione del Lotto n. 1 da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art 95, comma 4 lett b) del medesimo decreto, della fornitura in noleggio di Sistemi Diagnostici completi da destinare alla UOC Patologia Clinica ed alle UU.OO.Ss.DD. Microbiologia, Genetica e Biologia Molecolare, tutte afferenti al Dipartimento Servizi Sanitari di questa AORN.

La Commissione Giudicatrice presente è composta come di seguito:

- **Presidente: Dott.ssa Sonia Anna Raimondi** – *Direttore UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente: Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia** – *Dirigente Farmacia Ospedaliera - AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente: Dr. Mario Cortellessa** – *Direttore UOC Patologia Clinica P.O. Piedimonte Matese – ASL di Caserta.*

È presente, altresì, la dott.ssa Maria Fatima Corvino, Assistente Amministrativo presso la UOC Provveditorato ed Economato, che assume le funzioni di segretario verbalizzante in sostituzione della Dott.ssa Rosa Improda (giusta Deliberazione del D.G. n. 252/2024).

PREMESSO CHE

Con verbale n. 6 del 13.11.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto:

- al download della busta tecnica telematica (su Piattaforma SIAPS) dei nn. 31 lotti in

[Handwritten signatures and initials]

gara;

- alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte concorrenti rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- alla richiesta di precisazioni tecniche in merito alla suddetta documentazione alle Ditte Fujirebio Italia S.r.l. (lotto n. 3), Becton Dickinson Italia S.p.a (lotto 12), Delcon S.r.l. (lotto 16), Effegiemme (lotto 21).

Con Verbale n. 7 del 12.12.2023(agli atti), la Commissione Giudicatrice ha:

- preso atto dei riscontri pervenuti dalle Ditte concorrenti, nei cui confronti sono state richieste precisazioni tecniche in merito alla documentazione tecnica con le risultanze ivi indicate (Cf Verbale n. 6 del 13.11.2023);
- provveduto alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per i Lotti 1,2,3,4,5,6,7.

Con Verbale n. 8 del 09.01.2024 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per i Lotti 8,9,10,11,12,13,14,15.

Con Verbale n. 9 del 16.01.2024 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per i Lotti nn. 16,17,18 e 19.

TANTO PREMESSO

Nella seduta odierna la Commissione Giudicatrice procede alla verifica dei requisiti minimi indicati negli atti di gara per ciascuna delle Ditte partecipanti dai Lotti n. 20 al n. 31 riportando le seguenti risultanze:

Lotto n. 20:

Ditta Clonit – risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Ditta Alifax S.r.l. – risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Ditta Arrow Diagnostics S.r.l. - risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;



Lotto n. 22: Ditta Estor s.p.a. - risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Lotto n.23: Ditta Becton Dickinson Italia S.p.a. – risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Lotto n.24:

Ditta BioMérieux S.p.a. – risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Lotto n. 25: Ditta BioMérieux S.p.a. – risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Lotto n. 26: Ditta Arrow Diagnostics S.r.l. – risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Lotto n. 27: Ditta Cepheid – risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Lotto n. 28: Ditta Relab S.r.l. – risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Lotto n. 29: Ditta Roche Diagnostics S.p.a. – risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Lotto n. 30: Ditta Elitechgroup S.p.a. – risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi;

Lotto n. 31: Ditta Arrow Diagnostics S.p.a. – risulta in possesso dei requisiti minimi richiesti – Ammessa alla fase di valutazione /attribuzione punteggi.


La Commissione chiude i lavori e decide di indire la prossima seduta a data da destinarsi.

La seduta viene chiusa alle ore 13:30

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Sonia Anna Raimondi



I COMPONENTI

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

I COMPONENTI

Dott. Mario Cortellessa

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Maria Fatima Corvino

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI (LOTTI N. 31), DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA ED ALLE UU.OO.SS.DD. MICROBIOLOGIA – GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI DELL’AORN “S.ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA. N. GARA 9108112

VERBALE N. 11 del 19/03/2024

In data 19/03/2024 alle ore 9:00 presso gli Uffici amministrativi della UOC Provveditorato ed Economato di questa AORN ubicati al piano I della Palazzina “A”, sita in Caserta, alla via Palasciano, si costituisce - in seduta riservata - la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 962 del 19.10.2023, ai sensi dell’art. 77 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura indetta sulla Piattaforma elettronica SIAPS, per l’affidamento di durata quinquennale secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), fatta eccezione del Lotto n. 1 da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art 95, comma 4 lett b) del medesimo decreto, della fornitura in noleggio di Sistemi Diagnostici completi da destinare alla UOC Patologia Clinica ed alle UU.OO.SS.DD. Microbiologia, Genetica e Biologia Molecolare, tutte afferenti al Dipartimento Servizi Sanitari di questa AORN.

La Commissione Giudicatrice presente è composta come di seguito:

- **Presidente: Dott.ssa Sonia Anna Raimondi** – *Direttore UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente: Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia** – *Dirigente Farmacia Ospedaliera - AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente: Dr. Mario Cortellessa** – *Direttore UOC Patologia Clinica P.O. Piedimonte Matese – ASL di Caserta.*

È presente, altresì, la dott.ssa Maria Fatima Corvino, Assistente Amministrativo presso la UOC Provveditorato ed Economato, che assume le funzioni di segretario verbalizzante in sostituzione della Dott.ssa Rosa Improda (giusta Deliberazione del D.G. n. 252/2024).

PREMESSO CHE

Con verbale n. 6 del 13.11.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto:

- al download della busta tecnica telematica (su Piattaforma SIAPS) dei nn. 31 lotti in gara;
- alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte concorrenti rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- alla richiesta di precisazioni tecniche in merito alla suddetta documentazione alle Ditte Fujirebio Italia S.r.l. (lotto n. 3), Becton Dickinson Italia S.p.a (lotto 12), Delcon S.r.l. (lotto 16), Effegiemme (lotto 21).

Con Verbale n. 7 del 12.12.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha:

- preso atto dei riscontri pervenuti dalle Ditte concorrenti, nei cui confronti sono state richieste precisazioni tecniche in merito alla documentazione tecnica con le risultanze ivi indicate (Cf Verbale n. 6 del 13.11.2023);
- provveduto alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per i Lotti 1,2,3,4,5,6,7.

Con Verbale n. 8 del 09.01.2024 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per i Lotti 8,9,10,11,12,13,14,15.

Con Verbale n. 9 del 16.01.2024 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per i Lotti nn. 16,17,18 e 19;

Con Verbale n. 10 del 14.03.2024 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per i Lotti nn. 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

TANTO PREMESSO

Nella seduta odierna la Commissione Giudicatrice procede alla valutazione delle schede tecniche e all'attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi per ciascuna delle Ditte partecipanti per i Lotti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, con le risultanze indicate nelle tabelle riepilogative allegate al presente verbale.

Relativamente al Lotto n. 15 la Commissione ha evidenziato la necessità di chiedere alla Ditta Liofilchem Srl il seguente chiarimento *"In merito agli elementi di giudizio rif. 1 si prega di specificare il numero di antibiotici solo per gram negativi ed elencarli. In merito agli elementi di giudizio rif. 2 si prega di indicare il numero di antibiotici di ultima generazione solo per gram negativi ed elencarli. In merito agli elementi di giudizio rif. 3 si prega di specificare il numero di*



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

antibiotici solo per gram positivi ed elencarli. In merito agli elementi di giudizio rif. 4 si prega di indicare il numero di antibiotici di ultima generazione solo per gram positiv ed elencarli".

La Commissione chiude i lavori e decide di indire la prossima seduta a data da destinarsi.

La seduta viene chiusa alle ore 12:00.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Sonia Anna Raimondi

I COMPONENTI

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia

I COMPONENTI

Dott. Mario Cortellessa

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Maria Fatima Corvino

LOTTO N. 2 - IMMUNOMETRIA SPECIALE MEDICAL SYSTEM

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Segnale in Chemiluminescenza a flash con marcatura ABEI	ON/OFF	8	8
2	Cadenza analitica superiore a 170 tests/ora	ON/OFF	5	5
3	Separazione con microparticelle nanomagnetiche per la massima velocità ed efficienza	ON/OFF	5	5
4	Kit con Reagenti pronti all'uso con riconoscimento a radiofrequenza	ON/OFF	10	10
5	Sensore di livello e di coagulo	ON/OFF	3	3
6	Capacità di caricamento campioni di almeno 140	ON/OFF	6	6
7	Posizioni dei reattivi a bordo non inferiore a 25	ON/OFF	6	6
8	Completezza del lotto	ON/OFF	20	20
9	Due aghi pipettatori per campioni ed reagenti , in titanio con rivestimento in teflon per la massima velocità ed il minimo carry over	ON/OFF	5	5
10	Vano porta campioni refrigerato	ON/OFF	2	2

~~70~~

R

URS

[Signature]

MTE

LOTTO N.3 NEUROCHIMICA FUJIREIBO

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Puntali monouso per la dispensazione del campione in modo da evitare fenomeni di trascinamento	ON/OFF	15	15
2	Uso di Cartuccia monouso sigillata bucata da ago metallico solo ad inizio del test per assicurare stabilità dei reattivi e performance superiori	ON/OFF	15	15
3	Durata della calibrazione del sistema offerto superiore a 28 giorni	ON/OFF	15	15
4	Validazione CE per utilizzo del test SARS CoV2 su matrice salivare	ON/OFF	15	15
5	Capacità di rilevare le varianti di SARS-CoV-2 attualmente circolanti con particolare riferimento alla variante brasiliana, inglese e Omicron.	ON/OFF	10	0

60



MB



MFE

LOTTO N. 4 - CONTROLLO DI QUALITÀ INTERNI B10-RAD

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Sieri prodotti e forniti dalla stessa ditta partecipante alla gara o da casa madre	ON/OFF	10	10
2	Modulo aggiuntivo di segnalazione allarmi relativi a valori di allerta configurabili da operatore e notifica di mancata esecuzione del CQ direttamente al supervisore del sistema	ON/OFF	10	10
3	Software CQI residente in laboratorio affinché l'uso sia indipendente da connessioni esterne (internet)	ON/OFF	10	10
4	Servizio di assistenza remota proattiva tramite software, provvisto di certificazione internazionale, in modo da prevenire problemi o blocchi del sistema.	ON/OFF	5	5
5	Disponibilità di software per la gestione e la progettazione di strategie individuali di CQI basate sul principio di gestione del rischio clinico come da linee guida UNI/ISO 9001:2015 e UNI/ISO 15189/2012.	ON/OFF	5	5
6	Assistenza tecnico specialistica con personale dipendente residente in Regione.	ON/OFF	10	10
7	Disponibilità di controllo liquido a 3 livelli per HbA1c.	ON/OFF	5	5
8	Confronto on-line dei propri dati CQI con i dati interlaboratorio mondiali per una valutazione istantanea dei risultati.	ON/OFF	5	5
9	Valutazione del software per il calcolo dell'incertezza di misura mediante l'utilizzo di formule (secondo documento ISO/TS20914/2019)	PROPORZIONALE	10	10

70

(Handwritten signatures and initials)

LOTTO N. 5 - CONTROLLI DI QUALITÀ ESTERNI B10 - RAD

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Maggior numero di partecipanti ospedalieri sul territorio nazionale	PROPORZIONALE	10	10
2	Accreditamento ISO/IEC 17043-2010 per tutti i programmi richiesti	ON/OFF	5	5
3	Piattaforma on-line mobile per invio dati via internet anche attraverso supporti mobili (Smartphone)	ON/OFF	5	5
4	Valutazione di fine ciclo con utilizzo di retta di regressione al fine di evidenziare il bias nei confronti dei valori target a varie concentrazioni	ON/OFF	5	5
5	Possibilità di partecipare a ciclo iniziato e di recuperare i campioni pregressi	ON/OFF	10	10
6	Assistenza tecnico e specialistica con personale dipendente residente in regione (documentare)	ON/OFF	10	10
7	Disponibilità Programma VEQ unico per Hb A1C ed A2	ON/OFF	5	5
8	Disponibilità programma VEQ unico per Torch/EBV	ON/OFF	10	10
9	Al maggior numero documentato di analiti presenti nel programma di chimica clinica	PROPORZIONALE	5	5
10	Materiale a matrice umana	ON/OFF	5	5

[Handwritten signature]

70

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO N. 6 - FARMACI BIOLOGICI E RELATIVI AUTOANTICORPI ALIFAX

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Possibilità di dosaggio di farmaco e anti-farmaco nello stesso kit	ON/OFF	5	5
2	Risultati quantitativi su curva di calibrazione per tutti i parametri richiesti di farmaco e anti- farmaco	ON/OFF	10	10
3	Protocollo analitico comune per tutti i parametri richiesti	ON/OFF	5	5
4	Range analitico sovrapponibile al range terapeutico raccomandato	ON/OFF	10	10
5	Strip con pozzetti divisibili singolarmente	ON/OFF	5	5
6	Utilizzo di puntale monouso per la dispensazione dei campioni e dei reagenti	ON/OFF	5	5
7	Validazione per ADA ed Inflixumab per Biosimilari	ON/OFF	10	10
8	Disponibilità di QC almeno su due livelli	ON/OFF	5	5
9	Inflixmab calibrato su standard WHO	ON/OFF	5	5
10	Tempi di esecuzione di tutte le metodiche inferiore a 120 minuti	ON/OFF	10	0

~~*~~

60

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO N. 7 - INFETTIVOLOGIA SPECIALE ALIFAX

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	In caso di proposta di uno o più strumenti, offerta di almeno uno strumento con Caricamento Random Access, con funzione <i>URGENZA</i>	ON/OFF	7.50	7,50
2	Maggior numero di test obbligatori eseguiti simultaneamente nella stessa seduta analitica, valutato anche	PROPORZIONALE	10	10
3	Analisi del maggior numero di Analiti, per i test obbligatori, con primo risultato utile nel minor tempo possibile, valutato anche per singolo strumento proposto.	PROPORZIONALE	10	10
4	Disponibilità dei kits per analiti auspicabili	PROPORZIONALE	10	10
5	Maggior numero di analiti obbligatori, offerti con tecnologia in Chemiluminescenza / Fluorescenza	PROPORZIONALE	15 <i>SE con Tecnologia Chemiluminescenza -Fluorescenza/ Offerta Con solo Tecnologia EIA = 4.00 (punti)</i>	15
6	Proposta di quanti più test obbligatori in monotest con controlli e calibratori integrati	PROPORZIONALE	10	10
7	Opportunità che almeno uno strumento possa dare il primo risultato entro 80 minuti.	ON/OFF	7,5	7,5


 70



13	Importazione dati QC attraverso lettura barcode 2D certificato di analisi	ON/OFF	3	3
4) Apparecchiature analitiche per dosaggi in immunoblotting (max. 7 pt)				
RIF	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
14	Strumento completamente automatico in tutte le fasi del processo, dalla diluizione del campione alla lettura delle strip	ON/OFF	4	4
15	Numero di strip processabili in un'unica seduta	PROPORZIONALE	3	3
5) Software gestionale di settore (max 12 pt)				
RIF	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
16	Operatività complessiva del software ed in particolar modo la valutazione e l'inserimento dei risultati degli esami IFA.	DISCREZIONALE Relazionare	4	4
17	Storico campione on-line sempre disponibile comprensivo di eventuali immagini IFA ed immagini delle strip immunoblot.	DISCREZIONALE Relazionare	3	3
18	Possibilità di controllare lo stato di completamento della seduta	ON/OFF	1	1
19	Possibilità di creare percorsi reflex attraverso algoritmi di validazione automatici.	DISCREZIONALE Relazionare	3	3
20	Modulo sieroteca per lo stoccaggio campione	ON/OFF	1	1
6) Reagenti (max 16 pt)				
RIF	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
21	Vetrini ANCA con neutrofili fissati in etanolo, in formalina e cellule HEp-2 nello stesso pozzetto.	ON/OFF	3	3
22	Anticorpi anti-cute specifici con la presenza di Envoplachina e Collagene tipo VII oltre a BP180, BP230, Desmogleina 1 e Desmogleina 3	ON/OFF	3	3
23	Maggior numero di analiti auspicabili proposti	PROPORZIONALE	6,5	6,5
24	Maggior numero di antigeni nei profili blot proposti	PROPORZIONALE	3,5	3,5

mfe

7) Servizio post-vendita (max 2 pt)				
RIF	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
25	Possibilità di "second opinion" per casi complessi attraverso servizio di Laboratorio certificato ISO 9001 attivo nella struttura dell'Azienda offerente	DISCREZIONALE Relazionare	2	2

R

70

Q

sub

MTE

LOTTO N. 9 - ALLERGOLOGIA ED AUTOIMMUNITÀ THERMO FISCHER

Elementi di giudizio	Criteri di valutazione	Punti	
Allergeni in fase solida	ON/OFF	10	10
Allergeni rari a confezionamento ridotto inferiore a 20 test	ON/OFF	8	8
Catalogo allergeni molecolari superiore a 90 test.	ON/OFF	8	8
Stabilità a bordo allergeni a confezione aperta (punteggio prorzionale)	Proporzionale	5	5
Offerta Triptasi	ON/OFF	8	8
Completezza offerta degli analiti indispensabili su unico strumento	ON/OFF	10	10
Antigeni per autoimmunità prodotti con tecnologia ricombinante	ON/OFF	5	5
Curva unica per isotipo antigenico IgG,IgA,IgM	ON/OFF	8	8
Calibrazioni eseguibili sul sistema in uso	ON/OFF	8	8




 70
 MB
 MTC

LOTTO N.10 - SISTEMA AUTOMATICO INTEGRATO PER LE IDENTIFICAZIONI (BIOCHIMICA E CON TECNOLOGIA MALDI-TOF) ED ANTIBIOGRAMMA DI BATTERI GRAM POSITIVI, GRAM NEGATIVI E MICETI

BIOMERIEUX

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Sistema identificazione biochimica ed antibiogramma: Strumentazione totalmente automatica "walk-away" con preparazione della sospensione batterica dell'antibiogramma, inoculo, sigillatura dei pannelli, caricamento nella stazione di lettura, interpretazione risultati (EUCAST), espulsione dei pannelli senza l'intervento dell'operatore	ON/OFF	10	10
2	Sistema identificazione biochimica ed antibiogramma: numero di posti disponibili	PROPORZIONALE	5	5
3	Sistema identificazione biochimica ed antibiogramma: Assenza di reattivi ausiliari prima e dopo l'inoculo dei pannelli d'identificazione e dell'antibiogramma.	ON/OFF	5	5
4	Sistema identificazione biochimica ed antibiogramma: Pannelli d'identificazione biochimica separati da quelli dell'antibiogramma.	ON/OFF	5	5
5	Sistema identificazione biochimica ed antibiogramma: Identificazione ed antimicogramma dei Lieviti	ON/OFF	5	5
6	Sistema identificazione MALDI-TOF: matrici pronte all'uso e piastrine monouso barcodeate.	ON/OFF	10	10
7	Sistema identificazione MALDI-TOF - Software: il sistema fornito deve possedere un software web based, collegato al LIS, che consenta di gestire con un'unica interfaccia le identificazioni eseguite con il sistema MALDI-TOF e i test eseguiti con il sistema di identificazione biochimica ed antibiogramma.	ON/OFF	5	5
8	Sistema identificazione MALDI-TOF – Reagenti ed accessori: Fornitura di kit marcato CE/IVD per la identificazione di micobatteri e funghi filamentosi.	ON/OFF	5	5

MB &
MFE

9	Sistema identificazione MALDI-TOF: Fornitura di kit marcato CE/IVD per l'identificazione diretta da flacone di emocolture positivo	ON/OFF	10	10
10	Sistema identificazione MALDI-TOF: possibilità di caricamento in continuo con possibilità di esecuzione in urgenza del campione	ON/OFF	10	10

esp

R

~~*R*~~

MFE

70

LOTTO N.11 - SISTEMA AUTOMATICO PER L'ESECUZIONE DELL'ANTIBIOGRAMMA ED ANTIMICOGRAMMA DI SECONDO LIVELLO CON DETERMINAZIONE DELLA MIC MEDIANTE TECNICA DI MICRODILUIZIONE IN BRODO TERMO FISCHER

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Pannelli antibiogramma miceti: Sistema per la determinazione in vitro della MIC reale di antimicotici con metodo microdiluzione in brodo in piastre da 96 pozzetti	ON/OFF	10	10
2	Pannelli antibiogramma miceti: il test deve consentire la valutazione di almeno 9 antimicotici, inclusi isavuconazolo e le echinocandine anidulafungina, caspofungina, micafungina	ON/OFF	5	5
3	Pannelli per antibiogramma batteri gram negativi multi resistenti (MDRO): il test deve consentire la valutazione dei seguenti antibiotici: colistina, cefiderocol, meropenem/vaborbactam, imipenem/relebactam, ceftalozane/tazobactam, ceftazidime/avibactam	ON/OFF	15	15
4	Pannelli per antibiogramma stafilococchi: il test deve consentire la valutazione dei seguenti antibiotici: ceftarolina, daptomicina, telavancina	ON/OFF	10	10
5	Pannelli per antibiogramma gram positivi: il test deve consentire la valutazione dei seguenti antibiotici: ceftarolina, daptomicina, ceftobiprole	ON/OFF	10	10
6	Pannelli per antibiogramma anaerobi: conforme ai breakpoint EUCAST con inoculo senza preventiva incubazione in anaerobiosi in termostato	ON/OFF	5	5
7	Pannelli per antibiogramma batteri gram negativi multi resistenti (MDRO) e Pseudomonas/Acinetobacter: conformità ai limiti dei criteri imposti dalla ISO 20776-2 in termini di riproducibilità, %EA(Essential Agreement) e %CA (Categorical Agreement) dei limiti di sensibilità, applicati ai relativi Breakpoint EUCAST per Enterobacteriaceae, Pseudomonas e Acinetobacter	ON/OFF	10	10
8	Fornitura di uno strumento di backup con tecnologia di lettura ottica o fluorescente	ON/OFF	5	5

[Signature] [Signature] [Signature]

 70


LOTTO N.12 - SISTEMI AUTOMATICI PER EMOCOLTURA E LIQUIDI BIOLOGICI ED ESAME COLTURALE DEI MICOBATTERI COMPRESIVO DI ANTIMICOBATTERIOGRAMMA SU TUTTE LE MATRICI BIOLOGICHE

BD

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Tecnologia in fluorescenza per gli strumenti per Emocoltura e Micobatteri	ON/OFF	3	3
2	Flaconi per micobatteri da campioni ematici pronti all'uso e senza aggiunta di supplementi	ON/OFF	5	5
3	Provette in plastica con tappo a vite per coltura liquida BK per la sicurezza degli operatori	ON/OFF	10	10
4	Antimicobatteriogramma con lettura ed interpretazione (S/R) in automatico	ON/OFF	10	10
5	Strumenti con calibrazione automatica	ON/OFF	5	5
6	Provette e Flaconi conservabili a temperatura ambiente	ON/OFF	5	5
7	Possibilità di variare (aumentare o diminuire) il protocollo di incubazione per singolo flacone a discrezione dell'operatore	ON/OFF	4	4
8	Fornitura di Test immunocromatografico per l'identificazione rapida del <i>Mycobacterium tuberculosis complex</i> da terreno liquido	ON/OFF	5	5
9	Fornitura di un Sistema di raccolta del campione respiratorio in completa sicurezza	ON/OFF	3	3
10	Sistema I e II (Apparecchiatura automatica per la coltura e l'isolamento di microorganismi da campioni di sangue e da liquidi biologici): numero flaconi caricabili a bordo	PROPORZIONALE	7	7
11	Sistema III (Apparecchiatura automatica per la coltura e l'isolamento di microorganismi per micobatteri): numero flaconi caricabili a bordo	PROPORZIONALE	7	7
12	Fornitura di dispositivi per la subcoltura diretta dal flacone alla piastra	ON/OFF	6	6

 70





LOTTO N.13 SISTEMA PER LA SEMINA AUTOMATICA DI CAMPIONI MICROBIOLOGICI VARI *BECKMAN*

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Caricamento dei campioni in modalità casuale senza interrompere l'operatività della macchina	ON/OFF	5	5
2	Funzione automatica di apertura e chiusura dei campioni	ON/OFF	5	5
3	Agitazione del singolo campione prima della semina	ON/OFF	5	5
4	Massimo numero di diversi tipi di terreni caricabili a bordo macchina	PROPORZIONALE	5	5
5	Attività operatore per carico/scarico piastre	PROPORZIONALE	5	5
6	Inoculo automatico dei brodi di arricchimento	ON/OFF	5	5
7	Verifica della congruità del barcode del campione applicato sulla piastra seminata	ON/OFF	4	4
8	Controllo dell'avvenuto prelievo del campione	ON/OFF	4	4
9	Codici a barre per i vetrini resistenti ai processi di colorazione	ON/OFF	4	4
10	Possibilità di caricamento casuale di contenitori primari del campione aventi diverse dimensioni	ON/OFF	3	3
11	Semina con ansa riutilizzabile	ON/OFF	3	3
12	Operatività della macchina sotto filtro HEPA	ON/OFF	4	4
13	Ingombro operativo necessario per l'installazione e l'uso dello strumento	PROPORZIONALE	15	15
14	Possibilità di semina di 2 campioni sulla stessa piastra	ON/OFF	3	0

[Handwritten signatures and marks]
 67

LOTTO N.14 TERRENI DI COLTURA PRONTI IN PIASTRE PETRI, TEST VARI E MATERIALI DI USO COMUNE

TERMO FISCHER

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Offerta VEQ con report di elaborazione statistica anche on-line che tenga conto, differenziandole nel punteggio, delle diverse tipologie di microrganismi (isolamento frequente o raro e con risultati attesi disponibili nelle 24h dalla chiusura del circuito) – Fornire esempio di Report	ON/OFF	20	20
2	Produzione propria di almeno il 75% dei prodotti del lotto da parte della Ditta aggiudicatrice	ON/OFF	20	20
3	Fornitura di VEQ microbiologia/antibiogramma almeno 12 spedizioni all'anno	ON/OFF	10	10
4	Fornitura di VEQ parassitologia fecale (almeno 8 spedizioni annuali)	ON/OFF	10	10
5	Piastre con diametro di circa 90 mm, con tacche di ventilazione e formato ad incastro per l'impilamento.	ON/OFF	10	10

~~✗~~




~~70~~

MB

Q MRE

LOTTO N.16 SISTEMA AUTOMATICO PER LA COLORAZIONE DI VETRINI DI INTERESSE MICROBIOLOGICO VANICA

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	La strumentazione deve prevedere un sistema che impedisca la fuoriuscita di aerosol e garantisca la sicurezza dell'operatore. Saranno valutate la qualità, le caratteristiche tecniche intrinseche e la metodologia, attraverso l'esame della documentazione e relazione fornita.	DISCREZIONALE	15	15
2	Tutti i reagenti devono essere a bassa tossicità cancerogena e devono riportare in chiaro tutte le frasi di rischio /pittogrammi. Documentare.	ON/OFF	15	15
3	La strumentazione deve prevedere reagenti pronti all'uso	ON/OFF	10	10
4	La strumentazione deve essere idonea a supportare un carico di lavoro di circa 12 vetrini a seduta	PROPORZIONALE	10	10
5	I reagenti in uso devono rimanere tappati permettendo l'invio di colorante al sistema di colorazione solo attraverso tubi di raccordo per evitare contatti con l'ambiente esterno.	ON/OFF	10	10
6	La strumentazione deve prevedere un sistema di fissaggio automatico per la colorazione di Gram	ON/OFF	5	5
7	Fornitura dei reagenti singoli e non in Kit per una migliore ottimizzazione nell'uso dei reagenti	ON/OFF	5	5

 70

 mfe

LOTTO N.16 SISTEMA AUTOMATICO PER LA COLORAZIONE DI VETRINI DI INTERESSE MICROBIOLOGICO DELCON

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	La strumentazione deve prevedere un sistema che impedisca la fuoriuscita di aerosol e garantisca la sicurezza dell'operatore. Saranno valutate la qualità, le caratteristiche tecniche intrinseche e la metodologia, attraverso l'esame della documentazione e relazione fornita.	DISCREZIONALE	15	12
2	Tutti i reagenti devono essere a bassa tossicità cancerogena e devono riportare in chiaro tutte le frasi di rischio /pittogrammi. Documentare.	ON/OFF	15	15
3	La strumentazione deve prevedere reagenti pronti all'uso	ON/OFF	10	10
4	La strumentazione deve essere idonea a supportare un carico di lavoro di circa 12 vetrini a seduta	PROPORZIONALE	10	7,5
5	I reagenti in uso devono rimanere tappati permettendo l'invio di colorante al sistema di colorazione solo attraverso tubi di raccordo per evitare contatti con l'ambiente esterno.	ON/OFF	10	10
6	La strumentazione deve prevedere un sistema di fissaggio automatico per la colorazione di Gram	ON/OFF	5	5
7	Fornitura dei reagenti singoli e non in Kit per una migliore ottimizzazione nell'uso dei reagenti	ON/OFF	5	5

~~6415~~

MB
[Signature] *MTE*

LOTTO N.16 SISTEMA AUTOMATICO PER LA COLORAZIONE DI VETRINI DI INTERESSE MICROBIOLOGICO

MEDI

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	La strumentazione deve prevedere un sistema che impedisca la fuoriuscita di aerosol e garantisca la sicurezza dell'operatore. Saranno valutate la qualità, le caratteristiche tecniche intrinseche e la metodologia, attraverso l'esame della documentazione e relazione fornita.	DISCREZIONALE	15	12
2	Tutti i reagenti devono essere a bassa tossicità cancerogena e devono riportare in chiaro tutte le frasi di rischio /pittogrammi. Documentare.	ON/OFF	15	15
3	La strumentazione deve prevedere reagenti pronti all'uso	ON/OFF	10	10
4	La strumentazione deve essere idonea a supportare un carico di lavoro di circa 12 vetrini a seduta	PROPORZIONALE	10	0
5	I reagenti in uso devono rimanere tappati permettendo l'invio di colorante al sistema di colorazione solo attraverso tubi di raccordo per evitare contatti con l'ambiente esterno.	ON/OFF	10	10
6	La strumentazione deve prevedere un sistema di fissaggio automatico per la colorazione di Gram	ON/OFF	5	5
7	Fornitura dei reagenti singoli e non in Kit per una migliore ottimizzazione nell'uso dei reagenti	ON/OFF	5	5

~~57~~

MFB

MFC

LOTTO N. 17 - SISTEMA PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA IN FIA

QUIDEL

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Conservazione dei kit a temperatura ambiente	ON/OFF	10	10
2	Sistema di lettura in FIA: Riconoscimento automatico di lotto, scadenza, tipologia di test, tramite bar code integrato sul dispositivo	ON/OFF	5	5
3	Sistema di lettura in FIA: Tempo di esecuzione dei test	PROPORZIONALE	5	4,75
4	Sistema di lettura in FIA: Stampante	ON/OFF	5	5
5	Sistema di lettura in FIA: Schermo touch screen	ON/OFF	5	5
6	Sistema di lettura in FIA: Modalità di archiviazione risultati memorizzati	ON/OFF	5	5
7	Stabilità dei reagenti di almeno 9 mesi alla consegna	ON/OFF	10	10
8	Possibilità di test combinati per GDH e Tox C. difficile	ON/OFF	10	10
9	il Kit diagnostico Streptococco pneumonie deve essere validato CE-IVD anche su campioni di liquor	ON/OFF	10	10
10	Presenza di tutti i reagenti e materiali necessari per l'esecuzione dei test forniti nel kit compreso i controlli	ON/OFF	5	5

~~*~~ 69,75

ms




MFC

LOTTO N. 17 - SISTEMA PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA IN FIA

RELAB

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Conservazione dei kit a temperatura ambiente	ON/OFF	10	10
2	Sistema di lettura in FIA: Riconoscimento automatico di lotto, scadenza, tipologia di test, tramite bar code integrato sul dispositivo	ON/OFF	5	5
3	Sistema di lettura in FIA: Tempo di esecuzione dei test	PROPORZIONALE	5	5
4	Sistema di lettura in FIA: Stampante	ON/OFF	5	5
5	Sistema di lettura in FIA: Schermo touch screen	ON/OFF	5	5
6	Sistema di lettura in FIA: Modalità di archiviazione risultati memorizzati	ON/OFF	5	5
7	Stabilità dei reagenti di almeno 9 mesi alla consegna	ON/OFF	10	10
8	Possibilità di test combinati per GDH e Tox C. difficile	ON/OFF	10	10
9	il Kit diagnostico Streptococco pneumonie deve essere validato CE-IVD anche su campioni di liquor	ON/OFF	10	10
10	Presenza di tutti i reagenti e materiali necessari per l'esecuzione dei test forniti nel kit compreso i controlli	ON/OFF	5	5


 70



 MTE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI (LOTTI N. 31), DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA ED ALLE UU.OO.SS.DD. MICROBIOLOGIA – GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI DELL'AORN "S.ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA. N. GARA 9108112

VERBALE N. 12 del 17/04/2024

In data 17/04/2024 alle ore 9:30 presso gli Uffici amministrativi della UOC Provveditorato ed Economato di questa AORN ubicati al piano I della Palazzina "A", sita in Caserta, alla via Palasciano, si costituisce - in seduta riservata - la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 962 del 19.10.2023, ai sensi dell'art. 77 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura indetta sulla Piattaforma elettronica SIAPS, per l'affidamento di durata quinquennale secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), fatta eccezione del Lotto n. 1 da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art 95, comma 4 lett b) del medesimo decreto, della fornitura in noleggio di Sistemi Diagnostici completi da destinare alla UOC Patologia Clinica ed alle UU.OO.SS.DD. Microbiologia, Genetica e Biologia Molecolare, tutte afferenti al Dipartimento Servizi Sanitari di questa AORN.

La Commissione Giudicatrice presente è composta come di seguito:

- **Presidente: Dott.ssa Sonia Anna Raimondi** – *Direttore UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente: Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia** – *Dirigente Farmacia Ospedaliera - AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente: Dr. Mario Cortellessa** – *Direttore UOC Patologia Clinica P.O. Piedimonte Matese – ASL di Caserta.*

È presente, altresì, la dott.ssa Maria Fatima Corvino, Assistente Amministrativo presso la UOC Provveditorato ed Economato, che assume le funzioni di segretario verbalizzante in sostituzione della Dott.ssa Rosa Improda (giusta Deliberazione del D.G. n. 252/2024).

PREMESSO CHE

Con verbale n. 6 del 13.11.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto:

- al download della busta tecnica telematica (su Piattaforma SIAPS) dei nn. 31 lotti in gara;
- alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte concorrenti rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- alla richiesta di precisazioni tecniche in merito alla suddetta documentazione alle Ditte Fujirebio Italia S.r.l. (lotto n. 3), Becton Dickinson Italia S.p.a (lotto 12), Delcon S.r.l. (lotto 16), Effegiemme (lotto 21).

Con Verbale n. 7 del 12.12.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha:

- preso atto dei riscontri pervenuti dalle Ditte concorrenti, nei cui confronti sono state richieste precisazioni tecniche in merito alla documentazione tecnica con le risultanze ivi indicate (Cf Verbale n. 6 del 13.11.2023);
- provveduto alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per i Lotti 1,2,3,4,5,6,7.

Con Verbale n. 8 del 09.01.2024 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per i Lotti 8,9,10,11,12,13,14,15.

Con Verbale n. 9 del 16.01.2024 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per i Lotti nn. 16,17,18 e 19;

Con Verbale n. 10 del 14.03.2024 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per i Lotti nn. 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31;

Con Verbale n. 11 del 19.03.2024 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto all'attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi per ciascuna delle Ditte partecipanti dal Lotto n. 2 al Lotto n. 17, ad eccezione del lotto 15 per il quale ha evidenziato la necessità di richiedere alla Ditta Liofilchem Srl il chiarimento ivi espresso e qui richiamato e trascritto.

TANTO PREMESSO

Nella seduta odierna la Commissione Giudicatrice procede alla verifica delle precisazioni tecniche fornite dalla Ditta Liofilchem Srl e precisa che nella valutazione degli elementi di giudizio prende in considerazione solo il numero dei singoli antibiotici testati e non quelli riportati nell'elenco più volte. Procede, pertanto, all'attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi per ciascuna delle Ditte partecipanti al Lotto n. 15, così come riportato nella tabella riepilogativa

allegata.

Successivamente, la stessa Commissione completa l'attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi per ciascuna delle Ditte partecipanti dal Lotto n. 18 al Lotto n. 31, con le risultanze indicate nelle tabelle riepilogative allegate al presente verbale.

La Commissione chiude i lavori alle ore 12:00 e decide di indire la prossima seduta a data da destinarsi per l'apertura della busta economica.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.


IL PRESIDENTE

Dott.ssa Sonia Anna Raimondi




I COMPONENTI

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia




I COMPONENTI

Dott. Mario Cortellessa



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Maria Fatima Corvino



LOTTO N.15 TERRENI CROMOGENI E SAGGI DI SENSIBILITA' A GRADIENTE CONTINUO

L10 FILCHEM

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Numero di antibiotici per gram negativi offerti.	PROPORZIONALE	10	10
2	Numero di antibiotici di ultima generazione per gram negativi offerti	PROPORZIONALE	15	8,25
3	Numero di antibiotici per gram positivi offerti	PROPORZIONALE	10	10
4	Numero di antibiotici di ultima generazione per gram positivi offerti	PROPORZIONALE	15	12
5	Sistema MIC in piastra a gradiente continuo: Supporto in plastica	ON/OFF	20	0

MB

[Signature]

mfo

40,25

LOTTO N.15 TERRENI CROMOGENI E SAGGI DI SENSIBILITA' A GRADIENTE CONTINUO

BIOMERIEUX

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Numero di antibiotici per gram negativi offerti.	PROPORZIONALE	10	7,3
2	Numero di antibiotici di ultima generazione per gram negativi offerti	PROPORZIONALE	15	15
3	Numero di antibiotici per gram positivi offerti	PROPORZIONALE	10	5,1
4	Numero di antibiotici di ultima generazione per gram positivi offerti	PROPORZIONALE	15	15
5	Sistema MIC in piastra a gradiente continuo: Supporto in plastica	ON/OFF	20	20

62,4

MFB

MFE




LOTTO N. 18 - DESCRIZIONE: SISTEMI PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA IN IMMUNOCROMATOGRAFIA

MERIDIAN

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Conservazione dei kit a temperatura ambiente	ON/OFF	10	0
2	Sensibilità e specificità valutate rispetto ai metodi di riferimento (gold standard) o con numero statisticamente valido di campioni testati	ON/OFF	15	15
3	Scadenza kit minimo 12 mesi	ON/OFF	15	15
4	Sito web aziendale da cui poter scaricare schede di sicurezza, metodiche, manuali e quant'altro	ON/OFF	10	10
5	Certificazioni da parte di Enti Certificatori esterni (es. FDA, etc)	ON/OFF	10	10
6	il Kit diagnostico Streptococco pneumonie deve essere validato CE-IVD anche su campioni di liquor	ON/OFF	10	10

60

MB

MFE

R

LOTTO N.19 - TEST RAPIDI RESISTENZE BATTERICHE

DID

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Certificazione dei controlli analitici di qualità (possibilità di reperirli on-line)	ON/OFF	10	0
2	Carbamenepasi: identificazione da colonia di KPC, OXA, VIM, NDM e IMP sulla stessa card	ON/OFF	20	20
3	Carbamenepasi: possibilità di rilevazione da emocoltura positiva	ON/OFF	20	20
4	Beta lattamasi: rilevazione dei gruppi 1 - 2 - 8 - 9 -25	ON/OFF	20	20

~~60~~







mfe

ALIFAX

LOTTO N.20 - DISPOSITIVI VARI ED ACCESSORI PER INDAGINI MICOLOGICHE

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Tecnologia in monotest	ON/OFF	15	15
2	Ric. Beta D-Glucano: metodo offerto Saranno valutate la tipologia, la metodologia e l'accuratezza della metodica rispetto al Gold-Standard di riferimento	DISCREZIONAL E	25	25
3	Ric. Cryptococcus: metodo offerto Saranno valutate la tipologia, la metodologia e l'accuratezza della metodica rispetto al Gold-Standard di riferimento	DISCREZIONAL E	10	10
4	Beta D-Glucano: limite di sensibilità < 35 pg/ml	PROPORZIONA LE	20	20

~~70~~

MB

[Signature]
mfe

[Signature]

ARROW

LOTTO N.20 - DISPOSITIVI VARI ED ACCESSORI PER INDAGINI MICOLOGICHE

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Tecnologia in monotest	ON/OFF	15	15
2	Ric. Beta D-Glucano: metodo offerto Saranno valutate la tipologia, la metodologia e l'accuratezza della metodica rispetto al Gold-Standard di riferimento	DISCREZIONAL E	25	25
3	Ric. Cryptococcus: metodo offerto Saranno valutate la tipologia, la metodologia e l'accuratezza della metodica rispetto al Gold-Standard di riferimento	DISCREZIONAL E	10	10
4	Beta D-Glucano: limite di sensibilità < 35 pg/ml	PROPORZIONA LE	20	0

~~50~~

msb

[Signature]

mfe

[Signature]

CLONITH

LOTTO N.20 - DISPOSITIVI VARI ED ACCESSORI PER INDAGINI MICOLOGICHE

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Tecnologia in monotest	ON/OFF	15	15
2	Ric. Beta D-Glucano: metodo offerto Saranno valutate la tipologia, la metodologia e l'accuratezza della metodica rispetto al Gold-Standard di riferimento	DISCREZIONAL E	25	25
3	Ric. Cryptococcus: metodo offerto Saranno valutate la tipologia, la metodologia e l'accuratezza della metodica rispetto al Gold-Standard di riferimento	DISCREZIONAL E	10	10
4	Beta D-Glucano: limite di sensibilità < 35 pg/ml	PROPORZIONA LE	20	0

~~50~~

sub

[Signature]

mfe

[Signature]

ESTOR

LOTTO N.22 - TEST CLIA PER LA RICERCA DELL'ATTIVITA' DELL'ENDOTOSSINA SU SANGUE INTERO

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Fornitura di tutti gli accessori necessari all'esecuzione del test (Pipette calibrate, puntali, vortex, incubatore e agitatore)	ON/OFF	15	15
2	Fornitura di strumentazione in chemiluminescenza	ON/OFF	15	15
3	Fornitura di Controllo di qualità del saggio	ON/OFF	15	15
4	Tempo massimo di esecuzione test < 1h	ON/OFF	15	15
5	Certificazione FDA	ON/OFF	10	10

msb

[Signature]

mfe

70
[Signature]

BD

LOTTO N. 23 - SISTEMA AUTOMATICO PER L'IDENTIFICAZIONE BATTERICA E L'ANTIBIOGRAMMA IN TEMPI RAPIDI DA EMOCOLTURA POSITIVA DI PAZIENTI CRITICI.

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Possibilità di scegliere se effettuare test di identificazione e antibiogramma o solo antibiogramma, a seconda delle esigenze del laboratorio, su medesima piattaforma	ON/OFF	15	15
2	Possibilità di avere un unico pannello per identificazione e antibiogramma sia di GRAM + che di GRAM-	ON/OFF	10	10
3	Possibilità di ottenere identificazione e antibiogramma anche su campioni polimicrobici (documentabile)	ON/OFF	10	10
4	Possibilità di gestire la fase di report del risultato finale anche su piattaforme esterne (email/telefoni) e da remoto per un rapido consulto clinico/microbiologico, con inoltro automatico del report ad un numero definito di persone, soprattutto durante le ore di chiusura del laboratorio	ON/OFF	10	10
5	Marchatura FDA	ON/OFF	5	5
6	Il sistema deve avere il più alto grado di automazione possibile: l'intervento manuale del personale di laboratorio deve essere estremamente limitato e standardizzato; semplicità di utilizzo e flusso di lavoro continuo 24/24 per 365 giorni all'anno, in modo tale da consentire l'utilizzo in urgenza anche a personale non specializzato	ON/OFF	10	10
7	Possibilità di inviare i referti per mail	ON/OFF	10	10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
70
mre

BIOMERIEUX

LOTTO N.24 - SISTEMA AUTOMATICO PER LA RICERCA ACIDI NUCLEICI (DNA/RNA) CON TECNOLOGIA MULTIPLEX PCR PER UN APPROCCIO DIAGNOSTICO DI TIPO SINDROMICO PER LE MENINGOENCEFALITI, LE INFEZIONI RESPIRATORIE E LE INFEZIONI GASTROENTERICHE

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Reagenti trasportati e conservati a temperatura ambiente.	ON/OFF	5	5
2	Moduli analitici offerti (Numero moduli)	PROPORZIONALE	20	20
3	Pannello patogeni meningiti ed encefaliti (numero target)	PROPORZIONALE	5	5
4	Pannello patogeni meningiti ed encefaliti (Presenza CMV)	ON/OFF	5	5
5	Pannello patogeni respiratori (numero target)	PROPORZIONALE	5	5
6	Pannello patogeni respiratori (Presenza di SARS CoV2)	ON/OFF	5	5
7	Pannello patogeni responsabili di gastroenteriti (numero target)	PROPORZIONALE	5	5
8	L'intero processo di analisi deve avvenire su un unico pannello senza alcun intervento dell'operatore esclusa la fase di caricamento iniziale.	ON/OFF	5	5
9	Tempo di esecuzione a partire dal caricamento del campione fino al rilascio del risultato (max 2 ore)	ON/OFF	10	10
10	Limite di rilevamento per SARS CoV2: valore	PROPORZIONALE	5	5

MB

[Signature]

mte

70
[Signature]

BIO MERIEUX

LOTTO N.25 SISTEMA AUTOMATICO PER LA RICERCA ACIDI NUCLEICI (DNA/RNA) CON TECNOLOGIA MULTIPLEX PCR PER UN APPROCCIO DIAGNOSTICO DI TIPO SINDROMICO PER LE INFEZIONI POLMONARI, DA SETTICEMIA ED OSTEOARTICOLARI

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Reagenti trasportati e conservati a temperatura ambiente.	ON/OFF	10	10
2	Tempo di esecuzione per tutti i test di < 120 min.	ON/OFF	15	15
3	Dimensioni contenute dello strumento offerto. Al sistema con minor ingombro sarà attribuito il punteggio massimo	PROPORZIONALE	5	5
4	Pannello infezioni respiratorie delle basse vie: numero di antibiotico resistenze identificato	PROPORZIONALE	5	5
5	Pannello infezioni respiratorie delle basse vie: sarà valutata la possibilità di analisi semi-quantitativa delle identificazioni dei principali microrganismi sulla base della documentazione tecnica e scientifica allegata	DISCREZIONALE	5	5
6	Pannello patogeni responsabili di sepsi (numero identificazioni ed antibioticoresistenze)	PROPORZIONALE	10	10
7	L'intero processo di analisi deve avvenire su un unico pannello senza alcun intervento dell'operatore esclusa la fase di caricamento iniziale.	ON/OFF	15	15
8	Presenza di due controlli eseguiti contemporaneamente alla seduta	ON/OFF	5	5

sub

[Signature]

mte

70

ARROW

LOTTO N.26 - SISTEMA ESTRAZIONE-AMPLIFICAZIONE PER INDAGINI MICROBIOLOGICHE VARIE IN PCR Real Time

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Infezioni respiratorie: numero di target rilevati	PROPORZIONALE	6	6
2	Infezioni gastrointestinali: numero di target rilevati	PROPORZIONALE	6	6
3	Infezioni sessualmente trasmissibili: numero di target rilevati	PROPORZIONALE	6	6
4	Infezioni parassitarie da Elminti: numero di target rilevati	PROPORZIONALE	8	8
5	Infezioni trasmesse dalle zecche: numero di target rilevati	PROPORZIONALE	8	8
6	Presenza di sistema di anticontaminazione enzimatico (UNG o similari) incluso nella master mix di reazione per la maggior parte dei target a DNA	ON/OFF	5	5
7	Fornitura di un unico kit per estrarre contemporaneamente DNA e RNA per tutte le matrici	ON/OFF	5	5
8	Le metodiche offerte in completa automazione non devono prevedere movimentazioni di ampliconi per evitare contaminazioni ambientali (unica reazione di amplificazione Real Time PCR)	ON/OFF	5	5
9	Presenza del controllo interno per la fase di estrazione ed amplificazione in ogni tubo/pozzetto di reazione dei pannelli offerti	ON/OFF	5	5
10	Livello di automazione dell'intero processo analitico, dall'estrazione fino al risultato. Sarà dato maggior punteggio al minor numero di interventi da parte dell'operatore	PROPORZIONALE	6	6
11	Possibilità di estrarre il campione direttamente da tubo primario per la maggior parte delle matrici	ON/OFF	5	5
12	Flessibilità nella gestione del numero di campioni da processare con la possibilità di gestire un numero di campioni inferiore/uguali a 10 senza spreco di reagenti.	ON/OFF	5	5

ARB

[Handwritten signature]

70
MTE

CEPHED

LOTTO N. 27 - SISTEMA AUTOMATICO (ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RIVELAZIONE) CON METODICA REAL TIME PCR PREVALENTEMENTE PER LA DIAGNOSTICA MICROBIOLOGICA D'URGENZA.

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Strumento modulare con possibilità di espansione: numero di moduli offerti in proporzione alla richiesta diagnostica	PROPORZIONALE	10	10
2	Sistema di estrazione meccanica ad ultrasuoni per campioni difficili	ON/OFF	10	10
3	Tempi di esecuzione inferiori a 120 minuti	PROPORZIONALE	5	5
4	Minima manipolazione del campione: sarà valutata la metodologia di preparazione del campione riferito al minimo contatto con l'operatore	DISCREZIONALE	10	10
5	Possibilità di effettuare tutta la procedura (dall'estrazione alla rivelazione) nella medesima area	ON/OFF	5	5
6	Possibilità di effettuare contestualmente l'identificazione del Micobatterio tubercolare e delle resistenze: numero di farmaci	PROPORZIONALE	10	10
7	Possibilità di eseguire metodiche diverse e con diversi profili termici contemporaneamente.	ON/OFF	5	5
8	Possibilità di rilevare e differenziare tutti i genotipi seguenti: KPC, NDM, VIM, OXA 48, 181, 232 e IMP	PROPORZIONALE	10	10
9	Possibilità di rilevare e differenziare la meticillinoresistenza in diversi distretti microbiologici	ON/OFF	5	5

MB

[Handwritten signature]

MFE

70

RELAB

LOTTO N. 28 - DESCRIZIONE: SISTEMA AUTOMATICO (ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RIVELAZIONE) CON METODICA REAL TIME PCR PREVALENTEMENTE PER LA DIAGNOSTICA VIROLOGICA D'URGENZA.

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti	
1	Strumento modulare con possibilità di espansione per l'UOSD Microbiologia (numero moduli analitici)	PROPORZIONALE	10	10
2	Possibilità di fornire 1 strumentazione aggiuntiva per il Settore Urgenze UOC Patologia Clinica (almeno 2 moduli analitici)	PROPORZIONALE	10	10
3	Tempi di esecuzione inferiori a 120 minuti	PROPORZIONALE	5	5
4	Reagenti e consumabili integrati in cartuccia monouso pronta all'uso	ON/OFF	5	5
5	Dengue: possibilità di rilevazione dei sierotipi 1;2;3;4	ON/OFF	10	10
6	Arbovirus: possibilità di identificare sulla stessa cartuccia più virus: specificare specie e numero	PROPORZIONALE	10	10
7	Micobatteri: possibilità di differenziazione tra tubercolare e non tubercolare simultaneamente	ON/OFF	10	10
8	Sistema in grado di assicurare la tracciabilità del campione, dei reagenti tramite lettura dei codici a barre: sarà valutata la documentazione tecnica e scientifica a supporto	DISCREZIONALE	5	5
9	Conservazione dei reagenti a temperatura ambiente	ON/OFF	5	5

MB

[Signature]

mfe

70

ROCKE

LOTTO N.29 UN SISTEMA AUTOMATICO PER LA RICERCA QUALI/QUANTITATIVA DEGLI ACIDI NUCLEICI VIRALI DI HBV, HCV, HIV MEDIANTE REAZIONE DI REAL TIME PCR

Rif	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	PUNTI	
1	Possibilità di lavoro in completa e totale automazione dalla fase di estrazione alla fase di rilevazione senza intervento dell'operatore (trasporto o movimentazione piastre)	ON /OFF	5	5
2	Possibilità di gestione automatizzata della provetta primaria dei controlli	ON /OFF	4	4
3	Estrattore automatico che offra la possibilità di gestire provette primarie di diverso diametro ed altezza contemporaneamente	ON /OFF	4	4
4	Estrattore automatico che offra la possibilità di trasferire acidi nucleici estratti in strip contenenti master mix in completa automazione	ON /OFF	5	5
5	Spettrometro per la qualificazione in microvolumi (0.5- 2,0 μ), senza diluizione, degli acidi nucleici estratti comprensivo di software	ON /OFF	4	4
6	Sistema enzimatico di decontaminazione da carry over pronto all'uso e già incluso nei reagenti di master mix con specifici protocolli validati per tutti i test richiesti	ON /OFF	5	5
7	Reagenti pronti all'uso inseriti in un unico contenitore chiuso barcodato e senza nessuna manipolazione degli stessi da parte dell'operatore degli stessi da parte dell'operatore	ON /OFF	5	3
8	Identificazione dei mutanti pre – core di HBV	ON /OFF	5	5
9	Dual target HIV per la corretta valutazione di eventuali mutazioni associate a farmacoresistenze	ON /OFF	5	5
10	Doppia sonda di rilevazione per HCV a garanzia del riconoscimento di tutti i genotipi virali noti e potenziali nuove forme polimorfiche	ON /OFF	5	5
11	Nessuna necessità di calibrazione (curva master)	ON /OFF	5	5

12	Caricamento in continuo dei campioni	ON /OFF	4	4
13	Presenza di un porta dedicata alle urgenze emergenze (Porta STAT)	ON /OFF	5	5
14	Doppio volume di campionamento	ON /OFF	5	5
15	Reagenti tutti conservabili a 2-8 °C	ON /OFF	4	4

ms

[Signature]


mye

[Signature] 70

ELITECH GROUP

LOTTO N.30 - RILEVAZIONE E IL MONITORAGGIO DEI PRINCIPALI VIRUS DI INTERESSE TRAPIANTOLOGICO COMPRENSIVO DI ESTRATTORE PREPARATORE DI PCR E DI AMPLIFICATORE/RILEVATORE

Rif.	Elementi di valutazione	Criteri di valutazione	Punti	
	Sistema			
1	Sistema, composto da più strumenti "sample to result" e completamente "walkaway". Il sistema deve garantire possibilità di "mirroring" delle piattaforme e back up intrinseco anche all'interno di una singola piattaforma	SI/NO	8	8
2	Tempo di esecuzione singola analisi a partire dal caricamento del campione primario fino al rilascio del risultato (per eventuali urgenze) entro le 3 ore	SI/NO	5	5
4	Cartucce di estrazione unitarie pre-caricate con tutti i reattivi, pronte all'uso e barcodeate, che estraggono dalla stessa cartuccia unica DNA , RNA e da tutti i tipi di matrici.	SI/NO	8	8
5	Maggior numero di matrici validate per il kit di estrazione che deve essere unico per i target a DNA e RNA richiesti (verrà assegnato il maggior punteggio alla Ditta che offre il maggior numero di matrici validate con l'unico kit di estrazione)	PROPORZIONALE	6	6
6	Possibilità di conservazione recupero e stoccaggio dell'eluato di estrazione in provetta singola barcodeabile per permettere ulteriori indagini diagnostiche	SI/NO	5	5
7	Utilizzo di sonde MGB (minor groove binder)	SI/NO	8	8
8	Ridotto uso di calibratori per ogni seduta analitica. Indicare frequenza necessaria (per i kit che richiedono una minore frequenza di calibrazione verrà assegnato il punteggio maggiore)	PROPORZIONALE	5	5
9	Ridotto uso di controlli positivi e negativi per ogni seduta analitica(per i kit che richiedono una minore frequenza di controlli verrà assegnato il punteggio maggiore)	PROPORZIONALE	5	5
10	Possibilità di avere un kit dedicato per il plasma e/o matrici acellulari in grado di partire da un volume di 1 mL in formato monouso e barcodeato	SI/NO	3	3
11	Espressione dei risultati quantitativi in UI/ml per virus CMV,EBV, BKV, JCV, Parvovirus B19,	SI/NO	4	4



	HHV6, per il monitoraggio dei pazienti trapiantati d'organo solido e di midollo			
12	Assenza di generazione di reflui liquidi	SI/NO	4	4
13	Possibilità di esecuzione di analisi in multiplex per i virus erpetici	SI/NO	4	4
14	CMV RNA per pazienti trattati con Letemovir	SI/NO	5	5

MB




70

MyFe

ARROW

LOTTO N.31 - SISTEMA AUTOMATICODI PREPARAZIONE LIBRERIE COMPATIBILE CON SISTEMA DI SEQUENZIAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE (NGS) E RELATIVI KIT DI SEQUENZIAMENTO AD ALTA SENSIBILITA' IN GRADO DI SEQUENZIARE FRAMMENTI DI PCR CON SOFTWARE PER L' ANALISI DEGLI STESSI

Rif.	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Criteri di valutazione	Punti	
1	Strumento NGS con disponibilit� di protocolli paired-end con letture di lunghezza 2X250 bp	ON/OFF	5	5
2	Amplificazione clonale completamente automatizzata all'interno del sequenziatore (nessun intervento manuale tra la prima read e la seconda e nessun arricchimento es: PCR in emulsione).	ON/OFF	5	5
3	Il kit offerto per l'analisi delle farmacoresistenze HIV deve garantire la copertura di tutti i sottotipi di HIV e deve essere certificato CE-IVD per tutti i sottotipi dell'HIV	ON/OFF	10	10
4	Unico kit offerto per l'amplificazione delle regioni di interesse richieste (RT, proteasi, integrasi e V3 Loop) dell'RNA virale dell'HIV.	ON/OFF	10	10
6	Il kit offerto deve essere in grado di rilevare mutazioni di farmaco resistenza HIV anche in campioni con basse cariche virali (< 500 copie/ml) con il minor volume di campione di partenza	ON/OFF	8	8
7	Kit per il Microbiota deve permettere di esaminare diverse tipologie di campioni contemporaneamente (respiratori, fecali, vaginali, biopsie)	ON/OFF	8	8
8	L' esecuzione della preparazione delle librerie (di HIV e Microbiota) e il caricamento del sequenziatore deve poter avvenire in giornata.	ON/OFF	8	8
9	Software per interpretazione HIV marcato CE-IVD	ON/OFF	8	8
10	Software per interpretazione Microbiota marcato CE-IVD	ON/OFF	8	8

eur

ARROW
MFE

70



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI (LOTTO N. 31), DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA ED ALLE UU.OO.SS.DD. MICROBIOLOGIA – GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI DELL’AORN “S.ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA. N. GARA 9108112

VERBALE N. 13 del 14/05/2024

In data 14/05/2024 alle ore 9:30 presso gli Uffici amministrativi della UOC Provveditorato ed Economato di questa AORN ubicati al piano I della Palazzina “A”, sita in Caserta, alla via Palasciano, si riunisce - in seduta riservata – la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 962 del 19.10.2023, ai sensi dell’art. 77 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura indetta sulla Piattaforma elettronica SIAPS, per l’affidamento di durata quinquennale secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), fatta eccezione del Lotto n. 1 da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art 95, comma 4 lett b) del medesimo decreto, della fornitura in noleggio di Sistemi Diagnostici completi da destinare alla UOC Patologia Clinica ed alle UU.OO.SS.DD. Microbiologia, Genetica e Biologia Molecolare, tutte afferenti al Dipartimento Servizi Sanitari di questa AORN.

La Commissione Giudicatrice presente è composta come di seguito:

- **Presidente: Dott.ssa Sonia Anna Raimondi** – *Direttore UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente: Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia** – *Dirigente Farmacia Ospedaliera - AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente: Dr. Mario Cortellessa** – *Direttore UOC Patologia Clinica P.O. Piedimonte Matese – ASL di Caserta.*

È presente, altresì, la dott.ssa Maria Fatima Corvino, Assistente Amministrativo presso la UOC Provveditorato ed Economato, che assume le funzioni di segretario verbalizzante in sostituzione della Dott.ssa Rosa Improda (giusta Deliberazione del D.G. n. 252/2024).

PREMESSO CHE

Con verbale n. 6 del 13.11.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto:

Handwritten signatures and initials, including a large circular signature and initials 'MFC' and 'MFC'.

- al download della busta tecnica telematica (su Piattaforma SIAPS) dei nn. 31 lotti in gara;
- alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte concorrenti rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- alla richiesta di precisazioni tecniche in merito alla suddetta documentazione alle Ditte Fujirebio Italia S.r.l. (lotto n. 3), Becton Dickinson Italia S.p.a (lotto 12), Delcon S.r.l. (lotto 16), Effegiemme (lotto 21).

Con Verbale n. 7 del 12.12.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha:

- preso atto dei riscontri pervenuti dalle Ditte concorrenti, nei cui confronti sono state richieste precisazioni tecniche in merito alla documentazione tecnica con le risultanze ivi indicate (Cf Verbale n. 6 del 13.11.2023);
- provveduto alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per i Lotti 1,2,3,4,5,6,7.

Con Verbale n. 8 del 09.01.2024 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per i Lotti 8,9,10,11,12,13,14,15.

Con Verbale n. 9 del 16.01.2024 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per i Lotti nn. 16,17,18 e 19;


Con Verbale n. 10 del 14.03.2024 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per i Lotti nn. 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31;

Con Verbale n. 11 del 19.03.2024 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto all'attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi per ciascuna delle Ditte partecipanti dal Lotto n. 2 al Lotto n. 17, ad eccezione del lotto 15 per il quale ha evidenziato la necessità di richiedere alla Ditta Liofilchem Srl il chiarimento ivi espresso e qui richiamato e trascritto;

Con verbale n. 12 del 17/04/2024 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha proceduto alla verifica delle precisazioni tecniche fornite dalla Ditta Liofilchem Srl e all'attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi per ciascuna delle Ditte partecipanti al Lotto n. 15:

Col medesimo verbale la stessa Commissione ha provveduto all'attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi per ciascuna delle Ditte partecipanti dal Lotto n. 18 al Lotto n. 31;

In data 30/04/2024 è pervenuta - a mezzo pec - l'istanza di revisione tabella attribuzione



punteggio tecnico prodotta dalla Ditta Liofilchem Srl per il lotto 15, per le motivazioni ivi espresse e qui riportate e trascritte;

In data 06/05/2024 è stato trasmesso alla Commissione invito a riunirsi per il giorno 14/05/2024 per il relativo esame.

TANTO PREMESSO


Nella seduta odierna la Commissione Giudicatrice procede all'esame delle osservazioni di carattere tecnico presentate dalla precitata Ditta, decidendo – all'unanimità – di confermare il punteggio tecnico attribuito al rif. 5 degli elementi di giudizio "Sistema MIC in piastra a gradiente continuo: **supporto in plastica**"(cfr. verbale n.12 del 17/04/2024) in quanto il materiale è specificatamente richiesto in plastica. Pertanto, trattandosi di criterio di valutazione ON/OFF, il punteggio non può essere attribuito.

La Commissione chiude i lavori alle ore 10:00.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.


IL PRESIDENTE

Dott.ssa Sonia Anna Raimondi




I COMPONENTI

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia




I COMPONENTI

Dott. Mario Cortellessa



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Maria Fatima Corvino



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI (LOTTO N. 31), DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA ED ALLE UU.OO.SS.DD. MICROBIOLOGIA – GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI DELL’AORN “S.ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA. N. GARA 9108112

VERBALE N. 14 del 28/05/2024

In data 28/05/2024 alle ore 9:00 presso gli Uffici amministrativi della UOC Provveditorato ed Economato di questa AORN ubicati al piano I della Palazzina “A”, sita in Caserta, alla via Palasciano, si riunisce - in seduta riservata – la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 962 del 19.10.2023, ai sensi dell’art. 77 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura indetta sulla Piattaforma elettronica SIAPS, per l’affidamento di durata quinquennale secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), fatta eccezione del Lotto n. 1 da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art 95, comma 4 lett b) del medesimo decreto, della fornitura in noleggio di Sistemi Diagnostici completi da destinare alla UOC Patologia Clinica ed alle UU.OO.SS.DD. Microbiologia, Genetica e Biologia Molecolare, tutte afferenti al Dipartimento Servizi Sanitari di questa AORN.


La Commissione Giudicatrice presente è composta come di seguito:

- **Presidente: Dott.ssa Sonia Anna Raimondi** – *Direttore UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente: Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia** – *Dirigente Farmacia Ospedaliera - AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente: Dr. Mario Cortellessa** – *Direttore UOC Patologia Clinica P.O. Piedimonte Matese – ASL di Caserta.*

È presente, altresì, la dott.ssa Maria Fatima Corvino, Assistente Amministrativo presso la UOC Provveditorato ed Economato, che assume le funzioni di segretario verbalizzante in sostituzione della Dott.ssa Rosa Improda (giusta Deliberazione del D.G. n. 252/2024).

PREMESSO CHE

Con verbale n. 6 del 13.11.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto:



- al download della busta tecnica telematica (su Piattaforma SIAPS) dei nn. 31 lotti in gara;
- alla verifica della regolare composizione dell'offerta tecnica presentata dalle Ditte concorrenti rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- alla richiesta di precisazioni tecniche in merito alla suddetta documentazione alle Ditte Fujirebio Italia S.r.l. (lotto n. 3), Becton Dickinson Italia S.p.a (lotto 12), Delcon S.r.l. (lotto 16), Effegiemme (lotto 21).

Con Verbale n. 7 del 12.12.2023 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha:

- preso atto dei riscontri pervenuti dalle Ditte concorrenti, nei cui confronti sono state richieste precisazioni tecniche in merito alla documentazione tecnica con le risultanze ivi indicate (Cf Verbale n. 6 del 13.11.2023);
- provveduto alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per i Lotti 1,2,3,4,5,6,7.

Con Verbale n. 8 del 09.01.2024 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per i Lotti 8,9,10,11,12,13,14,15.

Con Verbale n. 9 del 16.01.2024 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per i Lotti nn. 16,17,18 e 19;

Con Verbale n. 10 del 14.03.2024 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per i Lotti nn. 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31;

Con Verbale n. 11 del 19.03.2024 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha provveduto all'attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi per ciascuna delle Ditte partecipanti dal Lotto n. 2 al Lotto n. 17, ad eccezione del lotto 15 per il quale ha evidenziato la necessità di richiedere alla Ditta Liofilchem Srl il chiarimento ivi espresso e qui richiamato e trascritto;

Con verbale n. 12 del 17/04/2024 (agli atti), la Commissione Giudicatrice ha proceduto alla verifica delle precisazioni tecniche fornite dalla Ditta Liofilchem Srl e all'attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi per ciascuna delle Ditte partecipanti al Lotto n. 15:

Col medesimo verbale la stessa Commissione ha provveduto all'attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi per ciascuna delle Ditte partecipanti dal Lotto n. 18 al Lotto n. 31;

Con verbale n. 13 del 14/05/2024 la Commissione Giudicatrice ha proceduto all'esame delle

osservazioni di carattere tecnico presentate dalla Ditta Liofilchem Srl, decidendo – all’unanimità – di confermare il punteggio tecnico attribuito” al rif. 5 degli elementi di giudizio “Sistema MIC in piastra a gradiente continuo: supporto in plastica” (cfr. verbale n.12 del 17/04/2024);

In data 22/05/2024 è pervenuta - a mezzo pec - la richiesta di chiarimenti prodotta dalla Ditta Quidel Italy Srl per il lotto 17;

In data 24/05/2024 è stato trasmesso alla Commissione invito a riunirsi per il giorno 28/05/2024 per il relativo esame.

TANTO PREMESSO


Nella seduta odierna la Commissione Giudicatrice procede alla rivalutazione dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara per il Lotto n. 17, riscontrando che la Ditta Relab offre quale analita Campilobacter il “CerTest Campylobacter” che è un test immunologico cromatografico, mentre la richiesta di gara prevede che tutti i reagenti debbano essere obbligatoriamente in immunofluorescenza (FIA) per l’analisi diretta di microrganismi patogeni in diversi campioni microbiologici. Pertanto, la stessa Commissione decide – all’unanimità – di escludere la Ditta Relab per il lotto in questione e di rivedere l’attribuzione dei punteggi qualità per la Ditta Quidel Italy Srl come da prospetto allegato.

La Commissione chiude i lavori alle ore 10:00.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.


IL PRESIDENTE

Dott.ssa Sonia Anna Raimondi




I COMPONENTI

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia




I COMPONENTI

Dott. Mario Cortellessa



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Maria Fatima Corvino



LOTTO N. 17 - SISTEMA PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA IN FIA

QUIDEL

Rif.	Elementi di giudizio	Criteri di Valutazione	Punti
1	Conservazione dei kit a temperatura ambiente	ON/OFF	10
2	Sistema di lettura in FIA: Riconoscimento automatico di lotto, scadenza, tipologia di test, tramite bar code integrato sul dispositivo	ON/OFF	5
3	Sistema di lettura in FIA: Tempo di esecuzione dei test	PROPORZIONALE	5
4	Sistema di lettura in FIA: Stampante	ON/OFF	5
5	Sistema di lettura in FIA: Schermo touch screen	ON/OFF	5
6	Sistema di lettura in FIA: Modalità di archiviazione risultati memorizzati	ON/OFF	5
7	Stabilità dei reagenti di almeno 9 mesi alla consegna	ON/OFF	10
8	Possibilità di test combinati per GDH e Tox C. difficile	ON/OFF	10
9	il Kit diagnostico Streptococco pneumonie deve essere validato CE-IVD anche su campioni di liquor	ON/OFF	10
10	Presenza di tutti i reagenti e materiali necessari per l'esecuzione dei test forniti nel kit compreso i controlli	ON/OFF	5

10
5
5
5
5
5
10
10
10
5

70

MB

MPe

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI (LOTTO N. 31), DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA ED ALLE UU.OO.SS.DD. MICROBIOLOGIA – GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI DELL’AORN “S.ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA. N. GARA 9108112

VERBALE N. 15 del 04/07/2024

In data 04/07/2024 alle ore 9:30 presso gli Uffici amministrativi della UOC Provveditorato ed Economato di questa AORN ubicati al piano I della Palazzina “A”, sita in Caserta, alla via Palasciano, si riunisce - in seduta pubblica - la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 962 del 19.10.2023, ai sensi dell’art. 77 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura indetta sulla Piattaforma elettronica SIAPS, per l’affidamento di durata quinquennale secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), fatta eccezione del Lotto n. 1 da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art 95, comma 4 lett b) del medesimo decreto, della fornitura in noleggio di Sistemi Diagnostici completi da destinare alla UOC Patologia Clinica ed alle UU.OO.SS.DD. Microbiologia, Genetica e Biologia Molecolare, tutte afferenti al Dipartimento Servizi Sanitari di questa AORN.

La Commissione Giudicatrice presente è composta come di seguito:

- **Presidente: Dott.ssa Sonia Anna Raimondi** – *Direttore UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente: Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia** – *Dirigente Farmacia Ospedaliera - AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta;*
- **Componente: Dr. Mario Cortellessa** – *Direttore UOC Patologia Clinica P.O. Piedimonte Matese – ASL di Caserta.*

È presente, altresì, la dott.ssa Maria Fatima Corvino, Assistente Amministrativo presso la UOC Provveditorato ed Economato, che assume le funzioni di segretario verbalizzante in sostituzione della Dott.ssa Rosa Improda (giusta Deliberazione del D.G. n. 252/2024).

Sono, altresì, presenti:


- Marco Panariello per la Ditta Roche Diagnostics Spa, giusta delega agli atti;

- Davide Marino per la Ditta Estor Spa, giusta delega agli atti;
- Cascarano Nicholas Anthony per la Ditta Liofilchem Srl, giusta delega agli atti;
- Roberto Di Tonto per la Ditta Bio-Rad Laboratories Srl, giusta delega agli atti;
- Sabatino Diomede per la Ditta Quidel Italy Srl, giusta delega agli atti;
- Vincenzo Manuguerra per la Ditta Biomerieux Italia Spa, giusta delega agli atti;
- Barbara Cecchini per la Ditta Euroimmun Italia Diagnostica Medica Srl, giusta delega agli atti;
- Eleonora Maria Crisafulli per la Ditta Elitechgroup Spa, giusta delega agli atti;
- Giuseppe Scognamiglio per la Ditta Thermo Fischer Diagnostics Spa, giusta delega agli atti;
- Balzano Pasquale per le Ditte Diagnostic International Distribution Spa, Delcon Srl e Beckman Coulter Srl, giusta delega agli atti.

PREMESSO CHE

- con verbali nn. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 (agli atti) la Commissione giudicatrice nominata con Deliberazione n. 962 del 19.10.2023, ha proceduto – in seduta riservata - alla verifica dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara ed all’attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi per ciascuna delle Ditte partecipanti, con le risultanze ivi espresse e qui richiamate e trascritte;
- con verbale n. 13 del 14/05/2024 (agli atti) la Commissione Giudicatrice ha proceduto all’esame delle osservazioni di carattere tecnico presentate dalla Ditta Liofilchem Srl, decidendo – all’unanimità – di confermare il punteggio tecnico attribuito” al rif. 5 degli elementi di giudizio “Sistema MIC in piastra a gradiente continuo: supporto in plastica” (cfr. verbale n.12 del 17/04/2024);
- con verbale n. 14 del 28/05/2024 (agli atti) la Commissione Giudicatrice ha proceduto all’esame dei chiarimenti richiesti dalla Ditta Quidel Italy Srl per il lotto 17, decidendo – all’unanimità – di escludere la Ditta Relab per il lotto in questione e di rivedere l’attribuzione dei punteggi qualità per la Ditta Quidel Italy Srl come da prospetto allegato al medesimo verbale;
- con apposito avviso, pubblicato in data 26/06/2024 su piattaforma SIAPS, sono state invitate le ditte offerenti a partecipare alla seduta pubblica odierna di apertura delle buste economiche.

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta pubblica.



Il presidente della Commissione giudicatrice, Dott.ssa Sonia Anna Raimondi, inserisce a sistema i punteggi qualità di cui ai suddetti verbali.

Conseguentemente, il suddetto Organismo procede all'apertura e download, dalla piattaforma SIAPS, delle buste telematiche contenenti le offerte economiche presentate dalle Società concorrenti.

La stessa Commissione prende atto della conformità delle offerte economiche presentate dalle Ditte con visualizzazione delle relative quotazioni economiche e della graduatoria generata automaticamente dal sistema, come da prospetto allegato.


La Commissione prende altresì atto che, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs n. 50/2016 e smi, risultano anormalmente basse le offerte delle Ditte Vanica, Delcon e Medi Diagnostici (lotto n. 16) e delle Ditte Alifax, Clonit e Arrow Diagnostics (lotto n. 20).

La Commissione chiude i lavori alle ore 10:55.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.


IL PRESIDENTE

Dott.ssa Sonia Anna Raimondi




I COMPONENTI

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia




I COMPONENTI

Dott. Mario Cortellessa




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE


Dott.ssa Maria Fatima Corvino




- Marco Panariello per la Ditta Roche Diagnostics Spa



- Davide Marino per la Ditta Estor Spa










- Cascarano Nicholas Anthony per la Ditta Liofilchem Srl





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA


- Roberto Di Tonto per la Ditta Bio-Rad Laboratories Srl 
- Sabatino Diomede per la Ditta Quidel Italy Srl 
- Vincenzo Manuguerra per la Ditta Biomerieux Italia Spa 
- Barbara Cecchini per la Ditta Euroimmun Italia Diagnostica Medica Srl 
- Eleonora Maria Crisafulli per la Ditta Elitechgroup Spa 
- Giuseppe Scognamiglio per la Ditta Thermo Fischer Diagnostics Spa 
- Balzano Pasquale per le Ditte Diagnostic International Distribution Spa, Delcon Srl e Beckman Coulter Srl 





Numero Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Valore Offerta
20	Valutato	ALIFAX S.R.L.	Aggiudicatario provvisorio	1	58.527,50 €
6	Valutato	ALIFAX S.R.L.	Aggiudicatario provvisorio	1	324.500,00 €
7	Valutato	ALIFAX S.R.L.	Aggiudicatario provvisorio	1	342.116,25 €
27	Valutato	CEPHEID	Aggiudicatario provvisorio	1	218.719,00 €
30	Valutato	ELITECHGROUP S.P.A.	Aggiudicatario provvisorio	1	537.848,50 €
10	Valutato	BioMérieux S.p.A.	Aggiudicatario provvisorio	1	599.408,00 €
24	Valutato	BioMérieux S.p.A.	Aggiudicatario provvisorio	1	238.000,00 €
25	Valutato	BioMérieux S.p.A.	Aggiudicatario provvisorio	1	348.750,00 €
15	Valutato	BioMérieux S.p.A.	Aggiudicatario provvisorio	1	149.425,00 €
2	Valutato	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	Aggiudicatario provvisorio	1	324.861,95 €
13	Valutato	Beckman Coulter S.r.l.	Aggiudicatario provvisorio	1	298.000,00 €
9	Valutato	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.	Aggiudicatario provvisorio	1	660.143,60 €
3	Valutato	FUIREBIO ITALIA SRL	Aggiudicatario provvisorio	1	474.130,00 €
18	Valutato	Meridian Bioscience Europe	Aggiudicatario provvisorio	1	94.920,00 €
8	Valutato	EUROIMMUN ITALIA S.R.L.	Aggiudicatario provvisorio	1	399.790,25 €
12	Valutato	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Aggiudicatario provvisorio	1	547.940,40 €
23	Valutato	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Aggiudicatario provvisorio	1	124.800,00 €
28	Valutato	Relab srl	Aggiudicatario provvisorio	1	194.150,00 €
17	Valutato	QUIDEL ITALY SRL	Aggiudicatario provvisorio	1	118.150,00 €
22	Valutato	ESTOR SPA	Aggiudicatario provvisorio	1	99.990,00 €
29	Valutato	ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.	Aggiudicatario provvisorio	1	447.685,00 €
16	Valutato	VA.NI.CA	Aggiudicatario provvisorio	1	58.200,00 €
14	Valutato	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.	Aggiudicatario provvisorio	1	185.085,00 €
11	Valutato	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.	Aggiudicatario provvisorio	1	199.980,00 €
26	Valutato	ARROW DIAGNOSTICS SRL	Aggiudicatario provvisorio	1	223.695,00 €
31	Valutato	ARROW DIAGNOSTICS SRL	Aggiudicatario provvisorio	1	545.354,05 €
4	Valutato	BIO-RAD LABORATORIES	Aggiudicatario provvisorio	1	173.389,50 €
5	Valutato	BIO-RAD LABORATORIES	Aggiudicatario provvisorio	1	34.610,00 €
19	Valutato	D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION	Aggiudicatario provvisorio	1	49.450,00 €
15	Valutato	Liofilchem S.r.l.	II Classificato	2	99.088,95 €
20	Valutato	Clonit	II Classificato	2	63.500,00 €
16	Valutato	DELCON SRL	II Classificato	2	50.646,30 €
16	Valutato	MEDI DIAGNOSTICI SRL	II Classificato	3	58.800,00 €
20	Valutato	ARROW DIAGNOSTICS SRL		3	84.300,00 €










PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI (LOTTO N. 31), DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA ED ALLE UU.OO.SS.DD. MICROBIOLOGIA - GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI DELL'AORN "S.ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA. N. GARA 9108112

VERBALE N. 16 del 08/08/2024

In data 08/08/2024 alle ore 12:00 presso gli Uffici amministrativi della UOC Provveditorato ed Economato di questa AORN ubicati al piano I della Palazzina "A", sita in Caserta, alla via Palasciano, si riunisce il Seggio di gara costituito per la procedura in oggetto, così composto:

- Dott.ssa Teresa Capobianco – Direttore della UOC Provveditorato ed Economato - Presidente/RUP;
- Dott.ssa Agnese Basilicata - Assistente Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato - Teste;
- Dott.ssa Maria Fatima Corvino – Assistente Amministrativo UOC Provveditorato ed Economato con funzioni di Segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE

- con verbale n. 15 del 04/07/2024 la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n. 962 del 19.10.2023 ha proceduto all'apertura e download, dalla piattaforma SIAPS, delle buste telematiche contenenti le offerte economiche presentate dalle Società concorrenti, con visualizzazione delle relative quotazioni economiche e della graduatoria generata automaticamente dal sistema;
- col medesimo verbale la stessa Commissione ha preso atto che, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs n. 50/2016 e smi, risultano anormalmente basse le offerte delle Ditte Vanica, Delcon e Medi Diagnostici (lotto n. 16) e delle Ditte Alifax, Clonit e Arrow Diagnostics (lotto n. 20);
- in data 18/07/2024, si è proceduto a richiedere alle summenzionate Ditte di produrre giustificazioni entro il 02/08/2024;
- entro il suddetto termine a tanto hanno provveduto le seguenti Ditte:

- Vanica;
- Delcon;
- Medi Diagnostici;
- Alifax;
- Arrow Diagnostics.

TANTO PREMESSO


Il precitato Presidente, verificata la regolare costituzione del Seggio, dispone che si apra la seduta. Preliminarmente i componenti di detto organismo dichiarano che rispetto ad essi non ricorrono le situazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n.36/2023.

Il Seggio dà atto che la Ditta Clonit - relativamente al lotto 20 - non ha riscontrato e procede ad esaminare le giustificazioni ricevute, che risultano esaustive.


Si dichiara, pertanto, chiuso il subprocedimento relativo alle spiegazioni.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto alle ore 13:00.


Dott.ssa Teresa Capobianco



Dott.ssa Agnese Basilicata



Dott.ssa Maria Fatima Corvino



LOTTO	DITTA	IMPORTO CONSUMABILI	IMPORTO STRUMENTAZIONE	IMPORTO TOTALE QUINQUENNALE
2	MEDICAL SYSTEMS	299861,95	25000	324861,95
3	FUJIREBIO	452130	22000	474130
4	BIORAD	167389,5	6000	173389,5
5	BIORAD	34610		34610
6	ALIFAX	199500	125000	324500
7	ALIFAX	237116,25	105000	342116,25
8	EUROIMMUN	264790,25	135000	399790,25
9	THERMO FISHER	595143,6	65000	660143,6
10	BIOMERIEUX	517408	82000	599408
11	THERMO FISHER	75230	124750	199980
12	BECTON	455440,4	92500	547940,4
13	BECKMAN COULTER	20500	277500	298000
14	THERMO FISHER	185085		185085
15	BIOMERIEUX	149425		149425
16	VANICA	28200	30000	58200
17	QUIDEL	117150	1000	118150
18	MERIDIAN	79920	15000	94920
19	DID	49450		49450
20	ALIFAX	28527,5	30000	58527,5
22	ESTOR	79990	20000	99990
23	BECTON	64800	60000	124800
24	BIOMERIEUX	201000	37000	238000
25	BIOMERIEUX	318750	30000	348750
26	ARROW	151695	72000	223695
27	CEPHEID	175784	42935	218719
28	RELAB	181650	12500	194150
29	ROCHE	409355	38330	447685
30	ELITECHGROUP	480348,5	57500	537848,5
31	ARROW	401354,05	144000	545354,05
senza iva		6421604	1650015	8071619

UOC Patologia Clinica

Ditta Thermofisher - contratti informatici n. 46/99140 - n. 46/119054;
Ditta Euroimmun – contratti informatici n. 46101094 - n. 46/102886 – n.46/123095;
Ditta Alifax – contratto informatico n. 46/103607;
Ditta Biorad Laboratories - contratti informatici n.46/103751 - n.46/104148 - n. 46/104152;
Ditta Delta Biological - contratto informatico n.46/104138;
Ditta Instrumentation Laboratory - contratto informatico n. 46/103563;
Ditta Diasorin - contratto informatico n.46/98602;
Ditta Dasit - contratto informatico n. 46/98691;
Ditta Fujirebio - contratti informatici n.46/98523 - n. 46/141698;
Ditta Medical Systems - contratti informatici n. 46/99023 - n. 46/119211 - n.46/146755;

UOSD Microbiologia

Ditta Biomerieux - contratti informatici n. 46/101364;
Ditta Becton Dickinson - contratti informatici n. 46/101195 - n. 46/100722;
Ditta Accelerate - contratto informatico n. 46/106173;
Ditta Thermofisher - contratto informatico n.46/102022 – n.46/101674;
Ditta Meridian - contratto informatico n. 46/102449 – n.46/103274;
Ditta Effegiemme - contratto informatico n. 46/103077;
Ditta Alifax - contratto informatico n. 46/103402;

UOSD Genetica e Biologia Molecolare

Ditta Arrow Diagnostics Srl – contratto informatico n. 46/101067;
Ditta Roche Diagnostics Spa – contratto informatico n. 46/98866;
Ditta Elitechgroup Spa – contratto informatico n.46/98798.



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI (LOTTI N. 31), DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA ED ALLE UU.OO.SS.DD. MICROBIOLOGIA – GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI – AGGIUDICAZIONE

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €49.702,30

- è di competenza dell'esercizio 2024 , imputabile al conto economico 5040201010 - Canoni di noleggio - area sanitaria da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €185.715,28

- è di competenza dell'esercizio 2024 , imputabile al conto economico 5010105010 - Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 16/09/2024

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito