



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Deliberazione del Direttore Generale N. 82 del 27/01/2025**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 985/2024 - LOTTO N. 26 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO - DITTA ARROW DIAGNOSTICS S.R.L.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 27/01/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Angela Anecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** DELIBERAZIONE DEL D.G. N. 985/2024 - LOTTO N. 26 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO - DITTA ARROW DIAGNOSTICS S.R.L.

### **Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/90 e s.m.i.

#### **PREMESSO CHE**

- con deliberazione del DG n. 985/2024 (agli atti), previo espletamento di una procedura di gara aperta e telematica per l'affidamento – secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) – della fornitura quinquennale in noleggio di Sistemi Diagnostici completi (vari lotti), destinati alle UU.OO.CC Laboratorio Analisi e Microbiologia ed alla UOSD Genetica e Biologia Molecolare è stata disposta l'aggiudicazione in favore delle Ditte ivi elencate, qui integralmente riportate e trascritte;
- in capo alla Ditta ARROW DIAGNOSTICS S.R.L. è tra l'altro il lotto n. 26 Sistema estrazione – amplificazione per indagini microbiologiche varie in PCR Real time;
- in esecuzione del citato atto deliberativo, è stato instaurato rapporto contrattuale (contratto informatico n. 4600382104 – CIG n. 98362466FA);

#### **RILEVATO CHE**

-la Ditta ARROW DIAGNOSTICS S.R.L. con l'allegata mail (Allegato n. 1), indirizzata anche a questo Servizio, ha proposto – relativamente al lotto in parola – l'aggiornamento tecnologico come sotto riportato:

- a) cambio codice
  - strumentazione con Cod. 65415-03 Seegene NIMBUS sostituito dal Cod. 67930-03 Seegene Starlet;
  - prodotto con Cod. 65803-01 Wastle Bag 100 e/a pack NIMBUS, sostituito dal Cod. 53686-01 Bio-Hazard Waste Bag STARLET, ferme le condizioni economiche e di fornitura in essere;
- b) integrazione, a titolo gratuito, dei prodotti/strumenti

Codice	Descrizione	Prezzo a confezione
SG72100	AIOS (incl. AIOS Main module, Tower lamp)	Comodato d'uso gratuito
A520005	AIOS package 2 (incl. Monitor)	Comodato d'uso gratuito
SAHS-M-A01	Samlck THK Auto Heat Sealer	Comodato d'uso gratuito
IPC-NRM-100	PC DESK TOP	Comodato d'uso gratuito
1845097	Biorad CFX DX	Comodato d'uso gratuito
235948	50 ul Conductive NSterile	Sconto merce

*Deliberazione del Direttore Generale*

	Filter Tips	
1814035	PCR Plate Heat Seal, clear, permanent	Sconto merce
SPL 922119	Pierceable Cap for AIOS (100ea/pack)	Sconto merce
19082	Buffer ASL (560 ml)	Sconto merce

#### **ATTESO CHE**

-il Direttore f.f. della UOC Microbiologia, Dott.ssa Rita Greco, con mail del 23/12/2024 (Allegato n. 2) ha espresso parere favorevole all'aggiornamento in questione, fornendo con successiva mail (08/01/2025 – allegato n.3) anche le relative motivazioni;

- in particolare, il medesimo Direttore ha tra l'altro dichiarato che trattasi di strumentazione "completamente automatica" che permette "una diagnostica più veloce" e aumenta "la possibilità di esecuzione di test differenti nella stessa seduta analitica";

- il Sostituto Direttore del Dipartimento di afferenza, Dott. Arnolfo Petruzzello (già allegato n.2) ha validato la proposta in questione;

**ESAMINATA** tutta la documentazione innanzi richiamata allegata alla presente ed in atti giacente;

**RITENUTO**, pertanto, di prendere atto – relativamente al Lotto n. 26 in capo alla Ditta ARROW DIAGNOSTICS S.R.L. (Del. DG n. 985/2024) e presente nella summenzionata procedura - dell'aggiornamento tecnologico, esplicitato in premessa, qui integralmente richiamato e trascritto;

**ATTESTATA** la legittimità della presente proposta di deliberazione che è conforme alla vigente normativa in materia

#### **PROPONE**

**I – DI PRENDERE ATTO** - relativamente al Lotto n. 26 in capo alla Ditta ARROW DIAGNOSTICS S.R.L. (Del. DG n. 985/2024) e presente nella summenzionata procedura - dell'aggiornamento tecnologico, esplicitato in premessa, qui integralmente richiamato e trascritto;

**II- DI PRECISARE CHE** il presente provvedimento non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l'Azienda, rimanendo invariate le condizioni economiche e di fornitura;

**III – DI NOTIFICARE** copia del presente provvedimento alla Ditta ARROW DIAGNOSTICS S.R.L.;

*Deliberazione del Direttore Generale*



**IV- DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economiche Finanziarie, Tecnologia Ospedaliera e HTA, Farmacia Ospedaliera, Microbiologia ed al Dipartimento dei Servizi Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

*Il funzionario*

*Dott.ssa Maria Cioffi*

**Il Direttore**

**UOC Provveditorato - Economato**

**Dr.ssa Teresa Capobianco**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Gaetano Gubitosa**

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

**VISTA** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Provveditorato ed Economato

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario                      Dr.ssa Angela Annechiarico                      Favorevole

Il Direttore Amministrativo              Avv. Amalia Carrara                              Favorevole

### **DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto di:

**I – PRENDERE ATTO** - relativamente al Lotto n. 26 in capo alla Ditta ARROW DIAGNOSTICS S.R.L. (Del. DG n. 985/2024) e presente nella summenzionata procedura - dell'aggiornamento tecnologico, esplicitato in premessa, qui integralmente richiamato e trascritto;

**II- PRECISARE CHE** il presente provvedimento non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l'Azienda, rimanendo invariate le condizioni economiche e di fornitura;

**III - NOTIFICARE** copia del presente provvedimento alla Ditta ARROW DIAGNOSTICS S.R.L.;

**IV - TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economiche Finanziarie, Tecnologia Ospedaliera e HTA, Farmacia

*Deliberazione del Direttore Generale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

Ospedaliera, Microbiologia ed al Dipartimento dei Servizi Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

**Il Direttore Generale  
Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

Da "Giada Vacca (Giada Vacca) (Arrow Diagnostics)" G.Vacca@arrowdiagnostics.it  
A "provveditorato@ospedale.caserta.it" provveditorato@ospedale.caserta.it,"Edgardo Di Tonto" edit14@hotmail.com,"Federica  
Cc "microbiologia@ospedale.caserta.it" microbiologia@ospedale.caserta.it,"Roberta Carpine (Roberta) (Arrow Diagnostics)"  
Passaretti (Federica) (Arrow Diagnostics)" f.passaretti@arrowdiagnostics.it,"Stefano Campi (Stefano) (Arrow Diagnostics)"  
r.carpine@arrowdiagnostics.it,"Stefano Campi (Stefano) (Arrow Diagnostics)" s.campi@arrowdiagnostics.it,"Valentina Scarfo  
(Valentina) (Arrow Diagnostics)" v.scarfo@arrowdiagnostics.it,"Alessio Chiarabini (Alessio) (Arrow Diagnostics)"  
a.chiarabini@arrowdiagnostics.it  
Data Thu, 19 Dec 2024 14:41:01 +0000  
Oggetto 1969 AORN Caserta Integrazione

All. n. 1

Gent.mi,

con la presente siamo a trasmettere lettera d'integrazione e cambio codice.

Si rimane a completa disposizione.

Cordiali saluti,

Giada Vacca



**ARROW DIAGNOSTICS SRL**

**Giada Vacca**

**Tender Clerk - Ufficio Offerte e Gare**

Via Rolla, 26 piano 1°

16152 Genova

Cell. 342 3942897

Tel. 010/66.71.796

Fax.010/61.20.971

E-mail : [g.vacca@arrowdiagnostics.it](mailto:g.vacca@arrowdiagnostics.it)

Sito Web : [www.arrowdiagnostics.it](http://www.arrowdiagnostics.it)

Seguici su  e 

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate e possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo, relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Testo unico sulla Privacy). Se Lei ha ricevuto questa e-mail per errore, per favore contatti il mittente e cancelli queste informazioni da ogni computer.

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message is intended only for the addressee and may contain information that is confidential or privileged. Unauthorised use is strictly prohibited and may be unlawful. If you are not the addressee, you should not read, copy, disclose or otherwise use this message, except for the purpose of delivery to the addressee. If you have received this in error, please delete it and advise us immediately by email to ([g.vacca@arrowdiagnostics.it](mailto:g.vacca@arrowdiagnostics.it))

Prot. FM/Lett. 2024/1969

Spett.Le  
**Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano**  
 Via Palasciano  
 81100 Caserta (CE)

**Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA ED ALLE UU.OO.SS.DD. MICROBIOLOGIA GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI DELL'AORN "S. Anna e S. di CASERTA" – LOTTO 26**  
*Aggiornamento tecnologico per permettere di velocizzare la diagnostica del laboratorio riducendo il tempo-operatore mediante l'introduzione di una piattaforma "walk away"*

La sottoscritta **Arrow Diagnostics S.r.l.**, con Sede Legale in **Via F. Rolla 26 16152 Genova**, codice fiscale/partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova **01383850995**, a nome del suo Amministratore Delegato **FRANCO MACCHERONI**, nato a **TERNI il 31/10/1962**,

**PROPONE**

il cambio del seguente codice di strumentazione aggiudicato:

Codice	Descrizione	Canone annuo noleggio + Assistenza
65415-03	Seegene NIMBUS	€ 9.000,00

con il seguente alle stesse condizioni:

Codice	Descrizione	Canone annuo noleggio + Assistenza
67930-03	Seegene Starlet	€ 9.000,00

E

il cambio del seguente codice:

Codice	Descrizione	Prezzo a conf.
65803-01	Waste Bag 100 e/a pack - NIMBUS	€ 100,00

con il seguente alle stesse condizioni:

Codice	Descrizione	Prezzo a conf.
53686-01	Bio-Hazard Waste Bag STARLET	€ 100,00

ARROW DIAGNOSTICS SRL  
 Società a Socio Unico  
 Sede Legale ed Amministrativa: Via F. Rolla 26 16152 Genova  
 Tel. 010 66.71.796 Fax 010 61.20.971  
 Numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Genova e P.I./C.F. 01383850995  
 Cap. sociale int. vers. € 3.000.000,00  
 ISO 9001:2015  
 Certificato N.IT273928




l'integrazione dei seguenti prodotti/strumenti per tutta la durata della gara:

Codice	Descrizione	Prezzo a confezione
SG72100	AIOS (incl. AIOS Main module, Tower lamp)	Comodato d'uso gratuito
AS20005	AIOS package 2 (incl. monitor)	Comodato d'uso gratuito
SAHS-M-A01	Samick THK Auto Heat Sealer	Comodato d'uso gratuito
IPC-NRM-100	PC DESK TOP	Comodato d'uso gratuito
1845097	Biorad CFX DX	Comodato d'uso gratuito
235948	50 ul Conductive NSterile Filter Tips	Sconto merce
1814035	PCR Plate Heat Seal, clear, permanent	Sconto merce
SPL 922119	Pierceable Cap for AIOS (100ea/pack)	Sconto merce
19082	Buffer ASL (560 ml)	Sconto merce

Con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Genova, 19/12/2024

Dr. Franco Maccheroni  
Arrow Diagnostics Srl  
Amministratore Delegato



Da "microbiologia" microbiologia@ospedale.caserta.it

A provveditorato@ospedale.caserta.it

Cc

Data Mon, 23 Dec 2024 12:01:54 +0100

Oggetto Re:Parere favorevole integrazione Arrow Diagnostics UOC Microbiologia e Virologia

ALL. N. 2

Buongiorno,

si invia in allegato quanto richiesto.

Cordiali saluti e Buone Feste

Dott. Vittorio Panetta

---

**AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta**

**UOC Microbiologia e Virologia**

Direttore f.f. Dott.ssa Rita Greco

**Per Contatti:** 0823/232145; 0823/232139

**e-mail:** [microbiologia@ospedale.caserta.it](mailto:microbiologia@ospedale.caserta.it)

**web:** <https://www.ospedale.caserta.it/microbiologia/presentazione.htm>

Da provveditorato@ospedale.caserta.it

A microbiologia@ospedale.caserta.it

Cc

Data Fri, 20 Dec 2024 16:32:56 +0100

Oggetto Re:Parere favorevole integrazione Arrow Diagnostics UOC Microbiologia e Virologia

Nel dare seguito alla mail in calce, si chiede di acquisire il parere del Direttore del Dipartimento onde assicurare la correttezza dell'istruttoria.

Cordialmente

Dott.ssa Teresa Capobianco

---

*U.O.C. Provveditorato ed Economato  
AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta  
Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232462  
e-mail: [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)  
PEC: [provveditorato@ospedalecasertapec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it)*

Da "microbiologia" [microbiologia@ospedale.caserta.it](mailto:microbiologia@ospedale.caserta.it)  
A "Provveditorato" [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)  
Cc  
Data Fri, 20 Dec 2024 14:02:01 +0100  
Oggetto Parere favorevole integrazione Arrow Diagnostics UOC Microbiologia e Virologia

Buongiorno,

Si ringrazia per la proposta di integrazione e pertanto si da parere favorevole, per la propria competenza, in quanto la strumentazione offerta ad integrazione è tecnologicamente migliore e più performante.

Cordiali saluti,

Dott. Vittorio Panetta

---

**AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta**

**UOC Microbiologia e Virologia**

Direttore f.f. Dott.ssa Rita Greco

**Per Contatti:** 0823/232145; 0823/232139

**e-mail:** [microbiologia@ospedale.caserta.it](mailto:microbiologia@ospedale.caserta.it)

**web:** <https://www.ospedale.caserta.it/microbiologia/presentazione.htm>

Prot. FM/Lett. 2024/1969

Spett. Le  
**Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano**  
 Via Palasciano  
 81100 Caserta (CE)

**Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI DA DESTINARE ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA ED ALLE UU.DD.SS.DD. MICROBIOLOGIA GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI DELL'ADRN "S. Anna e S. di CASERTA" – LOTTO 26**

*Aggiornamento tecnologico per permettere di velocizzare la diagnostica del laboratorio riducendo il tempo-operatore mediante l'introduzione di una piattaforma "walk away"*

La sottoscritta **Arrow Diagnostics S.r.l.**, con Sede Legale in **Via F. Rolla 26 16152 Genova**, codice fiscale/partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova **01383850995**, a nome del suo Amministratore Delegato **FRANCO MACCHERONI**, nato a **TERNI il 31/10/1962**,

**PROPONE**

il cambio del seguente codice di strumentazione aggiudicato:

Codice	Descrizione	Canone annuo noleggio + Assistenza
65415-03	Seegene NIMBUS	€ 9.000,00

con il seguente alle stesse condizioni:

Codice	Descrizione	Canone annuo noleggio + Assistenza
67930-03	Seegene Starlet	€ 9.000,00

**E**

il cambio del seguente codice:

Codice	Descrizione	Prezzo a conf.
65803-01	Waste Bag 100 e/a pack - NIMBUS	€ 100,00

con il seguente alle stesse condizioni:

Codice	Descrizione	Prezzo a conf.
53686-01	Bio-Hazard Waste Bag STARLET	€ 100,00


ARROW DIAGNOSTICS SRL  
 Società a Socio Unico  
 Sede Legale ed Amministrativa: Via F. Rolla 26 16152 Genova  
 Tel. 010 66.71.796 Fax 010 61.20.971  
 Numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Genova e P.I./C.F. 01383850995  
 Cap. sociale/int. vers. € 3.000.000,00  
 ISO 9001:2015  
 Certificato N IT273928

l'integrazione dei seguenti prodotti/strumenti per tutta la durata della gara:

Codice	Descrizione	Prezzo a confezione
SG72100	AIOS (incl. AIOS Main module, Tower lamp)	Comodato d'uso gratuito
AS20005	AIOS package 2 (incl. monitor)	Comodato d'uso gratuito
SAHS-M-A01	Samlick THK Auto Heat Sealer	Comodato d'uso gratuito
IPC-NRM-100	PC DESK TOP	Comodato d'uso gratuito
1845097	Biorad CFX DX	Comodato d'uso gratuito
235948	50 ul Conductive NSterile Filter Tips	Sconto merce
1814035	PCR Plate Heat Seal, clear, permanent	Sconto merce
SPL 922119	Pierceable Cap for AIOS (100ea/pack)	Sconto merce
19082	Buffer ASL (560 ml)	Sconto merce


Con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.  
Genova, 19/12/2024

*Si ole fare pratica  
di appalto -  
Rita*



Dr. Franco Maccheroni  
Arrow Diagnostics Srl  
Amministratore Delegato

*Franco Maccheroni*



ARROW DIAGNOSTICS SRL  
Società a Solio Unico  
Sede Legale ed Amministrativa: Via F. Rolla 25 16152 Genova  
Tel. 010 66.71.796 Fax 010 61.20.971  
Numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Genova e P.I. /C.F. 01383850995  
Cap. sociale int. vers. € 3.000.000,00  
ISO 9001:2015  
Certificato N.112/3928

**provveditorato@ospedale.caserta.it**

---

**Da:** microbiologia <microbiologia@ospedale.caserta.it>  
**Inviato:** mercoledì 8 gennaio 2025 11:38  
**A:** Provveditorato  
**Oggetto:** Motivazione aggiornamento tecnologico Arrow Lotto 26  
**Allegati:** Motivazioni Aggiornamento tecnologico Arrow Lotto 26 - UOC Microbiologia e Virologia.pdf

Buongiorno,

si trasmette in allegato quanto in oggetto.

Dott. Vittorio Panetta

---

**AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta**

**UOC Microbiologia e Virologia**

Direttore f.f. Dott.ssa Rita Greco

**Per Contatti:** 0823/232145; 0823/232139

**e-mail:** [microbiologia@ospedale.caserta.it](mailto:microbiologia@ospedale.caserta.it)

**web:** <https://www.ospedale.caserta.it/microbiologia/presentazione.htm>

**Direttore Dipartimento dei Servizi Sanitari**

Dott. Arnolfo PetruzzIELLO

Tel: +39 0823 232030

dipartimentoservizisanitari@ospedale.caserta.it

**Direttore f.f. UOC Microbiologia e Virologia**

Dott.ssa Rita Greco

Tel: +39 0823 232145

microbiologia@ospedale.caserta.it

**Dirigenti**

Dott. Vittorio Panetta

Dott.ssa Adriana Durante

**Reperto:** +39 0823 23 2139/2582

**Ambulatorio:** +39 0823 23 2132

Caserta, 08/01/2024

Al Direttore UOC Provveditorato

**Oggetto: Motivazioni parere favorevole aggiornamento tecnologico Arrow  
Diagnostics - Lotto 26**

In merito all'oggetto si descrivono le seguenti motivazioni favorevoli alla strumentazione in aggiornamento tecnologico rispetto a quella offerta, alle stesse condizioni economiche:

1. Strumentazione più compatta: migliore alloggiamento nel Laboratorio;
2. Strumentazione completamente automatica (estrazione, preparazione piastra PCR, Real Time PCR);
3. Piattaforma *walk away*: permette una diagnostica più veloce riducendo il tempo operatore
4. Aumentato throughput analitico e di possibilità di esecuzione di test differenti nella stessa seduta analitica.

