



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

**Deliberazione del Direttore Generale N. 15 del 22/08/2025**

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: INDIZIONE GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI SISTEMI CHIUSI (CSTD) PER L'ALLESTIMENTO DI TERAPIE ANTIBLASTICHE**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 22/08/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITÀ**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Gennaro Volpe - DIREZIONE GENERALE*

*Roberto Delfino - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Vincenzo Giordano - DIREZIONE SANITARIA*

*Chiara Di Biase - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano*

**Oggetto:** INDIZIONE GARA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI SISTEMI CHIUSI (CSTD) PER L’ALLESTIMENTO DI TERAPIE ANTIBLASTICHE

### **IL Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90;

#### **Premesso**

che il Direttore della UOC Farmacia, Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia, con prot. n. 19068 del 05/06/2025 (allegato n.1) nel richiedere allo scrivente Servizio l’attivazione di una nuova procedura di gara per l’affidamento - secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - della fornitura annuale di sistemi chiusi (CSTD – lotto unico) per l’allestimento di terapie antiblastiche, ha trasmesso la documentazione di pertinenza;

#### **Atteso**

che la procedura de qua rientra nella Programmazione triennale per l’acquisto di beni e servizi per gli anni 2025-2027 approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1025 del 26/09/2024;

#### **Rilevato**

che l’Ufficio deputato al compimento dell’istruttoria preventiva, sulla base della documentazione tecnica sopra richiamata, ha predisposto i seguenti atti di gara (agli atti):

- A/1 Domanda di partecipazione;
- A/2 Dichiarazione sostitutiva;
- A/3 DGUE;
- A/4 Scheda fornitore;
- A/5 Protocollo di legalità.

#### **Precisato**

che l’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e smi) per la fornitura *de qua* e per l’importo complessivo a base d’asta di € 219.900,00 Iva esclusa, determinato sulla base di una indagine uffiosa di mercato;

#### **Visti**

- l’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, il quale dispone che gli Enti del SSN sono obbligati ad utilizzare, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e

*Deliberazione del Direttore Generale*

negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP e che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

- gli artt. 25 comma 2 (Piattaforme di approvvigionamento digitale) e n. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e smi;

#### **Ritenuto**

di procedere ad indire una procedura telematica sulla piattaforma MEPA (RdO) finalizzata all’affidamento della fornitura annuale di sistemi chiusi (CSTD) per allestimento di terapie antiblastiche (lotto unico), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo complessivo a base d’asta di Euro 219.900,00 Iva esclusa;

#### **Attestata**

la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro “diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell’Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

#### **PROPONE**

- 1. di indire** una procedura telematica sulla piattaforma MEPA (RdO) finalizzata all’affidamento della fornitura annuale di sistemi chiusi (CSTD) per l’allestimento di terapie antiblastiche, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo complessivo a base d’asta di Euro 219.900,00 Iva esclusa;
- 2. di approvare** la documentazione di gara (agli atti) sopra elencata, predisposta dalla UOC Provveditorato ed Economato;
- 3. di articolare** la procedura di gara telematica a farsi (RdO) in unico lotto (Cfr. già allegato n.1) e per un importo complessivo a base d’asta pari ad Euro 219.900,00 Iva esclusa;
- 4. di prendere atto** che i costi effettivi derivanti dall’affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC Gestione Economico-Finanziaria ai competenti conti di bilancio;
- 5. di prevedere** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- 6. di prevedere**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.A. avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;
- 7. di nominare** ex art. 15 del D. Lgs n. 36/2023 e smi quale Rup il Dott. Roberto Delfino, Dirigente Amministrativo della UOC Provveditorato ed Economato, relativamente alla procedura in parola;

*Deliberazione del Direttore Generale*

**8. di trasmettere** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Farmacia.

**D’ORDINE DEL DIRETTORE**  
**U.O.C. PROVVEDITORATO**  
**ED ECONOMATO**  
Dott.ssa Teresa Capobianco

**IL RESPONSABILE UOS GARE E CONTRATTI**  
Dott. Roberto Delfino  
(f.to digitalmente)

**ATTESTAZIONE CONTABILE (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)**

- Vedi Allegato

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Gennaro Volpe**

individuato con D.G.R.C. n. 591 del 06/08/2025

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del 08/08/2025

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Provveditorato ed Economato  
Dr.ssa Teresa Capobianco

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr. Vincenzo Giordano (f.to digitalmente)

Il Direttore Amministrativo Avv. Chiara Di Biase (f.to digitalmente)

*Deliberazione del Direttore Generale*

### DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

- 1. indire** una procedura telematica sulla piattaforma MEPA (RdO) finalizzata all’affidamento della fornitura annuale di sistemi chiusi (CSTD) per l’allestimento di terapie antiblastiche, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo complessivo a base d’asta di Euro 219.900,00 Iva esclusa;
- 2. approvare** la documentazione di gara (agli atti) sopra elencata, predisposta dalla UOC Provveditorato ed Economato;
- 3. articolare** la procedura di gara telematica a farsi (RdO) in unico lotto (Cfr. già allegato n.1) e per un importo complessivo a base d’asta pari ad Euro 219.900,00 Iva esclusa;
- 4. prendere atto** che i costi effettivi derivanti dall’affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC Gestione Economico-Finanziaria ai competenti conti di bilancio;
- 5. prevedere** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- 6. prevedere**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.A. avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;
- 7. nominare** ex art. 15 del D. Lgs n. 36/2023 e smi quale Rup il Dott. Roberto Delfino, Dirigente Amministrativo della UOC Provveditorato ed Economato, relativamente alla procedura in parola;
- 8. trasmettere** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Farmacia.

Il Direttore Generale  
Gennaro Volpe  
(f.to digitalmente)

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**UOC FARMACIA**  
**03 giugno 2025**

Spett/le UOC Provveditorato  
Dr.ssa T. Capobianco

**OGGETTO: Richiesta approvvigionamento  
sistemi chiusi (CSTD) per antiblastici**

Considerato che il provvedimento che consentiva l'acquisto dei dispositivi in oggetto (Del.1002/2024 - contratto 4600335013) è prossimo alla scadenza, al fine di acquisire i sistemi chiusi (CSTD) necessari per l'allestimento di terapie antiblastiche da parte dell'UMACA, si chiede di predisporre nuova procedura amministrativa d'acquisto P/Q per l'approvvigionamento degli stessi e di valutare l'eventualità di una procedura per fornitura pluriennale.

Il sistema, oggetto della presente fornitura, deve essere conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovrà rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

Si trasmette, pertanto, di seguito, la descrizione del prodotto in oggetto e il fabbisogno presunto annuo:

Sistema chiuso per ricostituzione, diluizione e trasferimento di farmaci antiblastici che elimini la contaminazione chimica e microbica impedendo meccanicamente scambi tra l'ambiente esterno e quello interno al sistema al fine di evitare completamente la fuoriuscita di vapori ed aerosol e permettere la totale aspirazione del farmaco all'interno del flacone.  
Il sistema deve essere completo di tutti gli adattatori necessari per la preparazione e la predisposizione alla somministrazione di farmaci antiblastici e/o set di miscelazione (somministrazioni endovenosa, boli, instillazioni, etc.) e deve essere dotato di sistema antidisconnessione per semplificare e rendere sicuro il lavoro degli operatori

Il dispositivo deve possedere una barriera meccanica per impedire completamente la fuoriuscita di vapori ed aerosol ed inoltre deve essere compatibile con i farmaci chemioterapici antiblastici e i solventi impiegati per la ricostituzione (allegare l'elenco dei principi attivi attiva testati)  
**Il sistema offerto deve essere completo di tutti gli accessori necessari a consentire la preparazione:**

Voce	Descrizione	Quantità annua	Codici SIAC
a	<p>a1 Perforatore a circuito chiuso per prelievo o ricostituzione e diluizione di farmaci citotossici da flaconi da 20mm, dotato di sistema antidisconnessione con aggancio diretto (no luer lock), reservoir per la ritenzione dei vapori sprigionati durante la fase di ricostituzione dei farmaci in polvere; in confezione singola</p>	13.000	642397
	<p>a2 Come sopra, in confezione multipla per migliorare l'efficienza del flusso di lavoro e semplificare lo smaltimento</p>	11.000	nuovo inserimento
b	<p>Perforatore a circuito chiuso per prelievo o ricostituzione e diluizione di farmaci da flaconi da 13mm, dotato di sistema antidisconnessione con aggancio diretto (no luer lock), reservoir per la ritenzione dei vapori sprigionati durante la fase di ricostituzione dei farmaci in polvere; in confezione singola</p>	2.000	1520420
c	<p>Perforatore per prelievo da sacche di diluente o di farmaci precostituiti, dotato di sistema antidisconnessione con aggancio diretto (no luer lock), deve garantire una perfetta tenuta alla sacca e la possibilità di elevato numero di disconnessioni; in confezione singola</p>	1.000	1139986
d	<p>d1 Dispositivo adattatore per siringa con valvola autosigillante e con sistema antidisconnessione adatto al prelievo, trasferimento e somministrazione in bolo al fine di evitare il distacco accidentale dalla siringa e rendere sicuro il lavoro degli operatori; in confezione singola</p>	5.000	642399
	<p>d2 Come sopra, in confezione multipla per migliorare l'efficienza del flusso di lavoro e semplificare lo smaltimento</p>	5.000	nuovo inserimento
e	<p>e1 Dispositivo adattatore da inserire su attacchi luer/lock femmina; in confezione singola</p>	7.000	642400
	<p>e2 Come sopra, in confezione multipla per migliorare l'efficienza del flusso di lavoro e semplificare lo smaltimento</p>	3.000	nuovo inserimento

**U.O.C. FARMACIA**

*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta*

*Via Palasciano 81100 - Caserta*

*Tel. 0823 232174- 232105- 232731- 232541-232611*

*e-mail: accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it*

*pec: farmacia@ospedalecasertapec.it*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE**  
**E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA**

	<p>Dispositivo di miscelazione e connessione tra sacca/flacone e set per la somministrazione di antiblastici/chemioterapici, di lunghezza 30-50cm circa, dotato di connettore CSTD per l'introduzione del farmaco antiblastico con aggancio diretto (no luer lock) , prolunga con clamp di chiusura, sterile, tubo in materiale compatibile con i farmaci antiblastici e diluenti impiegati, privo di DEHP, valvola unidirezionale che impedisca il reflusso del farmaco verso la sacca/flacone, attacco distale luer lock maschio per il collegamento al set di somministrazione farmaci antiblastici.</p> <p><b>Trasparente senza filtro</b></p>	4.000	642481
g	<p>Dispositivo di miscelazione e connessione tra sacca/flacone e set per la somministrazione di antiblastici/chemioterapici, di lunghezza 30-50cm circa, dotato di connettore CSTD per l'introduzione del farmaco antiblastico con aggancio diretto (no luer lock) , prolunga con clamp di chiusura, sterile, tubo in materiale compatibile con i farmaci antiblastici e diluenti impiegati, privo di DEHP, valvola unidirezionale che impedisca il reflusso del farmaco verso la sacca/flacone, attacco distale luer lock maschio per il collegamento al set di somministrazione farmaci antiblastici, filtro in linea 0,2 µm in PES.</p> <p><b>Trasparente con filtro in linea da 0,2 µm in PES</b></p>	1.000	1139985
h	<p>Dispositivo di miscelazione e connessione tra sacca/flacone e set per la somministrazione di antiblastici/chemioterapici, di lunghezza 30-50cm circa, dotato di connettore CSTD per l'introduzione del farmaco antiblastico con aggancio diretto (no luer lock) , prolunga con clamp di chiusura, sterile, tubo in materiale compatibile con i farmaci antiblastici e diluenti impiegati, privo di DEHP, valvola unidirezionale che impedisca il reflusso del farmaco verso la sacca/flacone, attacco distale luer lock maschio per il collegamento al set di somministrazione farmaci antiblastici.</p> <p>Deve essere inoltre ambrato per farmaci fotosensibili.</p> <p><b>Ambrato senza filtro</b></p>	10.000	642484
i	<p>Dispositivo di miscelazione e connessione tra sacca/flacone e set per la somministrazione di antiblastici/chemioterapici, di lunghezza 30-50cm circa, dotato di connettore CSTD per l'introduzione del farmaco antiblastico con aggancio diretto (no luer lock) , prolunga con clamp di chiusura, sterile, tubo in materiale compatibile con i farmaci antiblastici e diluenti impiegati, privo di DEHP, valvola unidirezionale che impedisca il reflusso del farmaco verso la sacca/flacone, attacco distale luer lock maschio per il collegamento al set di somministrazione farmaci antiblastici, filtro in linea 0,2 µm in PES.</p> <p>Deve essere inoltre ambrato per farmaci fotosensibili.</p> <p><b>Ambrato con filtro in linea da 0,2 µm in PES.</b></p>	2.000	642488

**U.O.C. FARMACIA**

*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santi' Anna e San Sebastiano - Caserta*

*Via Palasciano 81100 - Caserta*

*Tel. 0823 232174- 232105- 232731- 232541-232611*

*e-mail: accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it*

*pec: farmacia@ospedalecasertapec.it*

I	Dispositivo per il trasferimento del farmaco da siringa a siringa per la preparazione dei boli	500	nuovo inserimento
m	Dispositivo a circuito chiuso per instillazioni vescicali dotato da una lato di raccordo conico per catetere vescicale Nelaton e dall'altro di connettore CSTD per l'introduzione del farmaco antiblastico con aggancio diretto ( no luer lock)	2.000	nuovo inserimento
n	Perforatore a circuito chiuso per prelievo o ricostituzione e diluizione di farmaci da flaconi da 13mm, con aggancio diretto ( no luer lock),	500	nuovo inserimento

Qualora la descrizione dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata della menzione "o equivalente" (art.68 – comma 8 – D.L.vo n.50/2016).

L'operatore economico, pertanto, dovrà presentare relazione inerente l'equivalenza dichiarata da inserire nella documentazione tecnica.

Si trasmette, inoltre, di seguito, la griglia di valutazione per poter procedere all'aggiudicazione e la tabella con indicatori per l'attribuzione dei giudizi di merito.

Griglia Valutazione Tecnica max punti 70/100

<b>Caratteristiche tecnico funzionali, sicurezza e confezionamento</b>	Maneggevolezza del dispositivo: facilità d'uso rispetto alla tecnica di preparazione. Valutazione di una simulazione di prova d'uso da parte degli operatori coinvolti nella preparazione	Discrezionale 15 punti
	Volume residuale nel sistema (volume morto). Indicare valore numerico	Proporzionale inverso 05 punti
	Compatibilità con i farmaci antiblastici. Valutazione della tipologia e della quantità delle molecole testate	Discrezionale diretto 10 punti

**U.O.C. FARMACIA**

*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta*

*Via Palasciano 81100 - Caserta*

*Tel. 0823 232174- 232105- 232731- 232541-232611*

*e-mail: accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it*

*pec: farmacia@ospedalecasertapec.it*

	Mantenimento dell'integrità microbiologica del farmaco contenuto nel flacone. Indicare valore temporale	Proporzionale diretto 10 punti
	Valutazione della documentazione tecnica ( completezza e chiarezza della scheda tecnica, informazioni sul corretto utilizzo , produzione e studi scientifici della tecnologia)	Discrezionale 05 punti
	Facilità di apertura con modalità aseptica dell'imballo primario (confezionamenti che semplificano le procedure sotto cappa)	Discrezionale 05 punti
	Confezionamento ed etichettatura (Completezza delle informazioni del prodotto sulla confezione ed in etichetta)	Discrezionale 05 punti
	Conformità alle linee guida nazionali ed internazionali	Proporzionale diretto 05 punti
	Attività di supporto specialistico agli operatori valutato in base alla presentazione di un programma di addestramento e di consulenza, finalizzato all'uso corretto ed appropriato del dispositivo	Discrezionale 05 punti
Tempi di consegna e supporto post vendita		Proporzionale 05 punti

Tabella con indicatori

Giudizio	Indicatore per attribuzione giudizio	Coefficiente
Ottimo	Questa valutazione si applica quando il prodotto proposto, oggetto di valutazione, supera ampiamente le attese dell'azienda sanitaria, ovvero rileva una qualità eccezionalmente elevata.	1,00
Buono	Questa valutazione si applica quando il prodotto proposto, oggetto di valutazione, risponde ad una condizione più che adeguata rispetto a quella richiesta, ovvero presenta una più che soddisfacente rispondenza alle aspettative aziendali.	0,75

Sufficiente	Questa valutazione si applica quando il prodotto proposto, oggetto di valutazione, risponde ad una condizione minima richiesta, ovvero presenta una soddisfacente rispondenza alle aspettative aziendali.	0,50
Non pienamente sufficiente	Questa valutazione si applica quando il prodotto proposto, oggetto di valutazione, risponde ad una condizione al disotto del minimo richiesto ovvero presenta una scarsa rispondenza alle aspettative aziendali.	0,25
Insufficiente	Questa valutazione si applica quando il prodotto proposto, oggetto di valutazione, è inadeguato rispetto a quanto richiesto ovvero presenta una non rispondenza alle aspettative aziendali. Si applica anche nel caso di assenza di elementi certi per la determinazione del punteggio.	0,00

AI fini di una corretta valutazione si chiede, altresì, la campionatura completa in numero di sei unità per voce per consentire la valutazione di simulazione di prova d'uso e di specificare alle ditte offerenti/ partecipanti di allegare offerta economica comprensiva di tutti i dispositivi che compongono il sistema chiuso offerto.


Il Resp. UOS Farmacoeconomia – UMACA

Dr.ssa Teresa Marzano



Il Direttore ff UOC Farmacia

Dr.ssa Maria Dezia Bisceglia



**U.O.C. FARMACIA**

*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta*

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 0823 232174- 232105- 232731- 232341-232611

e-mail: [accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it](mailto:accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it)

pec: [farmacia@ospedalecasertapec.it](mailto:farmacia@ospedalecasertapec.it)